



Szpital Grochowski
im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
tel. 22 51 52 716, fax. 22 51 52 789, mail: szpital@grochowski.waw.pl



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów dla Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego: **ZP/32/2019**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na platformie zamówieniowej e-Zamawiający (<https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>).

Zatwierdzone:

PREZES ZARZĄDU

Witold Bromboszcz, MBA

RADCA PRAWNY

Krzysztof Baka
nr WA-S-187

Data: 10.10.2019 r.

Zaufaj nam - będziesz pod zupeliem i fachową opieką!

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000478458.

Kapitał Zakładowy 17 883 000 złotych.



ORLEŃSKIE
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

EDYCJA 2017



PERŁA 2018
Medycyny

GŁÓWNY KSEGWY

Agnieszka Kabata

mgr an: *Zofia Gołaszewska*
laboratoryjny
specjalista: *Agnieszka Kabata*
laboratoryjny

SPECYFIKACJA
Zamówienia publicznego
Szpitala Grochowskiego
im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Marek Kosłowski

Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr Rozdziału	Nazwa Rozdziału
I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego
II.	Tryb udzielenia zamówienia
III.	Opis przedmiotu zamówienia
IV.	Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
V.	Termin wykonania zamówienia
VI.	Warunki udziału w postępowaniu
VII.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
VIII.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
IX.	Wymaganie dotyczące wadium
X.	Termin związania ofertą
XI.	Opis sposobu przygotowania ofert
XII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
XIII.	Opis sposobu obliczania ceny
XIV.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
XV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
XVI.	Wymaganie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVII.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - projekt umowy
XVIII.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
XIX.	Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego
XX.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
XXI.	Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej
XXII.	Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
XXIII.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
XXIV.	Informacje dotyczące wymagań wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
XXV.	Informacje dotyczące „RODO”
XXVI.	Informacje dotyczące Platformy e-Zamawiający
XXVII.	Pozostałe informacje
	Spis załączników

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

1. Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
telefon: (22) 51 52 716, (22) 51 52 750
adres strony internetowej Zamawiającego: www.grochowski.waw.pl
2. Adres platformy e-Zamawiający: <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>.
3. Sekcja zamówień publicznych – tel. (22) 51 52 768. (22) 51 52 743.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Tryb postępowania wybrany został zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Niniejsze postępowanie oznaczone jest numerem **ZP/32/2019**.
5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 10a ust. 1 i 5 ustawy Pzp.
6. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu (wykorzystaniu) platformy e-Zamawiający. Pod pojęciem „**Platforma e-Zamawiający**” należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (*dalej zwanego także „JEDZ”*).
7. **Oświadczenia i dokumenty (formularze) złożone w formie elektronicznej muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).**
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów dla Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
2. Kod CPV określający przedmiot zamówienia 33696500-0, 33694000-1, 33696200-7, 33696300-8, 38434000-6, 38434500-1, 38434520-7, 38434570-2.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (**7. części/pakiety/zadania**) wg poniższego podziału na części:

Nr części zamówienia	Nazwa części zamówienia
1	Dostawa testów do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą automatycznego analizatora
2	Dostawa płytek mikrobiologicznych do <i>Clostridium difficile</i>
3	Dostawa testu do oznaczania MIC kolistyny
4	Dostawa podłoży bakteriologicznych, krążków diagnostycznych, testów oraz asortymentu niezbędnego do diagnostyki mikrobiologicznej
5	Dzierżawa analizatorów koagulologicznych wraz z dostawami niezbędnych odczynników
6	Dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów

7	Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych – odczynników
---	--

4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
5. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części w jakich Wykonawca może uzyskać zamówienie.
6. Szczegółowy zakres asortymentowy (szczegółowe opisy) i ilościowy znajduje się w załącznikach **nr 2.1 – 2.7 do SIWZ**.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach **nr 2a.1 – 2a.7 do SIWZ** – Opis przedmiotu zamówienia – parametry graniczne dla odczynników i analizatorów.
8. Części zamówienia, określone przez Zamawiającego, nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w danej części zamówienia zostaną odrzucone.
9. Ilości asortymentu wskazane w załącznikach nr 2.1 – 2.7 do SIWZ służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu. Ilości asortymentu zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego, ale ilości te nie są wiążące dla Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Dostawy muszą być realizowane odpowiednim środkiem transportu i zabezpieczone na czas transportu – zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych produktów.
12. Przez dostawę asortymentu należy rozumieć dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego.
13. Minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
14. Termin płatności wynosić będzie 60 dni licząc od daty dostawy prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż faktura nie może być dostarczona przed odbiorem asortymentu, którego dotyczy, przez Zamawiającego.
15. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

V. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia: **36 miesięcy od daty zawarcia umowy**.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia (odczynniki i materiały zużywalne) odbywać się będzie poprzez zamówienia częściowe (sukcesywnie). Zamawiane ilości i rodzaj odczynników i materiałów zużywalnych uzależnione będą od potrzeb Zamawiającego wynikających z konieczności ich zastosowania w danym czasie. Dostawa i instalacja analizatorów zgodnie z projektem umowy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu**. Brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostaną wstępnie zweryfikowane na podstawie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie **JEDZ (załącznik nr 3 do SIWZ)**. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
2. Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z zapisami art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz art. 24 ust. 1 pkt 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
9. Wykonawca może uzupełnić dokumenty i złożyć wyjaśnienia dotyczące złożonych dokumentów wyłącznie na wezwanie Zamawiającego.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ – załącznik nr 3 do SIWZ składa (**wraz z ofertą**) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
12. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów
13. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp.
14. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
15. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. W celu **wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia**, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz **wstępnego potwierdzenia spełniania warunków**

udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą (forma elektroniczna z wykorzystaniem platformy e-Zamawiający):

Lp.	Wymagany dokument	Złożenie dokumentu
1.	Jednolity europejski dokument zamówienia (w skrócie JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.	Wraz z ofertą
2.	W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna do oferty należy załączyć oryginał dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu)	Wraz z ofertą
3.	Zobowiązanie innych podmiotów – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).	Wraz z ofertą

2. W celu **potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia**, Wykonawca złoży następujące dokumenty aktualne na dzień ich złożenia:

Lp.	Wymagany dokument	Złożenie dokumentu
1.	Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności	Na wezwanie Zamawiającego
2.	Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne	Na wezwanie Zamawiającego
3.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp (WYKONAWCA - OSOBA FIZYCZNA LUB URZĘDUJĄCY CZŁONKOWIE ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO LUB NADZORCZEGO WYKONAWCY, WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ LUB PARTNERSKIEJ, KOMPLEMENTARIUSZ, PROKURENT) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.	Na wezwanie Zamawiającego
4.	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (PODMIOT ZBIOROWY) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.	Na wezwanie Zamawiającego

5.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu (oświadczenie jest wiążące w zakresie części zamówienia (pakietów) na które Wykonawca złożył ofertę)	Wykonawca składa w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
----	--	---

3. W celu potwierdzenia, że oferowane **dostawy odpowiadają wymaganiom** określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument	Złożenie dokumentu
1.	Dokumenty, materiały firmowe, instrukcje obsługi, materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (np. katalogi, specyfikacja techniczna, informacja od producenta, informacja dla użytkownika lub inne materiały) potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry i cechy, wskazane przez Zamawiającego w SIWZ – dotyczy wszystkich zadań	Na wezwanie Zamawiającego
2.	1. Deklaracje zgodności CE dla urządzeń (analizatorów) oraz testów/podłoży/odczynników/kalibratorów itp.. 2. Karty charakterystyki produktów. 3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy. 4. Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na odrębne wezwanie Zamawiającego. – dotyczy wszystkich zadań	Na wezwanie Zamawiającego
3.	Certyfikaty analizy dla podłoży bakteriologicznych – dotyczy zadania nr 4	Na wezwanie Zamawiającego
4.	W odniesieniu do podłoży bakteriologicznych - poz. 8 i 10 załącznika nr 2a.4: kolorowa ulotka/plakat. – dotyczy zadania nr 4	Na wezwanie Zamawiającego
5.	Wymagany dokument potwierdzający wysycenie krążka w zakresie 90-125% wartości stężenia podanej na krążku – dotyczy zadania nr 4	Na wezwanie Zamawiającego
6.	Pozytywna opinia KORDL odnośnie oferowanego asortymentu w zakresie krążków do oznaczania lekowrażliwości, testów diagnostycznych oraz pasków nasączonych gradientem antybiotyku – dotyczy zadania nr 4	Na wezwanie Zamawiającego
7.	Instrukcje wykonania w jęz. polskim dla testów lateksowych oraz testów do badania lekowrażliwości grzybów rodz. <i>Candida sp</i> , <i>Aspergillus sp</i> i <i>Cryptococcus</i> . metodą mikrorozcieńczeń – dotyczy zadania nr 4	Na wezwanie Zamawiającego
8.	Zamawiający wymaga dostarczenia jako próbki minimalnej ilości podłoży (10 sztuk): Columbia agar + krew barania hamujące wzrost pałeczek G (-) CNA, MacConkey agar z fioletem krystalicznym, Mueller Hinton agar, agar chromogeny do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z moczu, podłoże chromogenne dla <i>Candida</i> różnicujące	Na wezwanie Zamawiającego

	drożdżaki. Zamawiający na podstawie oceny wzrostu szczepów wzorcowych dokona oceny i w przypadku nieprawidłowego wzrostu szczepów odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ – dotyczy zadania nr 4	
--	--	--

4. W przypadku składania dokumentów przez Wykonawcę zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Inne wymagane dokumenty, które **należy załączyć do oferty**:
 - 1) Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ;
 - 2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – załączniki nr 2.1 – 2.7 do SIWZ (tylko na zadanie / zadania na które składana jest oferta);
 - 3) Wypełniony formularz OPZ – wymagane parametry – załącznik nr 2a.1 – 2a.7 do SIWZ (tylko na zadanie / zadania na które składana jest oferta);
 - 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
6. Oświadczenia i dokumenty (formularze) wskazane w ust. 1 (tabela) Lp. 1-3, ust. 2 (tabela) Lp. 2, 3 i 6 oraz ust. 5 pkt 1 i 2, muszą być złożone w oryginale.
7. Dokumenty wskazane w ust. 2 (tabela) Lp. 1, 4 i 5 muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
9. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 (tabela) Lp. 4 i 5 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
10. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 (tabela) pkt 4 i 5 oraz ust. 9, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 (tabela) Lp. 4, składa dokument, o którym mowa w ust. 9, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10 stosuje się.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu (dokumentów) wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu (dokumentów) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
15. W przypadku niezłożenia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp lub złożenia zastrzeżenia, ale niewykazania nie później niż w terminie składania ofert, iż

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający w sytuacji złożenia wniosku o wgląd do ofert/oferty, udostępni całą ofertę wraz z załącznikami zainteresowanemu Wykonawcom/osobom. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem”, **należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega**, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wykonawca (każda osoba fizyczna lub podmiot zamierzająca/-y porozumiewać się z Zamawiającym w kwestiach dotyczących niniejszego postępowania), przed rozpoczęciem kontaktowania się z Zamawiającym, zobowiązany jest do zapoznania się z:
 - 1) treścią Rozdziału VIII SIWZ;
 - 2) treścią Rozdziału XXV SIWZ;
 - 3) treścią Rozdziału XXVI SIWZ;
 - 4) treściami zamieszczonymi na platformie e-Zamawiający dotyczącymi regulacji i procedur procesu zakupowego (<https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>).
2. W przypadku składania zapytań, wniosków, ofert lub użycia innych form porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował postanowienia treści SIWZ w zakresie określonym w ust. 1.
3. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, oferty, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną **(tylko i wyłącznie) przy wykorzystaniu platformy e-Zamawiający**.
4. Podpis kwalifikowany wymagany jest minimum do:
 - 1) złożenia oferty wraz z załącznikami;
 - 2) oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego;
 - 3) oświadczenia o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamawiający.
6. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami dopuszczalna jest wyłącznie w języku polski.
7. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38).
8. Odpowiedzi na zadanie pytania (wyjaśnienia treści SIWZ) Zamawiający zamieści na platformie e-Zamawiający oraz prześle do Wykonawców, którzy oficjalnie poinformują Zamawiającego o pobraniu SIWZ (wniosek o wyjaśnienie SIWZ nie jest traktowany jako informacja o pobraniu SIWZ).
9. Wszelkie wyjaśnienia Zamawiającego, zamieszczane na platformie e-Zamawiający, są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
10. Informacje i wyjaśnienia uzyskane przez Wykonawców w inny sposób niż wskazany powyżej w ust. 9 nie są wiążące dla Zamawiającego.
11. Dodatkowe informacje na temat platformy e-Zamawiający znajdują się w Rozdziale XXVI SIWZ.
12. Pytania dotyczące działania platformy e-Zamawiający nie są traktowane jako wniosek o wyjaśnienie SIWZ i winny być kierowane do Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet zgodnie z Rozdziałem XXVI SIWZ.

13. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
14. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Pan Marek Kosiński i Pan Łukasz Podrucki.
15. Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadania na pytania i wnioski skierowanego Zamawiającego bez wykorzystania platformy e-Zamawiający (tj. na maile, faksy i telefony).
16. Zamawiający w celu usprawnienia komunikacji z Wykonawcami jest uprawniony do kontaktowania się z Wykonawcami drogą telefoniczną i drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty e-mail.

IX. Wymaganie dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w celu zabezpieczenia oferty.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (dla poszczególnych części zamówienia):
 - 1) na część 1 zamówienia: 4 000,00 PLN;
 - 2) na część 2 zamówienia: 50,00 PLN;
 - 3) na część 3 zamówienia: 60,00 PLN;
 - 4) na część 4 zamówienia: 3 000,00 PLN;
 - 5) na część 5 zamówienia: 6 000,00 PLN;
 - 6) na część 6 zamówienia: 30 000,00 PLN;
 - 7) na część 7 zamówienia: 5 000,00 PLN.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do **13.11.2019** r. do godziny 09:00.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu:
 - 1) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do **13.11.2019** r. do godziny 09:00;
 - 2) Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu wskazanego w pkt 1;
 - 3) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO SA 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164. Zaleca się by wpłata opatrzona była dopiskiem „wadium – ZP/32/2019”;
 - 4) musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem terminu wskazanego w pkt 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w operacjach finansowych. Wadium wniesione w pieniądzu, które wpłynie po terminie składania ofert uznane zostanie za wniesione nieprawidłowo, a oferta Wykonawcy, który wniósł nieprawidłowo wadium zostanie odrzucona;
 - 5) Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem) do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium – dokonania przelewu.
7. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) na **Platformie e-Zamawiający** pod adresem: <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>.

8. Wadium w formie innej niż pieniężna musi w pełni gwarantować możliwość jego zatrzymania w przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych (art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp).
9. Wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać minimum:
 - 1) nazwę dającego zlecenie (*Wykonawcy*), beneficjenta gwarancji (*Zamawiającego*), gwaranta (*banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji*) oraz wskazanie ich siedzib;
 - 2) znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczy;
 - 3) kwotę gwarancji;
 - 4) termin ważności gwarancji w formule: „*od dnia – do dnia*”;
 - 5) zobowiązanie Gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp;
 - 6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich (za wyjątkiem Banku Zamawiającego w celu potwierdzenia podpisów osób reprezentujących Zamawiającego).
10. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest **Szpital Grochowski im. dra med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.**
11. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku zaistnienia przesłanek określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
12. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 8.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi być sporządzona i złożona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Pzp.
2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę według postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. **Ofertę składa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamawiający.**
4. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (z uwzględnieniem zapisów Rozdziału II ust. 6 i 7).
5. **Dodatkowe informacje o sposobie sporządzania i składania oferty przy wykorzystaniu platformy e-Zamawiający znajdują się w Rozdziale XXVI SIWZ .**

6. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Pzp
7. Wykonawca przygotowuje ofertę, składa ją i bierze udział w postępowaniu na własny koszt.
8. Zaleca się, aby oferta została sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
9. Załączniki dołączone do SIWZ przedstawione są w formie wzoru. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. W przypadku ofert (formularzy) wypełnianych ręcznie Zamawiający wymaga, by były przygotowane w sposób staranny (czytelny) i umożliwiające w pełni odczytanie ich treści.
11. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
12. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
13. **Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest załączyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej „Platformy e-Zamawiający” podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym niżej wymienione dokumenty:**
 - 1) wypełniony i podpisany formularz oferty;
 - 2) wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 2 do SIWZ na odpowiednią część zamówienia / zadanie;
 - 3) wypełniony **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia** (zwany dalej „JEDZ”) - Wykonawca, każdy uczestnik Konsorcjum, podmiot udostępniający potencjał na zasadach wynikających z art. 22 a ustawy Pzp wskazany w ofercie przez Wykonawcę - **składają własne JEDZ;**
 - 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IX SIWZ - dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli wadium nie zostało wniesione w formie pieniężnej. Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, **opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);**
 - 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczą lub są wymagane) **opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze;**
 - 6) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, **opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze;**
 - 7) zobowiązanie podmiotu trzeciego (**podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze**) (jeżeli dotyczy);
 - 8) uzasadnienie utajnienia części oferty (jeżeli dotyczy);
 - 9) inne dokumenty i oświadczenia Wykonawcy (np. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, potwierdzające reprezentację Wykonawcy i innych podmiotów itp.)
14. Wszelkie pisma i dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski w formie elektronicznej opatrzonej **kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

15. Zamawiający przewiduje możliwość odstępstwa od opierania się na tekście przetłumaczonym w przypadku, gdy oczywistym jest, iż tłumaczenie nie jest prawidłowe (jest mylne, błędne), zwłaszcza w przypadku danych liczbowych.
16. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określonych obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).
17. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, zgodność kserokopii z oryginałem winna być potwierdzona (**kwalifikowanym podpisem elektronicznym**) przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
18. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje, należy załączając do systemu/do oferty zaznaczyć jako „Tajny”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
19. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, zgodnie z wzorem formularza ofertowego.
20. Cena oferta winna być kwotą brutto (zawierać wszelkie koszty (naliczenia) podatkowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa) i obejmować całkowite koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku realizacji zamówienia (zawartej umowy).
21. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Sposób wycofania lub zmiany oferty opisano w Rozdziale XXVI.
22. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
23. Zamawiający zaleca, aby uzasadnienie dotyczące uznania wybranych części oferty za tajemnicę przedsiębiorstwa (zastrzeżenia części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa), było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.
24. W przypadku niezłożenia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp lub złożenia zastrzeżenia, ale niewykazania nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający w sytuacji złożenia wniosku o wgląd do ofert/oferty, udostępni całą ofertę wraz z załącznikami zainteresowanym Wykonawcom/osobom.
25. W przypadku braku wskazania w informacji o zastrzeżeniu części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczenie dokumentu przy złożeniu oferty jako „tajny”), Zamawiający ma prawo ujawnić całą ofertę, niezależnie od zastrzeżenia poszczególnych dokumentów.
26. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
27. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

28. Zamawiający nie jest zobowiązany do informowania Wykonawcy o odtajnieniu dokumentacji, niezależnie od powodów odtajnienia (brak wykazania, że dokumenty/informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, niewystarczające uzasadnienie spełnienia przesłanek dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, uznanie przez Zamawiającego, iż zastrzeżone dokumenty/informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa itd.).

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. **Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamawiający** pod adresem: <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl> do dnia **13.11.2019 r. do godz. 09:00**, zgodnie z Rozdziałem XI i XXVI SIWZ. Ofertę podpisana musi być elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **13.11.2019 r. o godz. 09:15**, w siedzibie Zamawiającego: Pawilon nr VII sala nr 203. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena brutto wskazana w ofercie (formularz ofertowy – **załącznik nr 1 do SIWZ**) powinna obejmować wszystkie pozycje zamówienia, a także podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, które poniesie Wykonawca, w szczególności koszty transportu, dostawy i wniesienia asortymentu (przedmiotu zamówienia) do siedziby Zamawiającego (do miejsca / pomieszczenia wskazanego przez pracowników Zamawiającego), oraz pozostałe koszty związane z realizacją umowy zgodnie z jej treścią.
2. Wyliczenie wartości brutto oferty należy dokonać zgodnie z informacją podaną w załączniku nr 2.1 – 2.7 SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym. Wartość brutto oferty, wylicza się poprzez dodanie do wartości netto oferty wartości podatku VAT. Nie ma obowiązku wyliczenia wartości brutto dla poszczególnych pozycji. Zamawiający dla potrzeb własnych wymaga wskazania cen jednostkowych brutto.
3. Cena podana w formularzu ofertowym musi wynikać z obliczeń dokonanych w załączniku nr 2.1 – 2.7 do SIWZ. W formularzu asortymentowo-cenowym muszą być określone i wycenione wszystkie pozycje (przez wycenione w szczególności należy rozumieć określenie ceny jednostkowej (jednej ceny jednostkowej dla każdej pozycji)).
4. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
5. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w projekcie umowy jako przewidywane zmiany umowy.
6. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
7. W przypadku, gdy w ofercie cena wpisana liczbą różni się od ceny wpisanej słownie, wówczas Zamawiający bierze pod uwagę jako wiążącą cenę wpisana słownie, chyba, że z załączonego formularza asortymentowo-cenowego jednoznacznie wynikać będzie, że prawidłowa jest wartość podana cyfrowo.
8. Cena musi być podana w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
9. Cenę oferty należy wyliczyć z dokładnością do jednego grosza z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:
 - 1) w dół – jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,

- 2) w górę – jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5.
10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania Wykonawcy (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert spełniających wymagania, co do treści SIWZ przy zastosowaniu niżej wymienionych kryteriów.
2. W zakresie **zadania / części zamówienia nr 1** – kryterium **cena brutto oferty**, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek oczywistych omyłek rachunkowych – **waga 85% (85 pkt maksymalnie)** i kryterium **ocena techniczna (jakość)** – **waga 15 % (15 pkt maksymalnie)**
3. Punkty przyznawane w kryteriach będą liczone według następującego wzoru:

$$LP_{\text{kryterium cena}} = (C_n / C_b) * W$$

gdzie:

LP – liczba punktów, C_n – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu; C_b – cena badanej oferty; W – waga kryterium = 85.

$$LP_{\text{kryterium jakość}} = (J_{\text{bad}} / J_{\text{max}}) * W$$

gdzie:

LP – liczba punktów, J_{bad} – ocena techniczna (jakość) w badanej ofercie niepodlegającej odrzuceniu; J_{max} – najwyższa ocena techniczna (jakość) z badanych ofert; W – waga kryterium = 15.

Sposób oceny przyznanych punktów i ich możliwa do zdobycia ilość jest podana w załączniku nr 2a.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

4. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będą końcową ocenę danej oferty.

$$\text{Liczba punktów} = LP_{\text{kryterium cena}} + LP_{\text{kryterium jakość}}$$

5. W zakresie **zadań / części zamówienia nr 2, 3 i 4** – kryterium **cena (cena oferty brutto z uwzględnieniem ewentualnych poprawek oczywistych omyłek rachunkowych)** – **waga 100% (100 pkt maksymalnie – oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt)**.
6. Punkty przyznawane w zakresie **zadań / części zamówienia nr 2, 3 i 4** w kryterium oceny ofert dla każdej oferty będą liczone według następującego wzoru:

$$LP = (C_n / C_b) * W$$

gdzie:

LP – liczba punktów,

C_n – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;

C_b – cena badanej oferty;

W – waga kryterium.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów – „P”, gdzie P oznacza liczbę uzyskanych punktów w kryterium cena.

7. W zakresie **zadania / części zamówienia nr 5** – kryterium **cena brutto oferty**, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek oczywistych omyłek rachunkowych – **waga**

70% (70 pkt maksymalnie) i kryterium **ocena techniczna** – waga **30 % (30 pkt maksymalnie)**

8. Punkty przyznawane w kryteriach będą liczone według następującego wzoru:

$$LP_{\text{kryterium cena}} = (Cn / Cb) * W$$

gdzie:

LP – liczba punktów, Cn – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu; Cb – cena badanej oferty; W – waga kryterium = 70.

$$LP_{\text{kryterium jakość}} = (Jbad / Jmax) * W$$

gdzie:

LP – liczba punktów, Jbad – ocena techniczna (jakość) w badanej ofercie niepodlegającej odrzuceniu; Jmax – najwyższa ocena techniczna (jakość) z badanych ofert; W – waga kryterium = 30.

Sposób oceny przyznanych punktów i ich możliwa do zdobycia ilość jest podana w załączniku nr 2a.5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

9. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będą końcową ocenę danej oferty.
10. W zakresie **zadań / części zamówienia nr 6 i 7** – kryterium **cena brutto oferty**, z uwzględnieniem ewentualnych poprawek oczywistych omyłek rachunkowych – **waga 60% (60 pkt maksymalnie)** i kryterium **ocena techniczna** – waga **40 % (40 pkt maksymalnie)**

11. Punkty przyznawane w kryteriach będą liczone według następującego wzoru:

$$LP_{\text{kryterium cena}} = (Cn / Cb) * W$$

gdzie:

LP – liczba punktów, Cn – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu; Cb – cena badanej oferty; W – waga kryterium = 60.

$$LP_{\text{kryterium jakość}} = (Jbad / Jmax) * W$$

gdzie:

LP – liczba punktów, Jbad – ocena techniczna (jakość) w badanej ofercie niepodlegającej odrzuceniu; Jmax – najwyższa ocena techniczna (jakość) z badanych ofert; W – waga kryterium = 40.

Sposób oceny przyznanych punktów i ich możliwa do zdobycia ilość jest podana w załączniku nr 2a.6 i 2a.7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

12. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będą końcową ocenę danej oferty.
13. Ocenie podlegać nie będą podlegać oferty odrzucone lub złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 6-7, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
15. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, zostaną poprawione przez Zamawiającego, a informacja o tej czynności zostanie przesłana do Wykonawcy, w którego ofercie dokonano poprawek.
16. Inne omyłki niż wskazane w ust. 6, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, zostaną poprawione przez Zamawiającego, a informacja o tej czynności zostanie przesłana do Wykonawcy, w którego ofercie dokonano poprawek. Wykonawca w takim przypadku ma 3 dni na zawiadomienie Zamawiającego o ewentualnym sprzeciwie w stosunku do poprawek dokonanych przez Zamawiającego.
17. Jeśli Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia doręczenia (przesłania drogą elektroniczną) zawiadomienia o poprawie omyłki, o której mowa w ust. 7, że nie wyraża zgody na poprawę omyłki, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże wraz z informacją

- o nie wyrażeniu zgody, o której mowa powyżej, iż proponowana przez Zamawiającą poprawa omyłki jest błędna.
18. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
 19. W przypadku, gdy cena całkowita oferty (złożonej na daną część zamówienia) jest niższa o co najmniej 30% od:
 - 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 9, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
 - 2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 9.
 20. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 21. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień dotyczących ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 22. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
 23. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
 24. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taką samą cenę za wykonanie zamówienia w danej części zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 25. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 26. Wybrana zostanie ta oferta (złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu) niepodlegająca odrzuceniu, która spełni wymagania SIWZ i uzyska największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Pzp.

3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,;
 - 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 4) unieważnieniu postępowania;
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w Rozdziale XV ust. 3 pkt 1 i 4, na platformie e-Zamawiający.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp.
6. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej umowami stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem (przesłanym drogą elektroniczną) lub telefonicznie (przez osobę wskazaną w SIWZ jako upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami).
8. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona (wymienione) w aktualnym odpisie właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych) w powyższym dokumencie – oryginał dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie.
11. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w swojej siedzibie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym może stawić się wcześniej niż w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub korespondencyjnie tj. Zamawiający prześle do Wykonawcy umowę drogą elektroniczną, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia jej na adres Zamawiającego (podpisanej w dwóch egzemplarzach wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania jej przez Zamawiającego drogą elektroniczną.
12. Zamawiający może zaproponować również okres, w jakim Wykonawca ma stawić się na podpisanie umowy np.: w dniach od do
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stawił się w wyznaczonym terminie między godziną 9:00 a 15:00, w przypadku zawierania umowy w siedzibie Zamawiającego.
14. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich badania i oceny, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania zapisów z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

15. Za uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający ma prawo uznać:

- 1) dwukrotne niestawienie się Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w celu podpisania umowy, o ile przed drugim wyznaczonym terminem na podpisanie umowy Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o przesłanie umowy drogą elektroniczną;
- 2) niedostarczenie do Zamawiającego umowy (podpisanej w dwóch egzemplarzach wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania jej przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub niestawienia się w tym terminie w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy;
- 3) podpisanie umowy przez osoby nieupoważnione, w przypadku jeżeli Wykonawca w terminie 14 dni nie uzupełni pełnomocnictw lub nie podpisze umowy przez osoby do tego upoważnione;
- 4) odmówi podania danych niezbędnych do uzupełnienia projektu umowy (dane osób reprezentujących, dane osób kontaktowych etc.);
- 5) w przypadku przesłania do Zamawiającego umowy niezgodnej z otrzymanym drogą elektroniczną wzorem, (z wyłączeniem poprawek i uzupełnień, o które prosił Zamawiający lub dokonanych w uzgodnieniu z Zamawiającym np.: dane kontaktowe, data zawarcia umowy, osoby reprezentujące obie strony, korekty numeracji, numer konta, adres do korespondencji itp.).

XVI. Wymaganie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - projekt umowy.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.
2. Dla każdej z części zamówienia zawierane będą odrębne umowy.
3. Projekt umowy stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy P.z.p. zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy P.z.p.
7. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa DZIAŁ VI - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

XIX. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego.

1. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.grochowski.waw.pl
2. Adres poczty elektronicznej: szpital@grochowski.waw.pl (nie służy do porozumiewania się w sprawach dotyczących niniejszego postępowania).
3. Adres do korespondencji w zakresie dotyczącym niniejszego postępowania: <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl> (platforma e-Zamawiający).
4. **Oferta może być złożona tylko i wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy e-Zamawiający).**

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w walucie krajowej (PLN).

XXI. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca przygotowuje ofertę i składa ofertę na własny koszt.
3. Wyjątkiem od powyższego jest zaistnienie sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

XXIV. Informacje dotyczące wymagań wynikających z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie określa żadnych wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

XXV. Informacje dotyczące „RODO”.

Informacja na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, skierowana do wszystkich Wykonawców, osób i podmiotów zainteresowanych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które przekażą Zamawiającemu swoje dane osobowe lub dane osobowe innych osób, w tym swoich pracowników lub osób współpracujących z Wykonawcą (podmiotem, osobą) na innej podstawie prawnej w związku z prowadzonym postępowaniem, w szczególności w związku ze złożeniem zapytania do SIWZ (wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ), złożeniem oferty, wglądem do dokumentacji, zawarciem umowy.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 51/59;
- 2) Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Świdzikowski - e-mail: abi@grochowski.waw.pl ;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawa Pzp” oraz pracownicy Administratora zobowiązani do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W związku z ust. 1 pkt 8 lit. b Zamawiający informuje, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3. W związku z ust. 1 pkt 8 lit. b Zamawiający informuje, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
4. Przez Wykonawców, osoby i podmioty zainteresowane niniejszym postępowaniem rozumieć należy wszystkie osoby zwracające się do Zamawiającego (w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem) w kwestiach dotyczących niniejszego postępowania, w tym: w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ, w sprawie udostępnienia dokumentacji postępowania, składając oferty, podpisując umowy, etc.

5. Powyższe postanowienia są wiążące od chwili ogłoszenia postępowania do chwili całkowitego zniszczenia dokumentacji postępowania, w zakresie w jakim dokumentacją tą dysponuje Zamawiający.
6. Brak zapoznania się z treścią niniejszego Rozdziału i ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z powyższego faktu obarczają w całości wyłącznie Wykonawcę.
7. Zebrane w wyniku toczącego się postępowania dane osobowe mogą zostać wykorzystane do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem, zakończeniem, rejestracją i archiwizacją niniejszego postępowania, w tym w szczególności:
 - 1) przygotowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej toczącego się postępowania;
 - 2) przygotowanie i udostępnienie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego;
 - 3) przygotowanie i przesłanie do Wykonawcy umów o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 4) realizacja postanowień umowy – kontakt z Wykonawcą;
 - 5) wprowadzenie danych do rejestrów wewnętrznych Zamawiającego (rejestr postępowań, rejestr umów, itd.);
 - 6) przygotowanie dokumentów lub pism związanych z kolejnymi postępowaniami, w Wykonawcy, osoby i podmioty posługujące się danymi innych osób zobowiązane są do powiadomienia tych osób o posługiwaniu się ich danymi i postępowania zgodnie z RODO.
8. W przypadku odbioru dokumentu przez osobę inną niż ta, której dane dotyczą, odbiorca zobowiązuje się wypełnić obowiązek informacyjny wskazany w art. 14 RODO (np. potwierdzenie odbioru dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego, potwierdzenie dokonania wglądu do dokumentacji – w sytuacji, gdy tych czynności dokonuje inna osoba niż osoba wnioskująca o możliwość ich dokonania).
9. Porozumiewanie się z Zamawiającym, składanie ofert oraz podpisywanie umów w zakresie związanym z niniejszym postępowaniem uznaje się za potwierdzenie faktu zapoznania się z niniejszą informacją – zapisami Rozdziału XXV.
10. Zważywszy a art. 14 ust. 5 lit b i c RODO Zamawiający nie jest zobowiązany do indywidualnego informowania wszystkich osób, których dane zostaną pozyskane w trakcie prowadzenia procedury lub w związku z jej prowadzeniem po jej zakończeniu.

XXVI. Informacje dotyczące Platformy e-Zamawiający.

1. Pod pojęciem „**Platforma e-Zamawiający**” należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (*dalej także jako „JEDZ”*).
2. Korzystanie z „**Platformy e-Zamawiający**” jest bezpłatne.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w języku polskim na elektronicznej **Platformie e-Zamawiający** Zamawiającego. Adres platformy: <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>.
4. Dostawcą rozwiązania teleinformatycznego (platformy e-Zamawiający) Marketplanet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa.
5. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. **22 576 87 90** lub info@marketplanet.pl lub servicedesk_zamowienia@marketplanet.pl.
6. W zakładce „**Pierwotne Dokumenty Zamówienia**” dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobieranie dokumentów następuje po kliknięciu na wybrany dokument i wciśnięciu polecenia: „**Pobierz**”.
7. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie się rejestrując lub logując, w przypadku posiadania konta na „Platformie e-Zamawiający”, akceptuje warunki korzystania z platformy.

8. W zakładce „**Regulacje i procedury procesu zakupowego**” zamieszczona jest „**Instrukcja dla Wykonawcy**”, która zawiera pełną instrukcję korzystania z „Platformy e-Zamawiający”.
9. Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej pod adresem: <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl> specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej udostępnionym na stronach portalu internetowego Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
10. W zakładce „**Lista Przetargów i Dialogów Technicznych**”, dalej „**Aktualne**” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „**Przystąp do Postępowania**” przechodzi odpowiednio do formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na ww. platformie lub panelu logowania użytkownika do systemu – w przypadku kiedy Wykonawca posiada konto ww. platformie.
11. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do ww. platformy.
12. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez system.
13. **Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.** W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
14. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
15. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ofert przez Zamawiającego, który następuje po terminie otwarcia (oferta szyfrowana jest automatycznie przy jej złożeniu, nie jest wymagany odrębny program szyfrujący).
16. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem „**Platformy e-Zamawiający**” w zakładce „**Pytania i odpowiedzi**”.
17. Składanie oferty:
 - 1) Aby złożyć ofertę należy nacisnąć klawisz „**Złóż ofertę/wniosek**”.
 - 2) Wykonawca w zakładce „**Dokumenty**” dodaje załączniki określone w rozdz. VII ust. 1 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „**Dodaj dokument**”, wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz podpisanie nazwy identyfikującej załącznik. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „**Dodaj**”.
 - 3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na **Platformie e-Zamawiający** Zamawiającego.
 - 4) Po upływie ww. terminu złożenie oferty na **Platformie e-Zamawiający** nie będzie możliwe.
 - 5) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
18. Zmiana lub wycofanie oferty:
 - 1) **Wycofanie oferty lub zmiana jej treści jest skuteczna przed upływem terminu do składania ofert.**
 - 2) Wykonawca, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez skorzystanie z zakładki: „**Modyfikuj ofertę**” lub „**Wycofaj**” na platformie.
 - 3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

XXVII. Pozostałe informacje.


1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom. Ponadto, w przypadku gdy przedmiot zamówienia będzie realizowany we współpracy z innym Wykonawcą, Wykonawca składający ofertę powinien posiadać umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, określającą jednoznacznie sposób reprezentowania wspólników.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
3. Przez sformułowanie „dni robocze” występujące w SIWZ należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia roboczego, za wyjątkiem terminu na zadawanie zapytań do SIWZ.
5. Instrukcja wypełnia JEDZ znajduje się na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych
(<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>)
6. W sytuacji sprzeczności postanowień SIWZ, wyjaśnień do SIWZ lub modyfikacji SIWZ w stosunku do ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
7. Zamawiający informuje, że przy stosowaniu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający korzystać będzie z posiadanego łącza o parametrach minimalnych 20/20 Mb/s.
8. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
 - 1) Dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
 - 2) Dopuszcza się podpisywanie dokumentów w formacie innym niż „pdf” wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
9. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991) określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na „**Platformie e-Zamawiający**”:
 - 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - 2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
 - 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
 - 4) Włączona obsługa JavaScripty;
 - 5) Zainstalowany program Acrobat Reader, lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
 - 6) Kwalifikowany podpis elektroniczny.
10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991) określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., exel, doc., zip.
11. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991) określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
 - 1) Plik załączony przez Wykonawcę na „**Platformie e-Zamawiający**” Zamawiającego i zapisany, widoczny jest na Platformie, jako zaszyfrowany – format kodowania

- UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego, które następuje po terminie otwarcia ofert;
- 2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

Nr	Nazwa załącznika.
1.	Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2.	Formularz asortymentowo – cenowy – Załączniki nr 2.1– 2.7
3.	Opis przedmiotu zamówienia, parametry wymagane oraz parametry oceniane – Załączniki nr 2a.1 – 2a.7
4.	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3
5.	Projekt umowy – Załącznik nr 4

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 51/59



Pieczęć Wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Województwo:

Adres e-mail:

Numer NIP

Numer REGON

**Część A – oferta cenowa: nawiązując do ogłoszonego postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę
analizatorów dla Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.”,
znak sprawy: ZP/32/2019**

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za cenę:

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 1 */

1. Łączna wartość brutto oferty (testy, materiały zużywalne i akcesoria, dzierżawa analizatora): zł (słownie: 00/100 zł), netto:.....zł (słownie:.....)
2. Termin wykonania: **36 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
3. Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .
4. Data ważności testów: (min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy).
5. Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
6. Producenta analizatora.....
Typ analizatora / nazwa / nr katalogowy / rok produkcji:
8. Wartość handlowa analizatora wynosi brutto:.....zł (słownie:00/100 zł), netto:.....zł (słownie:.....)

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 2*/

1. **Łączna wartość brutto oferty (płytki i podłoża):** zł (słownie: 00/100 zł), netto:.....zł (słownie:.....)
2. Termin wykonania: **36 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
3. Czas dostawy (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .
4. Data ważności asortymentu: (min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy).
5. Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 3*/

1. **Łączna wartość brutto oferty (testy i bulion):** zł (słownie: 00/100 zł), netto:.....zł (słownie:.....)
2. Termin wykonania: **36 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
3. Czas dostawy (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .
4. Data ważności asortymentu: (min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy).
5. Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 4*/

1. **Łączna wartość brutto oferty (testy, podłoża, krążki, odczynniki, itp.):** zł (słownie: 00/100 zł), netto:.....zł (słownie:.....)
2. Termin wykonania: **36 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
3. Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .
4. Data ważności asortymentu:
 - a) **Podłoża bakteriologiczne.** Płytki z dodatkiem krwi mają 4 tygodniową datę ważności, a pozostałe 6 tygodniową datę ważności licząc od daty dostarczenia asortymentu;
 - b) **Krążki do oznaczania lekowrażliwości, testy diagnostyczne.** Wymagany roczny termin ważności krążków licząc od daty dostarczenia asortymentu;
 - c) **Paski nasączone gradientem antybiotyku.** Wymagany roczny termin ważności dla pasków;
 - d) **Testy diagnostyczne i inny asortyment konieczny do diagnostyki mikrobiologicznej.** Wymagany minimalny 6 miesięczny termin ważności;
 - e) **Test do badania lekowrażliwości grzybów rodzaj.: *Candida sp, Aspergillus sp i Cryptococcus.* metodą mikrorozcieńczeń:** wymagany minimum roczny termin ważności.
5. Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 5*/

1. **Łączna wartość brutto oferty (testy, materiały zużywalne i akcesoria + dzierżawa analizatorów):** zł (słownie: 00/100 zł). Netto:.....zł.
2. Termin wykonania: **36 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
3. Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .
4. Data ważności dla odczynników, kalibratorów, kontroli: (min. 6 miesięcy).
5. Dla materiału kontrolnego długie numery serii: (min. 12 miesięcy).
6. Nazwa producenta analizatorów:
 - a) analizator 1
 - b) analizator 2
7. Typ analizatorów /nazwa/ nr katalogowy / rok produkcji:
 - a) analizator 1
 - b) analizator 2
8. Wartość handlowa analizatorów wynosi:
 - 1) analizator 1.....zł brutto (słownie:00/100 zł). Netto:.....zł;

- 2) analizator 2zł brutto (słownie:00/100 zł). Netto:.....zł.
9. Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 6*/

1. **Wartość brutto (cena brutto oferty testy, materiały zużywalne i akcesoria + dzierżawa analizatorów):.....zł;** (słownie:00/100 zł. netto:.....zł
2. Termin wykonania: **36 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
3. Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .
4. Termin ważności produktów do użycia wynosi min. 6 m-cy od daty dostawy asortymentu.
5. Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby.
6. Nazwa oferowanego analizatora (podstawowego) immunochemicznego , rok produkcji:
7. Nazwa oferowanego analizatora (backup) immunochemicznego , rok produkcji:
8. Nazwa oferowanego analizatora (podstawowego) biochemicznego , rok produkcji:
9. Nazwa oferowanego analizatora (backup) biochemicznego..... , rok produkcji:
10. Wartość handlowa oferowanego analizatora (podstawowego) immunochemicznego:..... zł brutto (słownie: /100 zł); netto:.....zł;
11. Wartość handlowa oferowanego analizatora (backup) immunochemicznego: :..... zł brutto (słownie: /100 zł); netto:.....zł;
12. Wartość handlowa oferowanego analizatora (podstawowego) biochemicznego: :..... zł brutto (słownie: /100 zł); netto:.....zł;
13. Wartość handlowa oferowanego analizatora (backup) biochemicznego: :..... zł brutto (słownie: /100 zł); netto:.....zł.

Część zamówienia /zadanie, pakiet/ nr 7*/

1. **Wartość brutto (cena brutto oferty testy, materiały zużywalne i akcesoria + dzierżawa analizatorów):.....zł;** (słownie:00/100 zł. netto:.....zł
2. Termin wykonania: **36 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
3. Czas dostawy materiałów zużywalnych (liczba dni roboczych) wynosi (nie więcej niż 3 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia .
4. Termin ważności produktów do użycia wynosi min. 6 m-cy od daty dostawy asortymentu.
5. Nazwa producenta analizatorów hematologicznych:
a) analizator 1
b) analizator 2
6. Typ **analizatorów hematologicznych** /nazwa/nr katalogowy/rok produkcji:
a) analizator 1
b) analizator 2
7. Termin płatności: 60 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
8. Wartość handlowa **analizatorów hematologicznych** wynosi:
1) analizator 1zł brutto (słownie:00/100 zł). Netto:.....zł;
2) analizator 2zł brutto (słownie:00/100 zł). Netto:.....zł.

**/ Zostawić na wszystkie części /pakiety, na które Wykonawca składa ofertę*

Część B – Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w szczególności zgodnie z zapisami pkt 15 SIWZ).
4. Oświadczamy, że wartość brutto naszej oferty stanowi całość kosztów jakie poniesie Zamawiający w przypadku zawarcia z nami umowy.
5. **Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami (deklaracja zgodności / certyfikat CE / wpis / zgłoszenie / powiadomienie do rejestru wyrobów medycznych)* i zobowiązujemy się przedłożyć wymagane dokumenty na każde żądanie Zamawiającego. Ponadto oświadczamy, że każde opakowanie jednostkowe oferowanego asortymentu jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, na potwierdzenie czego zobowiązujemy się przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego próbkę opakowania jednostkowego oferowanego asortymentu.**
6. Zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp oświadczamy, iż wybór naszej oferty **będzie / nie będzie*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku:.....
7. Oświadczamy, że jesteśmy wpisani do **Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** / *.
8. Oświadczamy, iż jesteśmy: **mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem** / *.

* - niepotrzebne skreślić

Część C - Pozostałe informacje:

1. Do oferty załączamy::
.....
2. Zastrzeżenie Wykonawcy - Wykonawca zastrzega, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (wypełnić jeżeli dotyczy):.....
.....
(Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić lub wpisać „nie dotyczy”. W przypadku braku skreśleń i zapisów w niniejszym punkcie przyjmuje się że wykonawca nie zastrzega żadnych informacji składających się na ofertę)
3. Na potwierdzenie, iż dokumenty i informacje wskazane powyżej (punkt C2) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiamy (jeżeli dotyczy) :.....
.....
4. Następujące części zamówienia (zakres) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (wypełnić jeżeli dotyczy) :
.....
(Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić lub wpisać „nie dotyczy”. W przypadku braku skreśleń i zapisów w niniejszym punkcie przyjmuje się że wykonawca nie skorzysta z usług podwykonawców)

5. Liczba podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć podwykonawstwo (jeżeli dotyczy):
6. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom (wypełnić jeżeli planuje się powierzenie części zamówienia podwykonawcom):
.....
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
nr tel., adres e-mail
8. Inne informacje:

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczno-użytkowe

PARAMETRY WYMAGANE

Dostawa testów do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.

Lp.	Analizator mikrobiologiczny – dzierżawa Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/ Nie
1.	Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej: oznaczanie wrażliwości i identyfikacji mikroorganizmów	
2.	Możliwość identyfikacji minimum ziarenkowców G(+), pałeczek G(-), drożdżaków.	
3.	Możliwość oznaczania lekowrażliwości ziarenkowców G(+), pałeczek G(-).	
4.	Automatyzacja wykonywanych oznaczeń – inkubacja, odczyt na pokładzie analizatora, brak konieczności drukowania kodów kreskowych i naklejania na testy przez użytkownika	
5.	Identyfikacja mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, GISA, MLSb, VRE, HLAR, ESBL, AmpC, MBL, KPC.	
6.	Zapewnienie worteksu na czas trwania umowy	
7.	Wymagane w ramach umowy zagwarantowanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z najnowszymi zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i wymaganiami EUCAST	
8.	Data ważności dla testów minimum 6 miesięcy od momentu dostawy.	
9.	Zestaw antybiotyków i ich stężeń oraz interpretacja wyników zgodnie z zaleceniami EUCAST minimum 2018. Odpowiedni zakres leków dla poszczególnych grup bakterii.	
10.	Zamawiający wymaga aby wszystkie testy były szczelnie zamknięte w opakowaniach z folii aluminiowej wraz z pochłaniaczem wilgoci.	
11.	Testy służące do analiz powinny być szczelnie zamknięte w trakcie inkubacji i pomiarów oraz usuwania testów z analizatora (brak możliwości wylania materiału zakaźnego przy wyrzucaniu testów do góry dnem). Należy dostarczyć próbki.	
12.	Możliwość archiwizacji danych.	
13.	Części zużywalne, kontrole, roztwory do przygotowania zawiesin i akcesoria potrzebne do funkcjonowania systemu zostaną odpowiednio zaproponowane do ilości badań.	
14.	Zapewnienie densytometru na czas trwania umowy	
15.	System wyposażony w komputer.	
16.	Wymagane w ramach umowy podłączenie i zintegrowanie aparatu w ramach systemu informatycznego Centrum firmy Marcel będącego w użyciu przez Zamawiającego	
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	

Lp.	Analizator mikrobiologiczny – dzierżawa Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/ Nie
18.	Gwarancja wykonania przynajmniej raz w roku w ramach umowy przeglądu aparatu oraz zapewnienie części zamiennych/eksploatacyjnych na czas trwania umowy.	
19.	Zapewnienie w ramach umowy obsługi serwisu na cały okres trwania umowy. W przypadku awarii, działania serwisu podjęte w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii liczony w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Podać telefon i fax. serwisu do przyjmowania zgłoszeń awarii. Możliwość składania zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.	
20.	Zagwarantowanie urządzenia stabilizującego napięcie – UPS w celu zapewnienia prawidłowej pracy analizatora i ciągłości pracy.	
21.	Zapewnienie w ramach umowy szkolenia personelu w trakcie instalacji oraz opieka merytoryczna w trakcie trwania umowy.	
22.	Zapewnienie stołu pod aparat, paszportu technicznego	
23.	Analizator rok produkcji minimum 2018, ilość miejsc pomiarowych minimum 40	
24.	Certyfikat jakości do każdej nowej serii odczynników.	
25.	Wykonawca zapewni udział w sympozjum / sympozjach / kursie / kursach w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej i Epidemiologii dla jednej osoby, w ciągu całego czasu trwania umowy – min. 6 szkoleń dwudniowych w okresie trwania umowy	
26.	Zapewnienie klimatyzacji naściennej do pomieszczenia o kubaturze 27 m ³ . Klimatyzator na warunkach dzierżawy po zakończeniu umowy przechodzi na własność użytkownika.	

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

PARAMETRY OCENIANE

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

Parametr	Parametr oferowany Tak / Nie (wpisać)	Ilość punktów za parametr „Tak”
Menu w języku polskim		2
Testy zawierające co najmniej 30 antybiotyków w składzie		3
Testy klasyfikujące karbapenemazy na klasy Amblera bez konieczności potwierdzenia klasy metodą fenotypową zalecaną przez KORDL		2
Testy posiadają geometryczne stężenia antybiotyków bez pomijania stężeń pośrednich.		2
Identyfikacja mikroorganizmów beztlenowych na pokładzie automatu		3
Napełnianie paneli w aparacie		2
Waga paneli (odpadów medycznych) do automatycznego		1

analizatora do 20 g		
---------------------	--	--

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 15

Wymagane dokumenty

4. Deklaracja zgodności CE dla urządzenia i testów.
5. Karty charakterystyki produktów.
6. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.
7. Specyfikacja techniczna dla analizatora.
8. Materiały informacyjne dla testów w języku polskim.
6. Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na wezwanie.

....., data,

.....
/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2a.2 do zadania nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY WYMAGANE

Płytki mikrobiologiczne do Clostridium difficile

Lp.	Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/ Nie
1	Podłoże chromogenne do Clostridium difficile bez konieczności użycia lampy UV do ostatecznej identyfikacji.	

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja zgodności CE podłoża.
2. Karty charakterystyki produktów.
3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.
4. Materiały informacyjne dla podłoża w języku polskim.
5. Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na wezwanie.

....., data,

.....
/podpis Wykonawcy/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY WYMAGANE

Opis parametrów granicznych testu do oznaczania MIC kolistyny

Lp.	Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/Nie
1.	Testy do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) kolistyny zgodny z aktualnymi zaleceniami EUCAST	
2.	Zestaw oraz niezbędny bulion Mueller-Hinton od jednego producenta z certyfikatem CEIVD	
3.	Test wykorzystujący metodę seryjnych rozcieńczeń antybiotyku na mikropłytkę	
4.	Liofilizowane substraty antybiotyku uwadniane po dodaniu zawiesiny bakteryjnej	
5.	Antybiotyk w 11 rozcieńczeniach w zakresie: 0.0625 - 64 µg/ml	
6.	Dzięki zastosowaniu liofilizowanych substratów antybiotyku długie terminy ważności mikropłatek - min 12 miesięcy	
7.	Zestaw zawiera 5 paneli (płatek), każdy umożliwia oznaczenie 8 próbek (łącznie 40 próbek)	
8.	Trwałość jednego panelu po otwarciu – 2 miesiące	
9.	Możliwość wykonania pojedynczych oznaczeń bez konieczności zbierania serii oznaczeń - mikropłatek podzielna na pojedyncze paski	
10.	Odczyt wizualny	

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja zgodności CE testów.
2. Karty charakterystyki produktów.
3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.
4. Materiały informacyjne dla testów w języku polskim.
5. Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na wezwanie.

....., data,

.....
/podpis Wykonawcy/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY WYMAGANE

Podłoża bakteriologiczne

Lp.	Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/Nie
1.	Płytki z dodatkiem krwi mają 4 tygodniową datę ważności a pozostałe 6 tygodniową datę ważności.	
2.	Każda płytka z nadrukiem nazwy pożywki, daty ważności, numeru serii i godziny rozlania, nadruk na spodzie płytki.	
3.	Zapewniona możliwość regulowania terminów dostaw.	
4.	Zamawiający wymaga dostarczenia jako próbki minimalnej ilości podłoży (10 sztuk): Columbia agar + krew barania hamujące wzrost pałeczek G (-) CNA, MacConkey agar z fioletem krystalicznym, Mueller Hinton agar, agar chromogeny do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z moczu, podłoże chromogenne dla Candida różnicujące drożdżaki. Zamawiający na podstawie oceny wzrostu szczepów wzorcowych dokona oceny i w przypadku nieprawidłowego wzrostu odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ.	
5.	Columbia agar + krew barania hamujące wzrost pałeczek G (-) - wymagane zahamowanie wzrostu dla pałeczek Gram(-)	
6.	Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym - wymagany wzrost pałeczek Gram (-) - wymagane różnicowanie drobnoustrojów na laktozo (+) i laktozo (-)	
7.	Chocolate agar z antybiotykami dla Haemophilus spp. - wymagane uzyskanie wzrostu Haemophilus spp., - niewskazany wzrost ziarenkowców	
8.	Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z moczu: - podłoże do różnicowania pałeczek z rodzaju Enterobacteriaceae, ziarenkowców Gram (+) i drożdżaków. - dla potwierdzenia wymagana kolorowa ulotka/plakat	
9.	Podłoże agarowe Chapman - wymagane jest uzyskanie wzrostu Staphylococcus, - różnicowanie drobnoustrojów mannitolo (+) i mannitolo (-).	
10.	Podłoże chromogenne dla Candida różnicujące drożdżaki - wymagane różnicowanie przynajmniej 4 gatunków Candida - dla potwierdzenia wymagana kolorowa ulotka/plakat	
11.	Wykonawca zapewni udział w sympozjum/sympozjach/kursie/kursach w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej i Epidemiologii dla jednej osoby, w ciągu całego czasu trwania umowy	
12.	Wykonawca zapewni lodówkę spożywczą o pojemności ok. 240 litrów wraz z zamrażalką – 3 szufladową o pojemności ok. 80 litrów, do przechowywania płytek i szczepów.	
13.	Densytometr uniwersalny	
14.	Jeden pojemnik 2,5 litra do hodowli mikroorganizmów w warunkach beztlenowych.	

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Punkty 12, 13, 14: na warunkach dzierżawy po zakończeniu umowy przechodzą na własność użytkownika.

Krażki do oznaczania lekowrażliwości, testy diagnostyczne

Lp.	Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/Nie
1.	Krażki pakowane w rurki po 50 sztuk .	
2.	Rurki muszą posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem.	
3.	Każdy krążek musi posiadać dwustronnie, wyraźnie, fabrycznie nadrukowany stały, międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i stężenie, zgodnie z zaleceniami EUCAST.	
4.	Wymagany dokument potwierdzający wysycenie krążka w zakresie 90-125% wartości stężenia podanej na krążku	
5.	Wymagany roczny termin ważności krążków.	
6.	Wymagana ta sama temperatura przechowywania krążków.	
7.	Wymagana pozytywna opinia KORLD potwierdzająca wysoką jakość zaproponowanych odczynników.	
8.	Wymagane 2 dyspensery pasujące do wszystkich zaoferowanych krążków.	

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Paski nasączone gradientem antybiotyku

Lp.	Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/Nie
1.	Paski pakowane pojedynczo lub po 10 sztuk	
2.	W zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający paski przed zawilgoceniem.	
3.	Każdy pasek musi posiadać wyraźnie nadrukowany stały ,międzynarodowy skrót nazwy antybiotyku i wartości stężenia, zgodnie z zaleceniami EUCAST.	
4.	Wymagany roczny termin ważności dla pasków.	

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Testy diagnostyczne i inny asortyment konieczny do diagnostyki mikrobiologicznej

Lp.	Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/Nie
1.	Krażki pakowane w rurki po 50 sztuk.	
2.	Każda rurka musi posiadać w swoim zewnętrznym opakowaniu indywidualny pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny), zabezpieczający każdą rurkę przed zawilgoceniem.	

Lp.	Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/Nie
3.	Wymagany minimalny 10 miesięczny termin ważności.	
4.	Dla testów lateksowych wymagane instrukcje wykonania w języku Polskim	

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

**Test do badania lekowrażliwości grzybów rodzaju:
*Candida sp, Aspergillus sp i Cryptococcu - metodą mikrorozcieńczeń***

Lp.	Parametry graniczne	Parametr – wpisać Tak*/Nie
1.	Test musi zawierać następujące związki przecigrzybicze: Amphotericyna B, Anidulafungina, Caspofungina, Fluconazol, 5-Flucytosina, Itraconazol, Ketoconazol, Micafungina, Posaconazole, Voriconazol.	
2.	Wymagana instrukcja wykonania w języku polskim.	
3.	Wymagany minimum roczny termin ważności dla testów.	

/* Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja zgodności CE przedmiotu zamówienia.
2. Karty charakterystyki produktów.
3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.
4. Materiały informacyjne dla przedmiotu zamówienia w języku polskim.
5. Materiały oryginalne producenta oraz tłumaczenie na wezwanie.

....., data,

.....
/podpis Wykonawcy/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych analizatora i odczynników koagulologicznych

L.p.	Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych	Parametr wymagany -Tak	Parametr oferowany – wpisać Tak/Nie
1.	Aparat podstawowy (główny) fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018. Aparat zastępczy (back-up) - Rok produkcji nie starszy niż 2018.		
2.	Oba analizatory wykorzystują te same odczynniki i materiały zużywalne.		
3.	Oba aparaty wyposażone w UPS-y.		
4.	Do analizatora głównego podłączona drukarka zewnętrzna.		
5.	Praca analizatorów w sieci wewnątrzlaboratoryjnej z dwukierunkową transmisją danych.		
6.	Analizator główny wyposażony w czytniki kodów wewnętrznych.		
7.	Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą barkodu (oba analizatory).		
8.	Możliwość wykonania oznaczenia na próbkach pierwotnych , wtórnych (oba analizatory).		
9.	Analizator główny wyposażony w przebijak korków.		
10.	Na pokładzie aparatów zapewnione chłodzenie odczynników (oba analizatory).		
11.	Wydajność analizatora głównego co najmniej 150 oznaczeń na godzinę dla PT i APTT, wraz z jednoczesnym oznaczaniem d – Dimerów – minimum 80 testów / godzinę. Wydajność analizatora zastępczego minimum 70 oznaczeń PT/ godzinę.		
12.	Stosowane metody: optyczna, mechaniczna, chromogenna i immunologiczna.		
13.	Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych- analizator główny. Analizator zastępczy- dopuszczalny jeden system pobierający dla prób i odczynników.		
14.	Ilość pozycji w analizatorze głównym dla próbek badanych minimum 90, lub możliwość ciągłego dostawiania próbek bez konieczności oczekiwania na zakończenie pracy lub bez konieczności przerywania pracy analizatora (analizator główny). Analizator zastępczy minimum 20 pozycji dla próbek badanych.		

15.	Priorytetowe oznaczanie próbek cito lub dodatkowy pokład dla próbki cito (oba analizatory).		
16.	Ciągłe monitorowanie objętości odczynników oraz materiałów zużywalnych w analizatorze głównym .		
17.	Możliwość automatycznego powtarzania pomiaru w przypadku wyniku budzącego wątpliwość oraz wyników poza liniowością metody-oba analizatory.		
18.	Oznaczenia wykonywane przy użyciu jednorazowych kuwet-oba analizatory.		
19.	Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady – oba analizatory.		
20.	Możliwość wprowadzania danych kalibracyjnych oraz parametrów odczynników przy użyciu kodów kreskowych – oba analizatory.		
21.	W obu analizatorach aplikacja umożliwiająca prowadzenie kontroli jakości (wykres Levy- Jennings’a).		
22.	Pamięć wyników kontroli jakości (oba analizatory).		
23.	Pamięć wyników pacjentów (oba analizatory).		
24.	Możliwość drukowania wyników bezpośrednio z analizatora – analizator główny.		
25.	Analizatory, odczynniki, płyny czyszczące, części wymienne muszą pochodzić od jednego producenta (oba analizatory).		
26.	Płyny eksploatacyjne wykorzystywane przy wykonywaniu oznaczeń używane w oryginalnych opakowaniach -bez konieczności przelewania(oba analizatory).		
27.	Liniowość fibrynogenu minimum: 0,4 do 9,0 g/l (oba analizatory).		
28.	Zakres liniowości testu ilościowego (bez rozcieńczania) dla D-Dimerów wynosi (co najmniej) do 4 500 ng /ml. Oferenci mający liniowość poniżej tej wartości doliczają 30% oznaczeń do ilości podanej przez oferenta (oba analizatory).		

29.	Wykonawca w trakcie trwania umowy zapewni autoryzowany serwis oraz przeglądy techniczne obu analizatorów.		
30.	Warunki serwisu: możliwość telefonicznego zgłoszenia awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.		
31.	Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii – dla analizatora głównego, w ciągu 48 godzin dla analizatora back-up.		
32.	Instalacja, uruchomienie, szkolenie, podłączenie do sieci na koszt oferenta.		
33.	Zapewnienie kontroli zewnętrznych wszystkich oznaczanych parametrów (oba analizatory), w zakresach wartości podlegających opracowaniu statystycznemu.		
34.	Do obu analizatorów wymagane stanowisko robocze : stół(oba analizatory), komputer - stacja robocza, monitor, myszka, drukarka, UPS (oba analizatory), skaner – czytnik kodów kreskowych.		
35.	W czasie trwania umowy wykonawca zapewni szkolenie uzupełniające przynajmniej 2 razy w roku - min. 6 szkoleń dwudniowych w okresie trwania umowy		
36.	Wykonawca zapewni wyposażenie pracowni w krzesła w ilości 2 sztuk, które po zakończeniu umowy przejdą na własność użytkownika.		
37.	Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni uczestnictwo dla diagnostów laboratoryjnych w zjazdach, szkoleniach, konferencjach krajowych dotyczących przedmiotu zamówienia.		
38.	Wykonawca zapewni na czas umowy pipety automatyczne o pojemności 50ul, 100 ul, 200 ul, 500 ul oraz nastawna od 1000 ul do 5000 ul z aktualnym świadectwem walidacji. W czasie trwania umowy Oferent zapewni niezbędne walidacje w certyfikowanych ośrodkach z dostarczeniem świadectwa walidacyjnego. Po okresie rozwiązania umowy, wymienione urządzenia zostaną przekazane na własność Zamawiającemu		

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt **musi spełniać wszystkie** parametry graniczne – odpowiedź ”tak” w każdym polu (pkt 1-38) .

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

L.p.	Parametr	Wartość punktowana	Max ilość punktów
1.	Polskie menu analizatorów – oceniane obydwa analizatory	Po 1 pkt dla każdego analizatora	2
2.	Wydajność analizatora powyżej 150 oznaczeń /godzinę - oceniany analizator główny	2	2
3.	Czas uzyskania wyników licząc od momentu wstawienia próbki do analizatora do momentu uzyskania wyników panelu badań (PT, APTT, FIBRYNOGEN , D-DIMER) do 5 minut – oceniany analizator główny	2	2
4.	Analizator pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe – nie łączone w bloki rotory lub segmenty – oceniany analizator główny	1	1
5.	Analizator wyposażony w cztery długości fal, dodatkowo wyposażony w funkcję przedanalizacyjnego skanowania próbki, w celu automatycznego doboru długości fali, w przypadku wykrycia interferencji w postaci lipemii, ikterii lub hemolizy – oceniany analizator główny	1	1
6.	Zapamiętywanie przez analizator więcej niż jedną krzywą kalibracyjną – oceniany analizator główny	2	2
7.	Rejestracja, monitorowanie oraz kontrola kinetyki reakcji wraz z możliwością jej przedstawienia w postaci wykresu – oceniany analizator główny	1	1
8.	Funkcje wykonywanych codziennych i okresowych czynności konserwujących automatycznie rejestrowane przez analizator – oceniany analizator główny	1	1
9.	Monitorowanie objętości odczynników przez czujnik cieczy z przeliczeniem na ilość testów pozostałych do wykonania – oceniany analizator główny	2	2
10.	Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką, pochodzenia łożyskowego o ISI 1,0 +/- 0,1	1	1
11.	Możliwość zdalnej komunikacji pomiędzy analizatorem a serwisem. Internetowe połączenie umożliwiające natychmiastowe zdiagnozowanie ewentualnego problemu – oceniany analizator główny	2	2
12.	Możliwość aktualizowania oprogramowania przez Internet – oceniany analizator główny	1	1
13.	Liniowość D-Dimerów powyżej 4 000 ng/ml (bez rozcieńczenia)	Każde 1000 ng/ml powyżej wskazanej granicy - 2 pkt	8
14.	Potwierdzenie przydatności testu D-Dimerów dla wykluczenia ZP i ZŻG (certyfikat FDA)	2	2

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 30

Wymagane dokumenty:

1. Ulotki (instrukcje) w języku polskim .
2. Karty charakterystyki odczynników. (jeżeli dotyczy oferowanych testów).
3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

4. Wymagana deklaracja zgodności CE .

5. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (np. katalogi, instrukcja obsługi aparatu na płycie CD, specyfikacja techniczna, informacja od producenta, informacja dla użytkownika).

....., data,

.....
/podpis Wykonawcy/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych

L.p.	Zestawienie parametrów granicznych technicznych i analitycznych dotyczących analizatorów biochemicznych	Parametr wymagany - Tak	Parametr oferowany – wpisać Tak*/Nie
1.	Aparat podstawowy: fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018.	Tak	
2.	Aparat do zapewnienia backup-u: fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018	Tak	
3.	Aparat przeznaczony do backup-u tej samej technologii co analizator podstawowy, z pełną wymiennością odczynników, kalibratorów i kontroli.	Tak	
4.	Oferowane analizatory, odczynniki, kalibratory i kontrole powinny stanowić spójny system analityczny i pochodzić od jednego producenta.	Tak	
5.	Aparaty wyposażone w UPS-y.	Tak	
6.	Praca analizatorów w sieci wewnątrzlaboratoryjnej z dwukierunkową transmisją danych.	Tak	
7.	Analizatory wyposażone w czytniki kodów kreskowych.	Tak	
8.	Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą barkodu.	Tak	
9.	Możliwość wykonywania oznaczeń w próbkach pierwotnych oraz wtórnych.	Tak	
10.	Na pokładzie aparatów chłodzenie odczynników z zapewnieniem temperatury minimum 15 o C .	Tak	
11.	Wydajność analizatorów minimum 300 testów/godzinę, z ISE minimum 400 oznaczeń/godzinę.	Tak	
12.	System odczynników otwarty lub zamknięty.	Tak	
13.	Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu, płynie mózgowo – rdzeniowym i innych płynach ustrojowych.	Tak	
14.	Możliwość oznaczeń w moczu bez wstępnego manualnego rozcieńczania.	Tak	
15.	Zużycie wody przez analizatory nie większe niż 20 litrów/godz.	Tak	
16.	Priorytetowe oznaczanie próbki CITO.	Tak	
17.	Ilość pozycji dla próbek badanych – minimum 60 oraz możliwość dostawiania próbek citowych w trakcie pracy aparatów bez przerywania rozpoczętych przez analizator procesów.	Tak	
18.	Próbki wstawiane na pokład w dedykowanych statywach z możliwością ciągłego dostawiania próbek w trybie rutynowym bez przerywania pracy analizatorów.	Tak	
19.	Ilość dostępnych jednocześnie reagentów na pokładzie analizatorów – minimum 30 parametrów.	Tak	
20.	Możliwość umieszczania różnych serii tego samego reagenta.	Tak	
21.	Ciągłe monitorowanie zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych.	Tak	
22.		Tak	
23.	Możliwość automatycznych rozcieńczeń oznaczanych parametrów.	Tak	

24.	Analizatory wyposażone w detektor skrzepów z automatycznym płukaniem igły. Zamawiający dopuszcza również technologię jednorazowych końcówek pobierających.	Tak	
25.	Oznaczenia wykonywane są w jednorazowych kuwetach.	Tak	
26.	Aparaty wyposażone w system kontroli pobierania odczynników i próbek z możliwością określenia statusu oznaczeń.	Tak	
27.	Prowadzenie kontroli jakości w analizatorach.	Tak	
28.	Pamięć wyników kontroli jakości.	Tak	
29.	Pamięć wyników pacjentów.	Tak	
30.	Sygnalizowanie procedur konserwacyjnych w analizatorach.	Tak	
31.	Rejestracja i sygnalizacja czasookresów wymaganych kalibracji w analizatorach.	Tak	
32.	Możliwość drukowania wyników bezpośrednio z analizatorów.	Tak	
33.	Możliwość wprowadzenia do wydruku różnych zakresów wartości referencyjnych.	Tak	
34.	Wymagany minimum raz w roku bezpłatny przegląd techniczny analizatorów. Części zamienne wymagające wymiany zapewnia Wykonawca.	Tak	
35.	Warunki serwisu: możliwość zgłaszania awarii oraz telefoniczny kontakt z inżynierami serwisu 24 godzin/dobę przez 7 dni w tygodniu	Tak	
36.	Warunki serwisu: przystąpienie do naprawy od 12 do 24 godzin od zgłoszenia awarii w przypadku aparatu podstawowego, dla analizatora stanowiącego backup – przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin.	Tak	
37.	Naprawa awarii na koszt Wykonawcy.	Tak	
38.	Do analizatorów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups i stacja uzdatniania wody jeśli analizator jej wymaga.	Tak	
39.	Na koszt Wykonawcy podłączenie do istniejącej sieci Marcel 2 aparatów biochemicznych.	Tak	
40.	Instalacja, uruchomienie, szkolenie na koszt Wykonawcy.	Tak	
41.	W trakcie trwania umowy szkolenia uzupełniające przynajmniej 2 razy w roku - min. 6 szkoleń dwudniowych w okresie trwania umowy	Tak	

***Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”**

Parametry graniczne dla analizatorów immunochemicznych

L.p.	Zestawienie parametrów granicznych technicznych i analitycznych dotyczących analizatorów immunochemicznych	Parametr wymagany -Tak	Parametr oferowany – wpisać Tak*/Nie
1.	Aparat podstawowy – fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2018)	Tak	
2.	Aparat do zapewnienia backup-u: nowy lub używany (rok produkcji nie starszy niż 2013).	Tak	
3.	Aparat przeznaczony do backup-u tej samej technologii co analizator podstawowy, z pełną wymiennością odczynników, kalibratorów i kontroli. Wykonujący te same oznaczenia co analizator podstawowy.	Tak	
4.	Aparaty wyposażone w UPS-y.	Tak	
5.	Praca analizatorów w sieci wewnątrzlaboratoryjnej z dwukierunkową transmisją danych.	Tak	

6.	Analizatory wyposażone w czytniki kodów kreskowych.	Tak	
7.	Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą barkodu.	Tak	
8.	Możliwość wykonywania oznaczeń w próbkach pierwotnych oraz wtórnych.	Tak	
9.	Na pokładzie aparatów zapewnione chłodzenie odczynników.	Tak	
10.	Wydajność analizatora minimum 80 oznaczeń/godzinę.	Tak	
11.	System zamknięty.	Tak	
12.	Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu.	Tak	
13.	Priorytetowe oznaczanie próbki CITO.	Tak	
14.	Ilość pozycji dla próbek badanych – minimum 60 oraz możliwość dostawiania próbek citowych w trakcie pracy aparatu, bez przerywania pracy analizatora.	Tak	
15.	Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora.	Tak	
16.	Ilość dostępnych jednocześnie reagentów na pokładzie analizatora - minimum 15 parametrów.	Tak	
17.	Odczynniki gotowe do użycia (bez udziału użytkownika).	Tak	
18.	Możliwość umieszczania różnych serii tego samego reagenta.	Tak	
19.	Ciągłe monitorowanie zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych.	Tak	
20.	Stosowane metody: chemiluminescencja.	Tak	
21.	Możliwość automatycznych rozcieńczeń.	Tak	
22.	Analizator wyposażony w detektor skrzepów.	Tak	
23.	Wymagane jednorazowe kuwety pomiarowe.	Tak	
24.	Aparat wyposażony w system kontroli pobierania odczynników i próbek.	Tak	
25.	Prowadzenie kontroli jakości w analizatorze.	Tak	
26.	Pamięć wyników kontroli jakości.	Tak	
27.	Pamięć wyników pacjentów.	Tak	
28.	Sygnalizowanie procedur konserwacyjnych w analizatorze.	Tak	
29.	Rejestracja i sygnalizacja czasookresów wymaganych kalibracji w analizatorze.	Tak	
30.	Możliwość drukowania wyników bezpośrednio z analizatora.	Tak	
31.	Możliwość wprowadzenia do wydruku różnych zakresów wartości referencyjnych.	Tak	
32.	Wymagany raz w roku bezpłatny przegląd techniczny analizatorów. Części zamienne wymagające wymiany zapewnia Wykonawca.	Tak	
33.	Warunki serwisu: możliwość zgłaszania awarii oraz telefoniczny kontakt z inżynierami serwisu 24 godzin/dobę przez 7 dni w tygodniu	Tak	
34.	Warunki serwisu: przystąpienie do naprawy w ciągu 12 do 24 godzin od zgłoszenia awarii.	Tak	
35.	Naprawa awarii na koszt Wykonawcy.	Tak	
36.	Do analizatora/ów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups.	Tak	
37.	Na koszt Wykonawcy podłączenie do istniejącej sieci Marcel aparatu podstawowego i zastępczego	Tak	
38.	Instalacja, uruchomienie, szkolenie na koszt Wykonawcy.	Tak	
39.	W trakcie trwania umowy szkolenia uzupełniające przynajmniej raz w roku.	Tak	
40.	Dostarczenie wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ	Tak	

***Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”**

Wymagania dotyczące wykonywanych badań biochemicznych i immunochemicznych.

L.p.	Zestawienie parametrów granicznych dotyczących wykonywanych badań	Parametr wymagany -Tak	Parametr oferowany – wpisać Tak*/Nie
1.	Kontrole wewnątrzlaboratoryjne wykonywane codziennie na dwóch poziomach. Należy uwzględnić kontrole wykonywane po kalibracji oraz interwencjach serwisu.	Tak	
2.	Kontrola wewnątrzlaboratoryjna firmowa lub niezależna.	Tak	
3.	Odczynniki, kalibratory zachowują maksymalnie długi okres ważności – minimum 6 miesięcy.	Tak	
4.	Materiał kontrolny o jednakowych seriach - min. 12 miesięcy jedna seria.	Tak	
5.	Wszystkie parametry podane w specyfikacji odczynnikowej muszą być oznaczane na oferowanych analizatorach (podstawowym i zastępczym).	Tak	
6.	Zamawiający wymaga sfinansowania kosztów wykonywanych testów potwierdzenia w referencyjnych (wybranych przez Zamawiającego) ośrodkach dla dodatnich oraz wątpliwych wyników testu HIV, anty – HCV oraz HBV Ag w ilościach: HIV około 1%; anty HCV około 8%, HBV około 8% wszystkich oznaczeń.	Tak	
7.	Wykonawca zapewnia transport materiału do wskazanego ośrodka oraz odbiór wyników. Odbiór materiału w ciągu 4 godzin od zgłoszenia Zamawiającego. Dostarczenie materiału do ośrodka referencyjnego w dniu wezwania kuriera. Odbiór wyniku w dniu wezwania kuriera.	Tak	
8.	Wymagana troponina I lub T wysokoczuła, stężenie dla 99 percentyla populacji CV mniejsze lub równe 10%.	Tak	

***Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”**

UWAGA!!!

W załączniku nr 2.6 do SIWZ dane ilościowe zawarta jest liczba badań, a nie oznaczeń. Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowo 10 % odczynników oraz odpowiednich materiałów zużywalnych na wykonanie niezbędnych powtórzeń.

Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przedmiotu zamówienia.

L.p.	Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego	Wymagane -Tak	Zaoferowane – wpisać Tak*/Nie
1.	Komputery – stacje robocze – 2 sztuki (do analizatorów biochemicznych – 1, immunochemicznych – 1), fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018. Komputery mają w pełni współpracować z oferowanymi analizatorami oraz posiadać wszelkie wymagane wyposażenie. 2 komplety klawiatury i myszy	Tak	
2.	Dodatkowo 1 stacja robocza nie podłączona bezpośrednio z żadnym z analizatorów, wpięta w informatyczny system wewnątrzlaboratoryjny. Fabrycznie nowy, rok produkcji nie	Tak	

	starszy niż 2018. . Komputery mają w pełni współpracować z systemem wewnątrzlaboratoryjnym oraz posiadać wszelkie wymagane wyposażenie. 2 komplety klawiatury i myszy		
3.	<p>Komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym:</p> <p>System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: <ol style="list-style-type: none"> a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitemi i przełączanie się pomiędzy pulpitemi za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez 	Tak	

	<p>administratora systemu Zamawiającego.</p> <p>12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.</p> <p>13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.</p> <p>14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.</p> <p>15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.</p> <p>16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".</p> <p>17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.</p> <p>18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.</p> <p>19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.</p> <p>20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.</p> <p>21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.</p> <p>22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.</p> <p>23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."</p> <p>24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."</p> <p>25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i</p>		
--	---	--	--

	<p>pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.</p> <p>26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.</p> <p>27. Wbudowana zaporą internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.</p> <p>28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).</p> <p>29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.</p> <p>30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.</p> <p>31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.</p> <p>32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM</p> <p>33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.</p> <p>34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.</p> <p>35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)</p> <p>36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.</p> <p>37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.</p> <p>38. Mechanizmy logowania w oparciu o:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w 		
--	---	--	--

	<p>oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),</p> <p>d. Certyfikat/Klucz i PIN</p> <p>e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne</p> <p>39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5</p> <p>40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.</p> <p>41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach</p> <p>42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń</p> <p>43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń</p> <p>44. System operacyjny musi być fabrycznie nowy , nigdzie wcześniej nie aktywowany , fabrycznie zainstalowany przez producenta sprzętu</p>		
5.	Do każdego komputera w komplecie zasilacz awaryjny z czasem podtrzymania w przypadku zaniku prądu min 20 min.	Tak	
6.	Do każdego komputera monitor płaski fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2018). Rozmiar ekranu – min. 24”	Tak	
6.	Do komputerów dołączone czytniki kodów kreskowych – fabrycznie nowe, odczytujące kody stosowane przez dostawcę systemu wewnętrznlaboratoryjnego.	Tak	
7.	Drukarki z możliwością wydruku A4 i A5 do każdego stanowiska komputerowego z dostawą tonerów i bębnow ze strony Wykonawcy w okresie umowy.	Tak	
8.	Zapewnienie urządzenia wielofunkcyjnego (z możliwością faksowania, skanowania, kserowania, drukowania) z dostawą tonerów i bębnow ze strony Wykonawcy w okresie umowy.	Tak	
9.	Dla drukarek, upsów, 3-letnia gwarancja, naprawy w miejscu instalacji sprzętu na koszt Wykonawcy w trakcie trwania dzierżawy.	Tak	
10.	Dla komputerów 3 letnia gwarancja z naprawą w miejscu instalacji komputera w następnym dniu roboczym. W przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego.	Tak	

***Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”**

Wymagania związane z dzierżawą analizatorów oraz zakupem odczynników

L.p.	Zestawienie dotyczące zapewnienia jakości oraz spełnienia warunków pracy analizatorów	Wymagane -Tak	Zaoferowane – wpisać Tak*/Nie
1.	Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni dwa razy w roku przegląd klimatyzatorów będących własnością Zamawiającego w liczbie 2. Jeśli w czasie trwania umowy dojdzie do awarii/uszkodzenia urządzeń, Oferent zapewni odpowiednie warunki pracy dla dzierżawionych analizatorów poprzez wymianę uszkodzonych klimatyzatorów na własny koszt. Po okresie związania umową, wymienione urządzenia zostaną przekazane na własność Zamawiającemu.	Tak	
2.	Wykonawca zapewni stację uzdatniania wody, jeśli tego wymagają oferowane analizatory oraz zapewni materiały zużywalne niezbędne do jej funkcjonowania przez okres trwania umowy. Przez czas związania umową Wykonawca zadba o wymagane coroczne przeglądy serwisowe urządzenia na własny koszt.	Tak	
3.	Wykonawca na czas trwania umowy zapewni lodówkę/szafę chłodniczą do przechowywania odczynników oraz zamrażarkę spełniającą wymagania proponowanych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych.	Tak	
4.	Wykonawca zapewni odpowiednie warunki do pracy analizatorów – montaż po 6 moskitier do okien o powierzchni 150/80 i 6. okien o powierzchni 80/70 cm.	Tak	
5.	Jeżeli analizator wymaga ustawienia na stole, Zamawiający wymaga dostarczenia profesjonalnego stołu pod aparat.	Tak	
6.	Wykonawca zapewni doposażenie pracowni w taborety/krzesła laboratoryjne w ilości 3 krzesła i 3 taborety do oferowanych analizatorów.		
7.	Wykonawca zapewni uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej obejmujący każdy oznaczany przez zamawiającego parametr biochemiczny i immunochemiczny (minimum raz na kwartał).	Tak	
8.	Raz na kwartał wymagana kontrola parametrów chemicznych oznaczanych w moczu tj.: glukoza, białko, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, wapń, fosforany, sód, potas, chlorki.	Tak	
9.	Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni uczestnictwo dla diagnostów laboratoryjnych w zjazdach, szkoleniach, konferencjach krajowych dotyczących przedmiotu zamówienia.	Tak	
10.	Wykonawca zapewni na czas umowy pipety automatyczne o pojemności 5ul, 10 ul, 100 ul, 200 ul, 500 ul oraz nastawna od 1000 ul do 5000 ul z aktualnym świadectwem walidacji. W czasie trwania umowy Oferent zapewni niezbędne walidacje w certyfikowanych ośrodkach z dostarczeniem świadectwa walidacyjnego. Po okresie związania umową, wymienione urządzenia zostaną przekazane na własność Zamawiającemu.	Tak	
11.	Podłączenie analizatorów do sieci wewnątrzlaboratoryjnej Marcel.	Tak	
12.	Zainstalowanie i uruchomienie analizatorów i pozostałych urządzeń na koszt wykonawcy.	Tak	

*Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

Parametry jakościowe dla analizatorów i odczynników biochemicznych oraz immunochemicznych podlegające ocenie jakościowej

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

L.p.	Parametr oceniany	Wartość punktowana	Parametr oferowanego przedmiotu zamówienia
1.	Polskie menu analizatora biochemicznego	1 pkt – za polskie menu 0 pkt – za menu w innym języku	Menu w języku
2.	Polskie menu analizatora immunochemicznego	1 pkt – za polskie menu 0 pkt – za menu w innym języku	Menu w języku
3.	Zużycie wody w trybie roboczym mniejsze niż 20 l/godz. Dotyczy analizatora biochemicznego.	Do 10 l/godzinę: 1pkt Do 5 l/godzinę: 2 pkt Do 2 l/godzinę: 3 pkt	Zużycie wody w trybie roboczym litrów/godzinę
4.	Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora immunochemicznego.	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt
5.	Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników – dotyczy analizatora immunochemicznego	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt
6.	Odczynniki automatycznie przygotowywane na pokładzie analizatorów (bez udziału użytkownika) – dotyczy analizatora biochemicznego	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
7.	Ilość pozycji dla próbek badanych – powyżej 60. – dotyczy analizatora biochemicznego.	Do 70 – 1 pkt Do 80 – 2 pkt Powyżej 80 – 3 pkt	Ilość pozycji dla próbek badanych
8.	Zapewnienie możliwości oznaczania interleukiny-1	Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt
9.	Czas reakcji dla troponiny do 10 min.	Tak – 6 pkt Nie – 0 pkt
10.	Oznaczanie prokalcytoniny metodą BRAHMS	Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt
11.	Liniowość CRP do 200 mg/l (bez rozcieńczeń).	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt
12.	Liniowość CRP do 2 000 mg/l przy jego <u>automatycznym</u> rozcieńczeniu.	Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt
13.	Zapewnienie możliwości oznaczania kopeptyny pro AVP	Tak -1 pkt Nie- 0 pkt	
14.	Możliwość oznaczania GFR 15	Tak-1pkt Nie-0 pkt	
15.	Możliwość oznaczania cystatyny C	Tak-1pkt Nie-0 pkt	

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 40

Wymagane dokumenty:

1. Ulotki (instrukcje) w języku polskim .
2. Karty charakterystyki odczynników. (jeżeli dotyczy oferowanych testów).

3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeżeli dotyczy oferowanych testów).
4. Wymagana deklaracja zgodności CE .
5. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (np. katalogi, instrukcja obsługi aparatu na płycie CD, specyfikacja techniczna, informacja od producenta, informacja dla użytkownika).

....., data,

.....
/podpis Wykonawcy/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa głównego analizatora hematologicznego oraz zakup odczynników.

Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych

L.p.	Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych	Parametr wymagany - Tak	Parametr oferowany – wpisać Tak/Nie
1.	Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018. Wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe.	TAK	
2.	Do analizatora dołączona drukarka zewnętrzna z możliwością wydruku dwustronnego wyników badań, kontroli oraz kart kontroli.	TAK	
3.	Wydajność analizatora minimum 80 ozn./godz.	TAK	
4.	Analizator minimum 22-parametrowy oraz różnicujący leukocyty na minimum 5 populacji: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty - wyrażone w wartościach względnych i bezwzględnych (wszystkie parametry raportowane).	TAK	
5.	Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej. Oznaczanie RBC i PLT metodą impedancyjną.	TAK	
6.	Możliwość wyboru pracy w trybie: CBC, CBC+DIFF, Retic	TAK	
7.	Pomiar retikulocytów z podziałem na frakcje dojrzałości oraz bezpośredni pomiar hemoglobiny w retikulocytach do monitorowania anemii z niedoboru żelaza – parametr diagnostyczny (raportowany w LIS)	TAK	
8.	Możliwość otrzymania wartości retikulocytarnych: liczba bezwzględna i % lub promile.	TAK	
9.	Zakres liniowości: <ul style="list-style-type: none"> • WBC: 0 -300 tys/ul • RBC: 0 – 7 mln /ul • HB: 0-23 g/l • PLT : 0 – 4000 tys/ul 	TAK	
10.	Możliwość automatycznego rozcieńczenia próbki	TAK	
11.	Objętość próbki w trybie CBC+DIFF nie większa niż 80 ul, zaś CBC nie większa niż 35 ul	TAK	
12.	Możliwość wykonywania badań zarówno z otwartego jak i zamkniętego systemu do pobierania krwi w trybie pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Manualnym • Automatycznym (przebijak korków) 	TAK	

13.	Możliwość podania próbki „cito”.	TAK	
14.	Automatyczny podajnik na minimum 20 próbek	TAK	
15.	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych w podajniku automatycznym oraz zewnętrzny czytnik kodów do identyfikacji próbki w trybie manualnym.	TAK	
16.	Możliwość zdefiniowania wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku.	TAK	
17.	Archiwizacja danych z możliwością przeglądu bazy wyników w oparciu o PESEL, datę urodzenia lub nazwisko i imię pacjenta.	TAK	
18.	Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją (wykresy Levey-Jenningsa) i statystyczną oceną wyników	TAK	
19.	Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są rozpoznawane przez analizator, w opakowaniach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator.	TAK	
20.	Okres trwałości każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc.	TAK	
21.	Odczynniki do analizatora głównego kompatybilne z odczynnikami analizatora back-up, dające możliwość używania ich na dwóch analizatorach w sposób wymienny.	TAK	
22.	Do analizatorów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups , klawiatura, myszka.	TAK	
23.	System podtrzymywania napięcia UPS przez okres minimum 20 minut.	TAK	
24.	Podłączenie do sieci informatycznej z dwukierunkową komunikacją – oferent zapewni usługę na własny koszt.	TAK	
25.	Posiada znak zgodności CE.	TAK	
26.	Instrukcja w języku polskim.	TAK	
27.	Termin gwarancji analizatora do końca umowy.	TAK	
28.	Wykonawca w okresie umowy zapewni autoryzowany serwis analizatora serwis (doświadczenie serwisu trzy letnie w oferowanym modelu) łącznie z rocznymi przeglądami.	TAK	

29.	Warunki serwisu: możliwość zgłaszania awarii oraz telefoniczny kontakt z inżynierami serwisu 24 godzin/dobę przez 7 dni w tygodniu	TAK	
30.	Wykonawca zapewni minimum dwukrotne bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.	TAK	
31.	Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni uczestnictwo dla diagnostów laboratoryjnych w zjazdach, szkoleniach, konferencjach krajowych dotyczących przedmiotu zamówienia - min. 6 szkoleń dwudniowych w okresie trwania umowy	TAK	
32.	Grupa statystyczna oceniana przez COBJ w DL w Łodzi nie mniejsza niż 6 użytkowników tego samego systemu.	TAK	
33.	Oferent zapewni uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (oprócz kontroli w COBJ w DL).	TAK	
34.	Zainstalowanie i uruchomienie analizatorów (podpięcie do sieci LIS) i pozostałych urządzeń na koszt wykonawcy.	TAK	

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt **musi spełniać wszystkie** parametry graniczne – odpowiedź "tak" w każdym polu (pkt 1-34) .

Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych dotyczących analizatora hematologicznego back-up

L.p.	Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych	Parametr wymagany -Tak	Parametr oferowany – wpisać Tak/Nie
1.	Fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2018. Wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe.	TAK	
2.	Wydajność min. 60 ozn/godz.	TAK	
3.	Automatyczny podajnik na minimum 20 próbek.	TAK	
4.	Rozdział populacji krwinek białych na min. 5 populacji (analogicznie jak w aparacie podstawowym: pkt 4).	TAK	
5.	Możliwość wykonywania badań zarówno z otwartego jak i zamkniętego systemu do pobierania krwi w trybie pracy: <ul style="list-style-type: none"> • Manualnym • Automatycznym (przebijak korków) 	TAK	

6.	Zakres liniowości: <ul style="list-style-type: none"> • WBC: 0 -300 tys/ul • RBC: 0 – 7 mln /ul • HB: 0-23 g/l • PLT : 0 – 2500 tys/ul 	TAK	
7.	Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych w podajniku automatycznym oraz zewnętrzny czytnik kodów do identyfikacji próbki w trybie manualnym.	TAK	
8.	Możliwość zdefiniowana wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku.	TAK	
9.	Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań z graficzną prezentacją (wykresy Levey-Jenningsa) i statystyczną oceną wyników	TAK	
10.	Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są rozpoznawane przez analizator, w opakowaniach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator.	TAK	
11.	Okres trwałości każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc.	TAK	
12.	Odczynniki do analizatora głównego kompatybilne z odczynnikami analizatora back-up, dające możliwość używania ich na dwóch analizatorach w sposób wymienny. Dopuszcza się jeden odczynnik samodzielnie używany w jednym z ww analizatorów.	TAK	
13.	System podtrzymywania napięcia UPS prze okres minimum 20 minut.	TAK	
14.	Do analizatorów wymagane jest jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups , klawiatura, myszka. Podłączenie do sieci informatycznej z dwukierunkową komunikacją.	TAK	
15.	Posiada znak zgodności CE.	TAK	
16.	Instrukcja w języku polskim.	TAK	
17.	Termin gwarancji do końca umowy.	TAK	
18.	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis (doświadczenie serwisu trzy letnie w oferowanym modelu) analizatora łącznie z rocznymi przeglądami.	TAK	
19.	Wykonawca zapewni minimum dwukrotne bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników w siedzibie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym - min. 6 szkoleń dwudniowych w okresie trwania umowy	TAK	
20.	Oferent zapewnieni uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.	TAK	
21.	Zainstalowanie i uruchomienie analizatorów (podpięcie do sieci LIS) i pozostałych urządzeń na koszt wykonawcy.	TAK	

Kryteria graniczne:

Proponowany produkt **musi spełniać wszystkie** parametry graniczne – odpowiedź ”tak” w każdym polu (pkt 1-22) .

Wymagane dokumenty :

1. Ulotki (instrukcje) w języku polskim .
2. Karty charakterystyki odczynników. (jeżeli dotyczy oferowanych testów).
3. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeżeli dotyczy oferowanych testów).
4. Wymagana deklaracja zgodności CE .
5. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (np. katalogi, instrukcja obsługi aparatu na płycie CD, specyfikacja techniczna, informacja od producenta, informacja dla użytkownika).

Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przedmiotu zamówienia.

L.p.		Wymagane -Tak	Zaoferowane – wpisać Tak*/Nie
	Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego		
1.	Komputery – stacje robocze – 2 sztuki (do analizatorów podstawowego – 1, back-up – 1), fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018. Komputery mają w pełni współpracować z oferowanymi analizatorami oraz posiadać wszelkie wymagane wyposażenie. 2 komplety klawiatury i myszy	Tak	
2.	<p>Komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym:</p> <p>System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:</p> <p>1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:</p> <p>a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,</p> <p>b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych</p> <p>2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego</p> <p>3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim</p> <p>4. Możliwość tworzenia pulpitu wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitem i przełączanie się pomiędzy pulpitem za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.</p> <p>5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe</p> <p>6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania</p>	Tak	

	<p>informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,</p> <p>7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.</p> <p>8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim</p> <p>9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.</p> <p>10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).</p> <p>11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.</p> <p>12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.</p> <p>13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.</p> <p>14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.</p> <p>15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.</p> <p>16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".</p> <p>17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.</p> <p>18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.</p> <p>19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć</p>		
--	---	--	--

	<p>kopie zapasowe.</p> <p>20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.</p> <p>21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.</p> <p>22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.</p> <p>23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."</p> <p>24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."</p> <p>25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.</p> <p>26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.</p> <p>27. Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.</p> <p>28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).</p> <p>29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.</p> <p>30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.</p> <p>31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.</p> <p>32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM</p> <p>33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w</p>		
--	---	--	--

	<p>usługach katalogowych.</p> <p>34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.</p> <p>35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)</p> <p>36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.</p> <p>37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.</p> <p>38. Mechanizmy logowania w oparciu o:</p> <p>a. Login i hasło,</p> <p>b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),</p> <p>c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),</p> <p>d. Certyfikat/Klucz i PIN</p> <p>e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne</p> <p>39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5</p> <p>40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.</p> <p>41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach</p> <p>42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń</p> <p>43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń</p> <p>44. System operacyjny musi być fabrycznie nowy , nigdzie wcześniej nie aktywowany , fabrycznie zainstalowany przez producenta sprzętu</p>		
3.	Do każdego komputera w komplecie zasilacz awaryjny z czasem podtrzymania w przypadku zaniku prądu min 20 min.	Tak	
4.	Do każdego komputera monitor płaski fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2018). Rozmiar ekranu – min. 24”	Tak	
5.	Do komputerów dołączone czytniki kodów kreskowych – fabrycznie nowe, odczytujące kody stosowane przez dostawcę systemu wewnętrznlaboratoryjnego.	Tak	
6.	Drukarki z możliwością wydruku A4 i A5 do każdego	Tak	

	stanowiska komputerowego z dostawą tonerów i bębnow ze strony Wykonawcy w okresie umowy.		
7.	Zapewnienie urządzenia wielofunkcyjnego (z możliwością faksowania, skanowania, kserowania, drukowania) z dostawą tonerów i bębnow ze strony Wykonawcy w okresie umowy.	Tak	
8.	Dla drukarek, upsów, 3-letnia gwarancja, naprawy w miejscu instalacji sprzętu na koszt Wykonawcy w trakcie trwania dzierżawy.	Tak	
9.	Dla komputerów 3 letnia gwarancja z naprawą w miejscu instalacji komputera w następnym dniu roboczym. W przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego.	Tak	

***Oferta nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”**

Parametry jakości (odnoszą się do analizatora głównego i zastępczego)

Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość):

L.p.	Parametr	Wartość punktowana	Max ilość punktów
1.	Zakres liniowości WBC > 300 tys./ul	Powyżej podanej wart. - 1 pkt	1
2.	Zakres liniowości RBC > 7 mln./ul	Powyżej podanej wart. - 1 pkt	1
3.	Zakres liniowości Hb > 23 g/l	Powyżej podanej wart. - 1 pkt	1
4.	Zakres liniowości PLT > 4 000 tys./ul	Powyżej podanej wart. - 1 pkt	1
5.	Możliwość oznaczania: 1) młodych form leukocytnych, 2) atypowych limfocytów	Każda możliwość 1 pkt	2
6.	Dodatkowe parametry PLT: 1) MPV, 2) PCT, 3) PDW, 4) PLT large, 5) PLT clamping	Każdy parametr 1 pkt	5
7.	Dodatkowe parametry retikulocytarne.	Każdy parametr 1 pkt	5
8.	Automatyczny czujnik ścieków.	1 pkt	1
9.	Automatyczny podajnik większy niż 20 próbek (dla analizatorów)	Każde 10 próbek – 1 pkt (dla analizatorów po 1 pkt)	4
10.	Pamięć wewnętrzna większa niż 50 000 próbek	1 pkt	1
11.	Dostawa odczynników 1 dzień od zamówienia.	Zawsze 1 pkt	1
12.	Całodobowy kontakt z serwisem.	Zawsze 1 pkt	1
13.	Możliwość badania komórek w płynach z jam ciała bez dodatkowego odczynnika.	1 pkt	1
14.	Różnicowanie krwinek białych w płynach z jam ciała na minimum jedno- i wielojądrzaste bez dodatkowego odczynnika.	1 pkt	1
15.	Oznaczanie liczby RBC w płynach z jam ciała bez dodatkowego odczynnika..	1 pkt	1
16.	Materiał kontrolny wspólny dla CBC+DIFF+RET	1 pkt	1

17	Możliwość weryfikacji trombocytów w torze optycznym(dla obu analizatorów).	1 pkt – dla każdego analizatora	2
18	Możliwość weryfikacji trombocytów w torze metodą fluorescencji przepływowej (dla obu analizatorów)	1 pkt – dla każdego analizatora	2
19	Dodatkowy tryb pomiaru służący weryfikacji próbek leukopenicznych.	1 pkt	1
20	Bezcjankowy odczynnik do oznaczania hemoglobiny	1 pkt	1
21.	Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości wyników badań uzyskanych, prowadzonej przez producenta użytkowników jego aparatów opartej o kontrolę wewnętrzną (oba analizatory)	1 pkt – dla każdego analizatora	2
22.	Wyniki kontroli z pkt 20 wysyłane on-line w czasie rzeczywistym (oba analizatory)	1 pkt – dla każdego analizatora	2
23.	Automatyczne czyszczenie igły po każdym pomiarze próbki (oba analizatory).	1 pkt – dla każdego analizatora	2

Maksymalna ilość punktów za jakość: 40

....., data,

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

1.1.1.1. Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz. U. UE S numer [S197], data [11.10.2019], strona [477720-2019-PL],

Numer ogłoszenia w Dz. U. S: [2][0][1][9]/S [1][9][7]–[4][7][7][2][0]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego³	Odpowiedź:
Nazwa:	[Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.]
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	[Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów dla Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.]
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	[ZP/32/2019]
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.	

1.1.1.2. Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
-----------------------	-------------------

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w	

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹¹ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:</p> <p>c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>	<p>a): [.....]</p> <p>b): [.....]</p> <p>c): [.....]</p>
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

¹⁰

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

<i>W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:</i>	
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak , proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III , należyście wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V ¹² .	

1.1.1.3. D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

1.1.1.4. (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

1.1.1.5. Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

¹²

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

1.1.1.6. Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

<p>W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. udział w organizacji przestępczej¹³; – korupcja¹⁴; – nadużycie finansowe¹⁵; – przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁶ – pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁷ – praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁸. 	
<p>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać²⁰:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne</p>

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

	dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: <ul style="list-style-type: none"> – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	Podatki a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie 1. <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...]	Składki na ubezpieczenia społeczne a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁴ [.....][.....][.....]	

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI²⁵

<p>Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.</p>	
<p>Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prorowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁷; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸. <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....] – [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

³⁰

Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ³¹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....]

1.1.1.1. Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:	
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....][.....][.....]
--	-----------------------

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2a) Jego roczny („specyficzny”) obróć w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴ : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[.....]
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y ³⁶ – oraz wartość): [.....], [.....] ³⁷ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych , które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że	[.....]

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
--	--

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.									
Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Opis</th><th>Kwoty</th><th>Daty</th><th>Odbiorcy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								

³⁸ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli ⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych , a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych , jak również środków kontroli jakości ?	
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego :	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....][.....][.....]
--	-----------------------

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

1.1.1.2. Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>Wykonawca oświadcza, że:</p> <p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów</p>	<p>[....]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p>

dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej ⁴⁴ , proszę wskazać dla każdego z nich:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ⁴⁶
--	--

1.1.1.3. Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

UMOWA NR PN/...../2019

w dniu ... 2019 r. w Warszawie, pomiędzy:

Szpitałem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 51/59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478458, NIP 1132869037, REGON 002153989, kapitał zakładowy: 17.883.000,00 złotych, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: **Pana Witolda Bromboszcza – Prezesa Zarządu Spółki**

a

..... z siedzibą w (kod pocztowy) przy ul., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, posiadającą NIP nr; REGON nr; kapitał zakładowy:złotych, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: **Pana / Panią**

lub

Panem/Panią prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w (kod pocztowy) przy ul., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP nr, REGON nr, zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: **ZP/32/2019**) na „**Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę analizatorów**”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), zwaną dalej „ustawą”, została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

- Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje odczynniki i materiały zużywalne, zwane dalej również „asortymentem”, „towarem” lub „przedmiotem zamówienia” (**zadanie nr**), który szczegółowo określone są, w tym pod względem nazwy i ceny jednostkowej, w **załączniku nr 1** do umowy (kopia formularza asortymentowo-cenowego Wykonawcy) stanowiącym integralną część umowy.
- Parametry jakościowe, techniczne, wymagania ilościowe oraz ceny jednostkowe określają formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr **2.1 – 2.7** do SIWZ) stanowiący **załącznik nr 1** do umowy i parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia (załącznik nr **2a.1 – 2a.7** do SIWZ) stanowiący **załącznik nr 3** do umowy, będące integralną częścią umowy
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wydać go w sposób określony w umowie.
- Sprzedaż przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego, określających poszczególne części przedmiotu zamówienia (asortyment i ilość).
- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.) oraz nie upłynął termin jego ważności i jest zgodny z § 4 ust. 4.
- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z zachowaniem norm obowiązującego prawa, zgodnie z treścią i jej celem, przy dochowaniu najwyższej staranności oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wszystkie elementy przedmiotu zamówienia są nowe, posiadają należyłą jakość, są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, jak również od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

- Wykonawca zapewnia, że dostarczany przedmiot zamówienia spełniać będzie wszelkie wymagania polskiego prawa, w tym w szczególności w zakresie jego jakości oraz dopuszczenia do obrotu.

§ 2.

- Ilość asortymentu ma charakter szacunkowy i może być zwiększone lub zmniejszona (zgodnie z zapisami ustawy Pzp i umowy).
- Zamawiający może zamawiać większe lub mniejsze ilości towaru niż określone w poszczególnych pozycjach w załączniku nr 1 do umowy, pod warunkiem nie przekroczenia wartości brutto umowy.
- Zamówienia częściowe uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
- Wykonawca może odmówić realizacji zleceń/zamówień na dany asortyment w ilościach przekraczających ilości określone w SIWZ (formularzu asortymentowo-cenowym).

DOSTAWA I WYDANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§ 3.

- Przedmiot zamówienia dostarczany będzie częściami (partiami), na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego na piśmie, drogą elektroniczną lub w szczególnych przypadkach telefonicznie.
- Zamówienie częściowe określać będzie minimum asortyment i jego ilość.
- Wykonawca zobowiązuje się potwierdzać drogą elektroniczną lub telefonicznie fakt otrzymania zamówienia częściowego.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania terminów i ilości określonych w zamówieniu częściowym. Dyspozycja w tym zakresie może być zgłoszona drogą elektroniczną. W przypadku dokonania zmiany w zamówieniu częściowym termin dostawy liczony jest ponownie zgodnie z ust. 11, a jego bieg rozpoczyna się od dnia przesłania zmiany zamówienia częściowego.
- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień częściowych, na własny koszt i ryzyko, poprzez dostarczanie przedmiotu zamówienia własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
- Zamówienia składane będą w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
- Strony ustalają, że miejscem dostaw realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego będzie Sekcja Zaopatrzenia Szpitala, znajdująca się w siedzibie Zamawiającego (ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa).
- Dostawy realizowane będą w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze.
- Dostawa przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie w terminie i godzinach określonych odpowiednio w ust. 11 i 8.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wnieść go do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie do rozładunku odpowiedniego wózka transportowego.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z zamówieniem cząstkowym, w terminie nie dłuższym niż **3. dni robocze** od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia (z zastrzeżeniem, iż zamówienie musi zostać złożone w terminach określonych w ust. 6, a dostawa zrealizowana musi być w terminach określonych w ust. 8).
- Strony ustalają, że terminem realizacji dostawy jest data potwierdzenia odbioru podpisem na protokole odbioru dostawy przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego lub data złożenia podpisu na fakturze, złożonej razem z dostarczonym przedmiotem zamówienia.
- Osobami odpowiedzialnymi za realizację i upoważnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są:
 - Pani Elżbieta Kunicka, tel. (22) 51 52 616; adres e-mail: zaop@grochowski.waw.pl;
 - Pan Ludwik Rzucidło, tel. (22) 51 52 576; adres e-mail: ludwik@grochowski.waw.pl.
- Osoby wskazane w ust. 13 uprawnione są do upoważnienia innych osób do odbioru przedmiotu zamówienia.
- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest Pani/Pan....., nr tel., adres e-mail:

16. Zamówienia składane będą na adres e-mail: lub w szczególnych przypadkach pod nr tel.

§ 4.

1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być oznakowany a opakowanie jednostkowe winno zawierać datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi obejmować ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika, instrukcje użytkowania, opisy przedmiotu zamówienia, etykiety (oryginalne) sporządzone w języku polskim oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontrolowania warunków, w jakich przewożony był przedmiot zamówienia oraz czy był on transportowany zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem skutków, o których mowa w ust. 11-15.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres przydatności do użycia) wynoszący co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy częściowej.
5. Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem częściowym pod względem ilościowym i asortymentowym.
6. Nie dopuszcza się dzielenia zamówienia złożonego zgodnie z ust. 5. Ewentualny podział możliwy jest jedynie po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Nie dopuszcza się wystawiania więcej niż jednej faktury danego dnia na ten sam asortyment znajdujący się w złożonym zamówieniu częściowym.
7. Wykonawca zobowiązany jest – na każde pisemne żądanie Zamawiającego – przedstawić, w wyznaczonym terminie, oryginał dokumentów lub ich kserokopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym jest mowa ust. 7, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na przedstawienie dokumentów lub ich kserokopii.
9. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu, o którym jest mowa w ust. 8, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od daty upływu dodatkowego terminu. Skutki odstąpienia następują na przyszłość.
10. Wykonawca, przy pierwszej dostawie danego produktu, przedstawi pisemną informację na temat jego ważności po otwarciu opakowania, w przypadku produktów, których data przydatności do użycia jest inna, niż data ważności podana na opakowaniu.
11. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie dostarczył kompletnego przedmiotu zamówienia lub dostarczył przedmiot niezgodny z danym zamówieniem, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia roboczego zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres Zamawiającego brakujące elementy przedmiotu zamówienia lub elementy odpowiadające złożonemu zamówieniu.
12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia innych uchybień niż wskazane w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedmiotu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu umowy oraz z obowiązku usunięcia wad lub naprawienia szkody, w trybie § 7 umowy, jeżeli okaże się po odebraniu przedmiotu zamówienia, że jest on wadliwy lub niekompletny.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w każdym przypadku niezgodności z umową i żądania niezwłocznej wymiany na wolny od wad, a tym w przypadku odmowy wniesienia asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego.

WARTOŚĆ UMOWY

§ 5.

1. Wartość umowy wynosi zł brutto (słownie: zł), w tym % podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto zł (słownie zł).
2. Wartość umowy wraz z kosztami dzierżawy **analizatora**:(nazwa i typ), o której mowa w ust. 1, ustalona została na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym. Wartość umowy brutto jest wartością nieprzekraczalną. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy nie może przewyższyć kwoty brutto, o której mowa w ust. 1.
3. W cenach jednostkowych, o których mowa w ust. 2, zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, a w szczególności koszty: transportu zagranicznego i krajowego do czasu przekazania go do Zamawiającego, pakowania i znakowania wymaganego do przewozu, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem dostawy, załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, a także koszty cła, odprawy celnej, podatku VAT oraz pozostałe.
4. Zamawiający zapłaci za zamówiony i faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia, przy zastosowaniu cen zgodnych z cenami jednostkowymi określonymi w **załączniku nr 1** do umowy.
5. Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 12.
6. Szczegóły dotyczące dzierżawy analizatora określa **załącznik nr 2** do umowy.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 6.

1. Płatności będą realizowane sukcesywnie, w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, potwierdzającej prawidłowe wykonanie dostawy części przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT po każdej zrealizowanej dostawie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Faktura może zostać dostarczona do Zamawiającego:
 - 1) w formie papierowej do siedziby Zamawiającego – Sekretariat Zarządu, adres: ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa;
 - 2) w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
4. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna musi zawierać wszystkie informacje wymagane zgodnie z umową i przepisami prawa.
5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o chęci przysyłania faktur ustrukturyzowanych w sposób określony w ust. 3 pkt 2 drogą elektroniczną na adres e-mail: ludwik@grochowski.waw.pl.
6. Oznaczenie konta Zamawiającego na platformie: PEFexpert Platforma Elektronicznego Fakturowania, Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka, NIP 1132869037, sektor publiczny.
7. Faktura VAT musi zawierać co najmniej:
 - 1) nazwę i ilość asortymentu;
 - 2) ceny jednostkowe asortymentu;
 - 3) dane Wykonawcy, w tym numer konta na jakie należy dokonać płatności.
8. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może wystawiać zbiorcze faktury VAT za kilka dostaw, z tym że takie faktury nie mogą być wystawione i dostarczone wcześniej niż w dniu ostatniej dostawy, której dotyczą.
9. Wykonawca uprawniony jest do dostarczenia nie więcej niż jednej faktury dziennie.
10. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł dostarczać faktury dotyczące kilku umów jednocześnie.
11. W przypadku dostarczenia więcej niż jednej faktury dziennie, dotyczących przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania korekty faktur, wystawienia maksymalnie jednej faktury i dostarczenia jej do Zamawiającego.

Dostarczenie skorygowanej faktury nie uniemożliwia dostarczenia kolejnej faktury w dniu dostarczenia korekty.

12. W przypadku konieczności korekty faktur ze względu na naruszenie ust. 9 termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnej z wymogiem określonym w ust. 9.
13. Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
14. Strony za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może powodować wstrzymywania przez Wykonawcę dostaw do Zamawiającego, w szczególności nie stosuje się art. 490 k.c.
16. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także nie może przyjąć lub udzielić poręczenia oraz przyjąć lub udzielić przekazu w zakresie wynikającym z niniejszej umowy lub podjąć innych działań skutkujących przeniesieniem wierzytelności na podmiot trzeci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

GWARANCJA I REKOJMIA

§ 7.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest dobrej jakości i wolny od wad.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 6 miesięcy, licząc od daty poszczególnych dostaw przedmiotu zamówienia.
3. W razie stwierdzenia w terminie gwarancji wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie złoży pisemną reklamację.
4. Za wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia Strony rozumieją w szczególności okoliczność niespełnienia przez przedmiot warunków dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w **załączniku nr 1** do umowy.
5. Reklamacja, o której mowa w ust. 3, winna wyraźnie wskazywać wady dostarczonego przedmiotu zamówienia lub jego niezgodność z umową.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie maksymalnie **3 dni roboczych** od dnia otrzymania reklamacji, o której mowa w ust. 3.
7. Odbiór i dostarczenie zareklamowanego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. W przypadku odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 3, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
9. Jeżeli reklamacja, o której mowa w ust. 3, okaże się uzasadniona, pełne koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
10. W przypadku konieczności wszczęcia przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy po raz trzeci procedury reklamacyjnej niezależnie od jej późniejszego rozstrzygnięcia Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wadliwego towaru, z konsekwencjami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy. Skutki odstąpienia następują na przyszłość.
11. W razie stwierdzenia w terminie 2 dni roboczych liczonych od daty odbioru dostawy częściowej, że dostarczony towar jest niezgodny z opisem określonym w **załączniku nr 1** do umowy lub nie zgadza się ilość zamawianego towaru, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany niewłaściwej partii przedmiotu zamówienia na zgodną z **załącznikiem nr 1** do umowy lub uzupełnienia brakujących elementów dostawy. Realizacja powtórzonego zamówienia zostanie dokonana przez Wykonawcę w terminie, o którym jest mowa w § 3 ust. 10 umowy. W dniu realizacji powtarzanej dostawy częściowej Zamawiający przekaze osobie realizującej faktycznie zamówienie partię towaru podlegającą zwrotowi.
12. Koszty ponownej dostawy oraz zwrotu niezgodnej z opisem partii ponosi Wykonawca.
13. Informację, o której jest mowa w ust. 11 zdanie pierwsze Zamawiający przekaze faksem lub pisemnie za pośrednictwem poczty na swój koszt.

14. Zastosowanie procedur przewidzianych w ust. 3 i 11 nie wyłącza stosowania postanowień przewidujących kary umowne.
15. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

KARY UMOWNE

§ 8.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych określonych w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadkach i kwotach:
 - 1) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego – w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – w przypadku dostawy w trybie § 3 ust. 9 umowy;
 - 2) w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 – w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność albo gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
 - 3) w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego – w przypadku zwłoki w dostawach częściowych asortymentu pozbawionego defektów jakościowych w odniesieniu, do których została złożona reklamacja, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 4) w wysokości 50,00 zł brutto, jeśli faktura obejmująca to zamówienie została wystawiona niezgodnie z umową lub jedno zamówienie zostało objęte więcej niż jedną fakturą, z tym, że nałożenie kary nie powoduje braku konieczności spełnienia zapisów § 6;
 - 5) w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia częściowego - w przypadku podzielenia zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy, bez zgody upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
 - 6) w wysokości 50,00 zł brutto - w przypadku wystawienia tego samego dnia więcej niż jednej faktury na ten sam asortyment znajdujący się w zamówieniu;
 - 7) w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia częściowego – w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu ww. dokumentów.
2. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

ZAKUPY INTERWENCYJNE

§ 9.

1. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę zamówienia częściowego w trybie zwykłym w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 11 lub dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, bądź o terminie ważności krótszym niż wskazany w § 4 ust. 5, bądź niezrealizowania świadczenia gwarancyjnego lub z tytułu rękojmi w terminach określonych w § 7 umowy Zamawiający może zakupić od innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, asortyment objęty przedmiotem zamówienia w zakresie niezrealizowanej w terminie dostawy lub w zakresie nienależyście zrealizowanej dostawy (wadliwy przedmiot zamówienia).
2. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego od innego dostawcy i ceną dostawy wynikającą z umowy.
3. Kwota odpowiadająca wysokości różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy wynikającą z Umowy zostanie wypłacona Zamawiającemu przez Wykonawcę poprzez wystawienie pisemnego dokumentu obciążającego Wykonawcę zwanego „notą obciążeniową” ze

wskazaniem tytułu obciążenia. Na pisemny wniosek Wykonawcy, zostaną mu udostępnione niezbędne dokumenty potwierdzające wysokość kwoty wskazanej w nocie obciążeniowej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot wynikających z noty obciążeniowej z bieżących płatności na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. W przypadku, gdy naruszenie określone w ust. 1, dokonane zostanie przez Wykonawcę trzykrotnie, a opóźnienie przekroczy każdorazowo 3 dni kalendarzowe, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z konsekwencjami, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.
6. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wartość umowy o wielkość tego zakupu.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 10.

1. Zamawiający może - poza przypadkami, o których mowa w § 4 ust. 9, § 7 ust. 10, § 9 ust. 5, § 14 ust. 2 - odstąpić od umowy:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 2) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 50 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1;
 - 3) gdy Wykonawca dwukrotnie odmówi w przypadku niekompletnej dostawy towaru lub dostawy towaru nieodpowiadającego umowie dostarczenia Zamawiającemu towaru zgodnego z umową i zamówieniem;
 - 4) w przypadku każdorazowej realizacji dostawy, gdy zwłoka w jej realizacji przekracza 10 dni kalendarzowych, a także w razie zaistnienia opóźnienia przekraczające 14 dni w realizacji jakiegokolwiek innego obowiązku Wykonawcy określonego w umowie;
 - 5) w przypadku innego poważnego naruszenia lub nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie.
2. Można odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia przez Stronę wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze wskazaniem podstawy odstąpienia.
4. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość. Odstąpienie od umowy wywiera skutek tylko w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy. Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy:
 - 1) strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia;
 - 2) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu należyście wykonanego przedmiotu umowy, zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń;
 - 3) za przedmiot umowy, który nie został zrealizowany oraz za przedmiot umowy, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony dokonają rozliczenia, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień umowy, w szczególności w zakresie odbiorów, podstaw wystawiania faktury i terminu płatności.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 11.

1. Umowa obowiązuje w okresie od do

2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wyczerpania kwoty brutto umowy.
3. Jeżeli zamówienie zostanie przesłane w ostatnim dniu obowiązywania umowy to dostawa towaru może nastąpić w terminie późniejszym.

ZMIANA UMOWY

§ 12.

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w postaci następujących postanowień:
 - 1) wprowadzenie nowego produktu o wyższych parametrach lub rozszerzonym zakresie w tej samej cenie lub niższej, jeżeli Wykonawca i Zamawiający zgodnie potwierdzą, że nowy produkt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego;
 - 2) obniżenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku, gdy Wykonawca zawnioskuje do Zamawiającego o obniżenie ceny jednostkowej, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie;
 - 3) obniżenie ceny jednostkowych netto i brutto asortymentu objętego przedmiotem zamówienia, w przypadku, gdy Zamawiający zawnioskuje do Wykonawcy o obniżenie ceny jednostkowych, pod warunkiem, że Zamawiający przedstawi uzasadnienie takiego wniosku, a Wykonawca zaakceptuje to uzasadnienie i będzie w stanie obniżyć ceny jednostkowe;
 - 4) podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu netto i brutto, w przypadku zastosowania wcześniej zmiany umowy o której mowa w pkt 2 i 3, przy założeniu, że podwyższenie ceny nie może skutkować wprowadzeniem ceny wyższej niż zaoferowane w ofercie, na podstawie której udzielono zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni podwyższenie ceny jednostkowej asortymentu, a Zamawiający zaakceptuje to uzasadnienie lub w przypadku, gdy wnioskując o zmianę, o której mowa w pkt 2 i 3 Wykonawca poinformował Zamawiającego, że obniżenie ceny jednostkowej jest możliwe na określony czas;
 - 5) zamiana towaru na towar o tych samych parametrach lecz niższej cenie, jeżeli zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie, a jego równoważność zostanie potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę, który zobligowany będzie przedstawić informację (dokumenty) potwierdzające równoważność nowego towaru z towarem zaoferowanym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 6) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania jego produkcji lub czasowego jej wstrzymania, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik, tj. asortyment równoważny – pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto, tzn. produkt będzie zgodny z wymaganiami stawianymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a jego cena będzie nie wyższa niż asortymentu zaoferowanego pierwotnie w ofercie;
 - 7) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w **załączniku nr 1** do umowy wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta i zaprzestaniu produkcji asortymentu w opakowaniach o wielkości wskazanej w ofercie, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, z tym, że zmiana taka nie może obowiązywać przed datą zaprzestania produkcji asortymentu;
 - 8) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w **załączniku nr 1** do umowy na wniosek Wykonawcy, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową;

- 9) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia – w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego;
 - 10) zmiany cen jednostkowych asortymentu netto i brutto w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia – w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego;
 - 11) zmiany ceny netto asortymentu, w przypadku wzrostu stawki podatku VAT o **nie więcej niż 3** punkty procentowe, tak by stała pozostała cena jednostkowa brutto asortymentu – zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany podatku VAT, w pozostałych przypadkach zastosowanie ma pkt 12;
 - 12) zmiany ceny brutto asortymentu, w przypadku zmiany stawki podatku VAT innej niż wskazana w pkt 11, tj. obniżenie stawki podatku VAT lub wzrost podatku VAT o **więcej niż 3** punkty procentowe, tak by stała pozostała cena jednostkowa netto asortymentu – zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany podatku VAT;
 - 13) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w **załączniku nr 1** do umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonania takich zmian, zmiana taka obowiązywać będzie od dnia obowiązywania uregulowań prawa powszechnie obowiązującego na podstawie których została dokonana;
 - 14) zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia danego asortymentu, na wniosek Wykonawcy, w dowolnym momencie trwania umowy, o ile Wykonawca przedstawi wiarygodne uzasadnienie takiej zmiany i wykaże, iż dostarczany będzie nadal asortyment określony w umowie, tj. jedyną zmianą będzie zmiana numeru katalogowego lub oznaczenia asortymentu.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
 4. Wszelkie zmiany umowy wprowadzane będą w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
 5. Postanowienia umowy mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, o ile nie będzie to stało w sprzeczności z którymkolwiek z przepisów art. 144 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp.
 6. Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które stałyby w sprzeczności z ustawą Pzp.
 7. Zmiana danych (informacji) określonych w § 3 ust. 13 wprowadzona może być do umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego.
 8. Zmiana danych (informacji) określonych w § 3 ust. 15 i 16 wprowadzona może być do umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia Wykonawcy.
 9. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmiany do umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 8 bez podania uzasadnienia.
 10. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 5, jeżeli uzna, że oferowany zamiennik nie spełnia jego oczekiwań i wykaże, iż istnieje inny podmiot mogący dostarczyć asortyment wskazany w umowie lub jeżeli wykaże, iż oferowany zamiennik nie spełnia wymagań określonych w SIWZ na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 11. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, jeżeli Zamawiający uzna i uzasadni na piśmie, że taka zmiana nie leży w jego interesie lub nie gwarantuje otrzymania asortymentu zgodnego z jego oczekiwaniami.
 12. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmian do umowy w każdym przypadku, gdy nie zostaną w pełni spełnione przesłanki umożliwiające wprowadzenie zmiany do umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu znaku towarowego lub praw patentowych dotyczących przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy.
4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania.

§ 14.

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają czasowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych przez którąkolwiek ze stron umowy, określony termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia.
2. W przypadku, gdy którąkolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu ustania ww. okoliczności pod rygorem odstąpienia od umowy.
3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania umowy w taki sposób, jej końcowe rozliczenie musi być uzgodnione przez obie Strony Umowy.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

§ 16.

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, tj. po bezskutecznym upływie 30 dni od złożenia wniosku o ugodę drugiej Stronie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Kopia formularza asortymentowo-cenowego zadanie nr ...

Załącznik nr 2 – Umowa dzierżawy analizatora

Załącznik nr 3 – Kopia parametrów techniczno-użytkowych zadanie nr ...

Zamawiający

Wykonawca

Projekt umowy na dzierżawę analizatora

UMOWA dzierżawy do umowy PN/..../2019

w dniu2019 roku w Warszawie pomiędzy:

Szpitałem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (04-073) przy ul. Grenadierów 51/59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478458, NIP 1132869037, REGON 002153989, kapitał zakładowy: 17.883.000,00 złotych, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: **Pana Witolda Bromboszcza – Prezesa Zarządu Spółki**

a

..... z siedzibą w (kod pocztowy) przy ul., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, posiadającą NIP nr; REGON nr; kapitał zakładowy:złotych, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: Pana / Panią

lub

Panem/Panią prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w (kod pocztowy) przy ul., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP nr, REGON nr, zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne (ZP/32/2019) na „Zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę analizatorów”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do oddania w dzierżawę na okres miesięcy od daty zawarcia umowy **analizatora** zwanego dalej urządzeniem, aparatem lub przedmiotem dzierżawy:
 - Nazwa i typ analizatora:
 - Nr seryjny aparatu.....
 - Producent:.....
 - Kraj produkcji:.....
 - Rok produkcji
- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot dzierżawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada prawo do dysponowania przedmiotem dzierżawy wraz z oprogramowaniem na warunkach określonych w niniejszej umowie.
- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dzierżawy jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211 z późn. zm.).
- Przedmiot dzierżawy oznaczony jest znakiem CE.
- Wartość handlowa przedmiotu dzierżawy wynosi:
analizator - nr serii..... wynosi brutto PLN (słownie: 00/100 złotych) w tym% podatku VAT, tj. PLN (słownie:00/100 złotych).
- Funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu dzierżawy zawiera **załącznik nr 1** do umowy (kopia załącznika do SIWZ).

§ 2.

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego analizator posiadający parametry techniczne zgodne z ofertą, zwane dalej „Urządzeniem”, „Aparatem” lub „przedmiotem dzierżawy”, zapewni ich sprawne działanie przez cały okres trwania umowy.
2. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni przed terminem dostawy.
3. Przekazanie i odbiór aparatu nastąpi na podstawie dwustronnie podpisanego protokołu podpisanego przez upoważnione osoby, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Czynności związane z instalacją urządzeń obejmują uruchomienie urządzeń, szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, oraz podłączenie do sieci wewnętrznej Szpitala.
5. W dniu przekazania Urządzenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: instrukcję obsługi analizatora w języku polskim oraz paszport do urządzenia, zgodny z ogólnym wzorem paszportu.

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu dzierżawy w miejscu jego zainstalowania, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami obsługi dostarczonymi przez Wykonawcę.
2. Zmiana miejsca eksploatacji przedmiotu dzierżawy może być dokonana jedynie po poinformowaniu i w porozumieniu z Wykonawcą.
3. Jeżeli zmiana miejsca eksploatacji przedmiotu dzierżawy będzie wymagała udziału pracowników Wykonawcy, to jest on zobowiązany do zapewnienia ich obecności w trakcie zmiany miejsca eksploatacji oraz zapewnienia ewentualnej pomocy przy odłączaniu i/lub podłączaniu przedmiotu dzierżawy.
4. Za czynności wskazane w ust. 3 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
5. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania przedmiotu dzierżawy i jego wyposażenia technicznego (w tym koszty związane z wymaganymi przeglądami, bieżącej konserwacji, wymiany części zamiennych, wymiany części zużywalnych oraz bezpłatny dojazd i roboczegodziny serwisanta) ponosi Wykonawca, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód przedmiotu dzierżawy wyrządzonych z winy Zamawiającego oraz kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych, których dostawa odbywa się na mocy odrębnej umowy.
6. Za naprawy wynikające z niezachowania należytej staranności przy eksploatacji Urządzenia, Wykonawca obciąży kosztami naprawy Zamawiającego.

§ 4.

1. W razie wystąpienia wad, usterek lub innych trudności w sprawnym funkcjonowaniu przedmiotu dzierżawy, Zamawiający obowiązany jest natychmiast powiadomić Wykonawcę a Wykonawca obowiązany jest na własny koszt wadę, usterkę usunąć w terminie do 5 dni roboczych od powiadomienia (**liczonych od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy**), a na czas naprawy podstawić przedmiot dzierżawy o porównywalnych parametrach technicznych i funkcjonalności. Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wadach, usterekach w formie elektronicznej lub telefonicznej.
2. W przypadku awarii urządzenia Zamawiający wystawi zlecenie na jego naprawę, które przekaże telefonicznie na nr, lub e-mailem na adres @:
3. Wykonawca przystąpi do naprawy uszkodzonego przedmiotu dzierżawy w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia uszkodzenia (telefonicznie lub e-mailem).
4. Dostęp do serwisu – w godzinach pracy Wykonawcy.
5. Zamawiający nie ma prawa dokonywania, we własnym zakresie, żadnych napraw przedmiotu dzierżawy oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii, bądź uszkodzeniu przedmiotu dzierżawy.
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego oraz uprawnionymi do kontaktów są:
 - 1) Pani Zofia Gołaszewska, tel.: (22) 51 52 680; e-mail:@grochowski.waw.pl ;
 - 2)

7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy strony Wykonawcy oraz uprawnionymi do kontaktów są:
 - 1), tel:; e-mail:.....
 - 2), tel:; e-mail:.....
8. Zmiana osób uprawnionych do kontaktów nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu w formie pisemnej.

§ 5.

1. Łączny koszt dzierżawy ujęty został w umowie PN/.../2019 w § 5 ust. 1.
2. Miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę wynosi brutto.....PLN (słownie:.....00/100 złotych) w tym% podatku VAT tj.PLN. (słownie:.....00/100 złotych).
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury raz na miesiąc z tytułu kosztów dzierżawy urządzenia.
4. Zapłata za dzierżawę urządzeń będzie następowała w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.
5. Czynsz dzierżawny (brutto) pozostaje niezmienny przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmian w przypadkach, o których mowa w umowie PN/.../2019 w § 12.
6. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu kwotą.

§ 6.

Jeżeli niesprawność trwa w ciągu miesiąca dłużej niż 5 dni, wówczas Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień niesprawności aparatu, jeśli aparat zastępczy nie został podstawiony w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia wad, usterek lub innych trudności. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżoną karę umowną.

§ 7.

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres **miesięcy**, licząc od daty podpisania protokołu instalacji przedmiotu dzierżawy.
2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powtarzających się wad lub usterek aparatu, lub w przypadku nie usunięcia wad lub usterek aparatu przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia. W tym wypadku Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcę karą umowną w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu, z zastrzeżeniem § 6.
3. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy nr **PN/...../2019** na dostawę odczynników i materiały zużywalne lub wygaśnięcia zobowiązań z niej wynikających. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują względem Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wymiany przedmiotu dzierżawy na nowy, jeśli w okresie użytkowania przedmiotu dzierżawy wystąpiła wada uniemożliwiająca jego dalsze użytkowanie.

§ 9.

1. Po zakończeniu umowy lub w przypadku jej rozwiązania przed upływem okresu na jaki została zawarta, Zamawiający ma obowiązek zwrócić Urządzenie Wykonawcy, stawiając je do dyspozycji w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozwiązania umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest odebrać Urządzenie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty rozwiązania umowy.
2. Koszt zwrotnego odbioru przedmiotu dzierżawy obciąża Wykonawcę.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 11.

Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Kopia parametrów techniczno-użytkowych zadanie nr ...

Załącznik nr 2 i 2a – Wzory protokołów: odbioru analizatora i przekazania sprzętu po realizacji umowy

Zamawiający

Wykonawca

PROTOKÓŁ ODBIORU Analizatora/urządzenia

Dotyczy umowy nr Zawartej w dniu Z firmą
„.....”

Na: : „.....”

Przedstawiciele:

Ze strony Zamawiającego

1.

2.

Ze strony Wykonawcy

1.

2.

W dniu stwierdzono, co następuje:

- Dostarczony sprzęt odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Sprzęt został dostarczony, zainstalowany oraz uruchomiony.
- Dostarczony sprzęt jest kompletny oraz posiada wszelką niezbędną dokumentację (w tym kartę gwarancyjną).
- Do sprzętu dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informację o producencie, numer identyfikacyjny aparatury, specyfikację techniczną.

Ww. sprzęt został zainstalowany w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym

Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie działania i obsługi aparatury.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Protokół podpisali:

Ze strony Zamawiającego

1.

2.

Ze strony Wykonawcy

1.

2.

PROTOKÓŁ

Przekazania/zwrotu analizatora/urządzenia po realizacji umowy (wzór)

Dotyczy umowy nr zawartej w dniu z firmą
„.....”

Na : „.....”

W dniu Zamawiający przekazał po zakończeniu realizacji ww. umowy Wykonawcy
następujący sprzęt wymieniony w §:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Ww. sprzęt był zainstalowany w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Protokół podpisali:

Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy

1.

1.....

2.

2.