

ZP/32/2019-02

Warszawa, dnia 18.11.2019 r.

Na Stronę internetową Zamawiającego:
www.grochowski.waw.pl

Pytanie od Wykonawcy oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi oraz zmiany zapisów SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej „Ustawą”, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawę analizatorów dla Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., znak sprawy: ZP/32/2019*, odpowiada na pytania, które wpłynęły na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonuje zmian w SIWZ.

Poniżej znajdują się pytania wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami i odpowiedziami:

Pytanie nr 1, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„(§8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości netto?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„(§8 ust. 1 i 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto niezrealizowanej umowy?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„(§8 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto oraz naliczy karę za niezrealizowaną część umowy?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dot. Poz. 32 parametrów granicznych – pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści analizator, będący w grupie statystycznej ocenianej przez COBJ w DL w Łodzi, posiadający własną grupę? Dopuszczenie analizatora pozwoli na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zaufaj nam – będziesz pod opieką i fachową opieką!

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000478458.

Kapitał Zakładowy 17 883 000 złotych.



PERŁA²⁰¹⁸
Medycyny

ORŁY POLSKIEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
EDYCJA 2017



Pytanie nr 6, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Dotyczy części 5: Pyt. Do p. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności 180 analiz PT i APTT, bądź 95 testów PT, APTT, AT, i D-Dimerów?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Pyt. Do p. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów tylko z optyczną detekcją skrzepu dla metod wykrzepialnych?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Pyt. Do p. 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów bez możliwości wprowadzania danych kalibracyjnych oraz parametrów odczynników przy użyciu kodów kreskowych?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Pyt. Do p. 25: Czy Zamawiający dopuści ofertę z analizatorami wraz z dedykowanymi odczynnikami, i aplikacjami pochodzącymi od innego producenta? Zaoferowany zestaw (analizator + odczynniki) stanowi jednolity system. Proponowane odczynniki są w pełni kompatybilne z oferowanym systemem.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Pyt. Do p. 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów z zakresem liniowości testu ilościowego (bez rozcieńczania) dla D-Dimerów wynoszącym 4 400 ng/ml?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Pyt. Do p. 37: W celu prawidłowego i należytego określenia kosztów prosimy o określenie i doprecyzowanie rodzaju szkoleń, częstotliwości szkoleń oraz ilości uczestników.”

Odpowiedź: Szkolenia doskonalące dotyczące przedmiotu zamówienia dla diagnostów laboratoryjnych, których całkowity koszt nie przekroczy 2.500,00 zł brutto rocznie.

Zamawiający zmienił zapisy w Lp. 37 załącznika 2a.5 do SIWZ.

Pytanie nr 12, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Pytania do parametrów jakościowych dla analizatorów i odczynników koagulologicznych podlegających ocenie jakościowej. Pyt. Do p. 37: Czy Zamawiający miał na myśli zapamiętywanie przez analizator więcej niż jedną krzywą kalibracyjną dla pojedynczego parametru? Np. 2 krzywe PT w oprogramowaniu urządzenia jednocześnie do wykorzystania przez analizator”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający miał na myśli zapamiętywanie przez analizator więcej niż jednej krzywej kalibracyjnej dla pojedynczego parametru.

Pytanie nr 13, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pytania do Parametrów granicznych dla analizatorów biochemicznych. 8. Pyt. do p. 2: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny back-up używany, po kompleksowym przeglądzie, nie starszy niż z 2015 r.?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 14, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pyt. do p. 13: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający wykonywanie oznaczeń w surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu, płynie mózgowo – rdzeniowym i innych płynach ustrojowych, ale nie posiadający aplikacji dla „innych płynów ustrojowych”? Oznaczanie parametrów biochemicznych w w/w płynach odbywa się przy użyciu aplikacji dla surowicy. Ze względu na parametry jakościowe (liniowość, czułość metody), aplikacje dla surowicy pozwalają na wykonywanie tych oznaczeń w różnych płynach ustrojowych. Informacje te poparte są wieloletnim doświadczeniem Użytkowników oferowanych systemów.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści taki analizator pod warunkiem, że liniowość oznaczanych testów w danym analizatorze pozwoli na oznaczenie ich w płynach ustrojowych.

Pytanie nr 15, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pyt. do p. 33: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym nie ma możliwości wprowadzenia do wydruku z analizatora różnych zakresów wartości referencyjnych, wartości te można jednak wprowadzić do komputera zewnętrznego współpracującego z analizatorem poprzez LIS.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 16, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pytania do Parametrów granicznych dla analizatorów immunochemicznych. Pyt. do p. 17: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści system pracujący w oparciu o odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem odczynników do oznaczania Kwasu foliowego i Wit. B12, które wymagają zmieszania dwóch płynnych składników?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 17, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pyt. do p. 30: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym drukowanie wyników z aparatu odbywa się poprzez dodatkowe oprogramowanie LIS (np. Marcel)?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pyt. do p. 31: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie dające możliwość wprowadzenia do wydruku różnych zakresów wartości referencyjnych poprzez dodatkowe oprogramowanie LIS (np. Marcel)?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje ww. rozwiązanie.

Pytanie nr 19, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pytania do Wymagań dotyczących wykonywanych badań biochemicznych i immunochemicznych. Pyt. do p. 6: Prosimy o wskazanie preferowanego ośrodka, w którym miałyby być wykonane testy potwierdzenia.”

Odpowiedź: Pracownia Diagnostyki Molekularnej w Szpitalu Zakaźnym, ul. Wolska 37, Warszawa. Zamawiający nie wymaga, aby testy potwierdzenia odbywały się, w ww. Pracowni Diagnostyki Molekularnej.

Pytanie nr 20, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pytania do parametrów jakościowych dla analizatorów i odczynników biochemicznych oraz immunochemicznych podlegających ocenie jakościowej. Pyt. do p. 5: Czy Zamawiający przyzna punkty dla analizatora, który stosuje jednorazowe końcówki tylko do pobierania próbki, zaś sonda odczynnikowa jest stała, jednak nie ma kontaktu z mieszaniną reakcyjną? Takie rozwiązanie eliminuje całkowicie ryzyko carry-over.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pytania do Formularza asortymentowo-cenowego. Pyt. do p. 10: Zwracamy się z zapytaniem, czy test do oznaczania CRP o liniowości w zakresie 0,5 – 250 mg/L, zgodny z zaleceniami z 2003 r. AHA/CDC dotyczącymi oceny pacjentów o wysokim ryzyku choroby sercowo-naczyniowej spełni wymagania dla testu hs CRP?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 22, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pyt. do p. 27: Czy Zamawiający dopuści test do oznaczania TIBC zamiast UIBC?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 23, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pyt. do p. 31: Prosimy o doprecyzowanie, czy parametr opisany w p. 31 to CKMB Mass?”

Odpowiedź: Tak. Odczynnik w pkt 31 to CK MB Mass. Zamawiający dokonał zmiany w poz. 31 załącznika 2.6 do SIWZ.

Pytanie nr 24, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pyt. do p. 40: Zwracamy się z zapytaniem, czy w p. 40 Zamawiający dopuści test do oznaczania Troponiny I zamiast Troponiny T?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem, że czas oznaczania Troponiny od momentu wstawienia próbki do analizatora do przesłania wyniku do LIS nie przekroczy 30 minut.

Pytanie nr 25, dotyczy: zapisów SIWZ

„Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna za istotną z punktu widzenia użytkownika możliwość wykonywania z jednej próbki, bez konieczności przenoszenia pomiędzy aparatami, parametrów biochemicznych oraz Troponiny i zgodzi się na dodanie tego zapisu do parametrów jakościowych oraz przyzna 5 punktów? Pozwoli to na lepszą organizację pracy jak i konkurencyjność ofert, przez co przyczyni się do uzyskania możliwie najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 26, dotyczy: zapisów SIWZ

„Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna za istotną z punktu widzenia użytkownika możliwość załadowania jednocześnie min. 10 000 kuwet pomiarowych i zgodzi się na dopisanie tej funkcjonalności do parametrów jakościowych oraz przyzna 3 punkty? Taka ilość kuwet na pokładzie aparatu pozwala na długi okres czasu pracy bez konieczności ich doładowywania, co wpływa na efektywność i komfort pracy.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 27, dotyczy: zapisów SIWZ

„Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna za istotną z punktu widzenia użytkownika stabilność kalibracji wynoszącą min. 30 dni dla wszystkich parametrów biochemicznych (z wyjątkiem ISE) i przyzna 5 punktów jakościowych? Brak konieczności wykonywania częstych kalibracji oznaczanych parametrów zwiększa wydajność i poprawia ekonomię pracy.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 28, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„dotyczy punktu nr 9 w tabeli Dzierżawa głównego analizatora hematologicznego oraz zakup odczynników, specyfikacja wymaganych parametrów granicznych Załącznika nr 2.7 do SIWZ w zakresie zadania nr 7 Czy Zamawiający zezwala, aby analizator główny posiadał liniowość dla PLT od 0 do 3 800 tys/ul?”

Odpowiedź: Zamawiający zezwala pod warunkiem, że górna granica liniowości dla PLT jest wartością uzyskaną bez rozcieńczenia wstępnego próbki.

Pytanie nr 29, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„dotyczy punktu nr 21 w tabeli Dzierżawa głównego analizatora hematologicznego oraz zakup odczynników, specyfikacja wymaganych parametrów granicznych Załącznika nr 2.7 do SIWZ w zakresie zadania nr 7 Czy Zamawiający zezwala, aby analizator dodatkowy różnił się od podstawowego tylko jednym odczynnikiem?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zezwala.

Pytanie nr 30, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„dotyczy punktu nr 2 w tabeli Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych dotyczących analizatora hematologicznego back-up Załącznika nr 2.7 do SIWZ w zakresie zadania nr 7 Czy Zamawiający zezwala aby oferowany analizator dodatkowy posiadał wydajność 43 CBC 5 Diff na godzinę, mając na uwadze fakt, że wyposażony jest w podajnik automatyczny na 40 próbek?”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„dotyczy punktu nr 22 w tabeli Dzierżawa głównego analizatora hematologicznego oraz zakup odczynników, specyfikacja wymaganych parametrów granicznych i punktu nr 14 w tabeli Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych dotyczących analizatora hematologicznego back-up Załącznika nr 2.7 do SIWZ w zakresie zadania nr 7 Zamawiający wymaga do analizatorów jedno stanowisko robocze – stacja, monitor, drukarka, ups, klawiatura i myszka. Taki zapis jest rozumiany przez Wykonawcę jako jeden komputer do obsługi dwóch analizatorów hematologicznych. Natomiast w zestawieniu wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przedmiotu zamówienia w pkt. 1 wskazane jest po jednym komputerze dla każdego z analizatorów. Prosimy o doprecyzowanie ile komputerów jest wymaganych przez Zamawiającego?”

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca uzna, że jeden komputer jest w stanie zapewnić właściwą obsługę analizatora głównego oraz analizatora back-up, to powinien zaoferować jeden komputer dla obu analizatorów.

Pytanie nr 32, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„dotyczy punktu nr 5 w tabeli Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przedmiotu zamówienia Załącznika nr 2.7 do SIWZ w zakresie zad. nr 7 Jaki rodzaj kodów kreskowych jest stosowany w laboratorium?”

Odpowiedź: W Laboratorium Szpitala jest użytkowany informatyczny system laboratoryjny firmy MARCEL. Kody muszą być kompatybilne z tym systemem.

Pytanie nr 33, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„dotyczy punktu nr 6 w tabeli Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przedmiotu zamówienia Załącznika nr 2.7 do SIWZ w zakresie zad. nr 7 Prosimy o informację ile zapasowych tonerów do każdej drukarki Wykonawca powinien dostarczyć? Ile stron jest zaplanowanych do wydruku na każdej drukarce?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga do każdej drukarki 2 sztuk tonerów rocznie.

Pytanie nr 34, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„dotyczy punktu nr 7 w tabeli Zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przedmiotu zamówienia Załącznika nr 2.7 do SIWZ w zakresie zad. nr 7 Prosimy o informację czy urządzenie wielofunkcyjne ma posiadać funkcjonalność wydruków kolorowych czy tylko czarno-białych? Ponadto prosimy o informację ile zapasowych tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego Wykonawca winien dostarczyć lub ile stron jest zaplanowanych do wydruku na urządzeniu wielofunkcyjnym.”

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia urządzenia wielofunkcyjnego. Zamawiający zmienia zapisy w załączniku 2a.7 do SIWZ.

Pytanie nr 35, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„dotyczy wymaganych dokumentów pod tabelą Specyfikacja wymaganych parametrów granicznych dotyczących analizatora hematologicznego back-up Załącznika nr 2.7 do SIWZ w zakresie zadania nr 7 Dokumenty wskazane w punktach od 2 do 5 są wymienione w SIWZ w tabeli w ust. 3 rozdziału 7 w punktach 1 i 2. Złożenie tych dokumentów jest wymagane na wezwanie Zamawiającego. We wspomnianej tabeli w SIWZ nie ma wymienionych ulotek (instrukcji) w języku polskim. Zwracamy się z prośbą o informację na jakim etapie postępowania Zamawiający będzie wymagał złożenia ulotek (instrukcji). Ponadto w punkcie 5 Wymaganych dokumentów w Załączniku nr 2.7. w nawiasie Zamawiający wymaga instrukcji obsługi aparatu na płycie CD. Czy w sytuacji gdy postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej nie zaszła omyłka w zapisach SIWZ?”

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Rozdziale VII ust. 3 SIWZ poprzez dodanie słów: „ulotek (instrukcji) w języku polskim”, a także w załączniku 2a.7 do SIWZ poprzez wykreślenie słów: „na płycie CD”. Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać na wezwanie zamawiającego tylko w formie elektronicznej. Zamawiający dopuszcza dostarczenie instrukcji obsługi aparatu na płycie CD po zawarciu umowy, wraz z dostawą analizatorów.

Pytanie nr 36, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„dotyczy par. 8 pkt. 4 wzoru umowy dotyczącego dostawy odczynników, załącznik nr 4 do SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z wzoru umowy zapisów z par. 8 pkt. 4? Zapisy te powodują, że Wykonawca nie będzie miał możliwości elastycznego realizowania zamówień. Zamawiający w par. 3 pkt. 4 zastrzega sobie prawo do korygowania terminów i ilości określonych w zamówieniu częściowym. Jednocześnie określa termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych. Z punktu widzenia Wykonawcy jest to krótki termin na zrealizowanie zamówienia. Powoduje to, że Wykonawca niezwłocznie podejmuje czynności w kierunku dostarczenia zamówienia w wymaganym terminie. Prawo do korygowania zamówienia nie określa w jakim terminie od złożenia zamówienia pierwotnego Zamawiający może dokonać korekty co skutkuje, że korekta Zamawiającego z dużym prawdopodobieństwem wpłynie do Wykonawcy już po wystawieniu niezbędnych dokumentów i przygotowaniu zamówienia do wysyłki.

W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisów z par. 8 pkt 4 czy Zamawiający odstąpi od tychże zapisów gdyż nieuniknione będzie wystawienie kolejnego dokumentu do tego samego zamówienia w sytuacji gdy Zamawiający będzie dokonywał korekty zamówienia?”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący potrącania kar umownych z bieżących płatności (§8 ust. 4 projektu umowy).

Pytanie nr 37, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„dotyczy par. 4 pkt. 4 wzoru umowy dotyczącego dostawy odczynników, załącznik nr 4 do SIWZ Czy Zamawiający zezwala, aby dostarczane odczynniki hematologiczne miały wszystkie termin ważności 6 miesięcy oprócz jednego z terminem ważności po dostawie 1 miesiąc? Czy Zamawiający zezwala, aby oferowany do analizatorów hematologicznych materiał kontrolny posiadał dwu miesięczny termin ważności?”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres przydatności do użycia) określony w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.”

Zamawiający zezwala, aby oferowany do analizatorów hematologicznych materiał kontrolny posiadał termin ważności zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego.

Pytanie nr 38, dotyczy: zapisów SIWZ

„dotyczy SIWZ rozdział VII ust. 6 W ustępie 6 rozdziału VII Zamawiający wskazuje, które dokumenty winny być dostarczone przez Wykonawcę w Oryginale. W odniesieniu do tabeli w ust. 2 jest wskazany pkt. 2, 3 i 6. Punktu 3 odnosi się do informacji z Krajowego Rejestru Karnego osoby fizycznej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów informację z KRK można składać w oryginale bądź w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Ponadto w tabeli z ust. 2 nie ma punktu 6. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka?”

Odpowiedź: W zapisach SIWZ nastąpiła omyłka. Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale VII ust. 6, 7 i 8 SIWZ, które otrzymują nowe brzmienie:

6. *Oświadczenia i dokumenty (formularze) wskazane w ust. 1 (tabela) Lp. 1-3, ust. 2 (tabela) Lp. 1 i 2 i 5 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 3 muszą być złożone w oryginale.*
7. *Dokumenty wskazane w ust. 2 (tabela) Lp. 3 i 4 muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.*
8. *Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 5 pkt 4 musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem.*

Pytanie nr 39, dotyczy: zapisów SIWZ

„dotyczy SIWZ rozdział VII ust. 9 i 10 W ust. 9 i 10 jest odwołanie do punktu 4 i 5 tabeli z ust. 2. Czy nie zaszła omyłka i nie winno być odwołania do punktów 3 i 4?”

Odpowiedź: W zapisach SIWZ nastąpiła omyłka. Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale VII ust. 9 i 10 SIWZ, które otrzymują nowe brzmienie:

9. *Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 (tabela) Lp. 3 i 4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma*

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 (tabela) pkt 3 i 4 oraz ust. 9, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Pytanie nr 40, dotyczy: dotyczy ogłoszenia o zamówienie i informacji o katalogach elektronicznych

„W ogłoszeniu w punkcie dotyczącym informacji o katalogach elektronicznych Zamawiający zawarł wymaganie, że oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny. Prosimy o wyjaśnienie o jakiego rodzaju katalogi chodzi. W SIWZ Wykonawca nie znalazł informacji na temat wymogu złożenia ofert w formie katalogu elektronicznego oraz wymagań formalnych w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zapis w ogłoszeniu o zamówieniu wynika z formularza ogłoszenia w Dz.U. UE i nie można w niego ingerować. Zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 3 SIWZ oferta składana jest w formie elektroniczne. Przez katalog elektroniczny należy rozumieć konieczność złożenia oferty i załączników do oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamawiający. Sformułowanie katalogi należy rozumieć jako pliki, foldery, załączniki składane przez Wykonawcę wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego. Jednocześnie podkreślić należy, iż złożenie oferty w formie papierowej jest niedopuszczalne.

Pytanie nr 41, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Dotyczy części 5: Pytania do Parametrów granicznych dla analizatora koagulologicznego: Pyt. do p. 31: Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu „w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy”.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Dotyczy części 6: Pytania do Parametrów granicznych dla analizatorów biochemicznych. Pyt. do p. 4: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści analizatory, odczynniki, kalibratory i kontrole pochodzące od jednego dostawcy, nie producenta, pod warunkiem, iż są dedykowane na dany analizator i stanowią spójny system analityczny?”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pyt. do p. 36: Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu „w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dodał zapis w Lp. 36 załącznika 2a.6 do SIWZ.

Pytanie nr 44, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pytania do Parametrów granicznych dla analizatorów immunochemicznych. Pyt. do p. 3: Zwracamy się z zapytaniem, czy w sytuacji zaoferowania dwóch analizatorów biochemicznych stanowiących systemy zintegrowane, które dają możliwość wykonania znacznej części oznaczeń immunochemicznych z Załącznika nr 2.6 (Troponina, NTproBNP, TSH, FT3, FT4, PSA, CKMB mass, Vit B12, Vit D, Kwas foliowy) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunochemicznego przeznaczonego do backup-u pracującego w oparciu o inną technologię niż aparat immunochemiczny podstawowy? Aparat ten wykorzystywany byłby tylko w sytuacjach awaryjnych jako backup dla parametrów: anty-HBs, anty-HCV, Prokalcytonina, HBsAg, HIV, a ze względu na dogodne konfekcjonowanie odczynników (pojedyncze testy) pozwalające na pracę z zachowaniem nawet dłuższych przerw, nie generowałby strat odczynników i materiałów zużywalnych. Takie rozwiązanie mogłoby być korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych oraz organizacji pracy dzięki wykonywaniu większości oznaczeń parametrów biochemicznych razem z immunochemicznymi z jednej próbki bez konieczności przenoszenia jej pomiędzy aparatami.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Pyt. do p. 33: Uprzejmie prosimy o dodanie zapisu „w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 4

„pozycja nr 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 testu oksydaza w postaci pasków wysyconych odczynnikiem?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 47, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 4

„pozycja nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 12 podłoże Schaedler Agar z Witaminą K3 i krwią baranią?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 48, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 4

„część TESTY pozycja nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 Krążki bibułowe, jałowe z podatkiem Vat 23%?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 49, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 4

„część TESTY pozycja nr 13, 14 i 15 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość nie wyceniania pozycji „wskaźnik do kontroli warunków beztlenowych” z pozycji nr 15 oraz „klipsy do zamykania torebek (op. 5szt)” z pozycji nr 14, ponieważ paski wskaźnikowe oraz zamknięcia do torebek znajdują się w zestawie opisanym w pozycji nr 13 wraz z saszetkami, woreczkami foliowymi z zamknięciami i będą wycenione jako komplet zgodnie z liczbą podaną przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Wykonawca powinien zaoferować pełen asortyment niezbędny do wykonania wszystkich badań określonych w SIWZ. Istnieje więc możliwość wyceny rozłącznej lub łącznej składników zestawu.

Pytanie nr 50, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 4

„część TESTY pozycja nr 13, 14 i 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 13, 14 i 15 zestawu konfekcjonowanego po 20 sztuk z opcją przeliczenia na liczbę wskazaną przez Zamawiającego?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 51, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 4

„część TESTY pozycja nr 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 17 zestawu barwników w butelkach o pojemności 250 ml?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 52, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Parametry techniczno-użytkowe, PARAMETRY WYMAGANE, Dostawa testów do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą automatycznego analizatora. POZYCJA NR 4 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania systemu, w którym kody kreskowe dla paneli testowych mogą być sprawnie i prosto drukowane wraz z dostarczoną wraz z aparatem drukarką kodów kreskowych. W przypadku oferowanego przez naszą firmę systemu kody kreskowe są indywidualnie drukowane w sposób unikatowy dla każdego panelu testowego wraz z podwójnym zabezpieczeniem zawierającym informację o rodzaju zastosowanego panelu jak również danymi o pacjencie, co pozwala na kontrolę i „śledzenie” danych zarówno o rodzaju wykonywanego badania diagnostycznego jak i danych demograficznych pacjenta i pozwala zweryfikować panel bezpośrednio po włożeniu na pokład aparatu jako prawidłowy dla danego pacjenta oraz w razie ewentualnej pomyłki szybko zweryfikować odpowiednie dane o badanej próbce. W razie pomyłki lub uszkodzenia kodu kreskowego możliwe jest ponowne wydrukowanie odpowiedniego kodu kreskowego i prawidłowy odczyt testu na pokładzie analizatora.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Parametry techniczno-użytkowe, PARAMETRY WYMAGANE, Dostawa testów do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą automatycznego analizatora. POZYCJA NR 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania systemu, w którym panele - moduły testowe są w odpowiedni sposób zabezpieczone na pokładzie analizatora nakrywkami, które zabezpieczają przed wydostaniem się zawiesiny bakteryjnej.

Oferowany przez naszą firmę system posiada innowacyjne rozwiązanie umożliwiające prostą i bezpieczną jednoetapową inokulację paneli testowych podciśnieniowo za pomocą specjalnego urządzenia, które uniemożliwia wydostanie się Zawiesiny bakteryjnej z testów i zabezpiecza przez rozlaniem zawiesiny podczas etapu przygotowania testów. W trakcie inkubacji testów na pokładzie analizatora testy są dodatkowo zabezpieczone specjalnymi pokrywkami, które zdejmowane są automatycznie przez system jedynie w momencie odczytu testów lub automatycznego podawania przez aparat odpowiednich odczynników. Takie rozwiązanie wykonywane jest automatycznie przez aparat bez obecności operatora systemu – jest w takim przypadku całkowicie bezpieczne i eliminuje możliwość kontaktu zawiesiny z personelem laboratoryjnym. Wspomniana konstrukcja testów oraz zastosowanie odpowiednich nakrywek jest konsekwencją możliwości zastosowania w systemie metody złotego standardu w identyfikacji drobnoustrojów poprzez zastosowanie „świeżych odczynników” do wywołania reakcji biochemicznych, co zapewnia uzyskanie najwyższej jakości jak i powtarzalności uzyskiwanych wyników badań identyfikacji drobnoustrojów.

Dodatkowo oferowany przez naszą firmę system jest również rozwiązaniem unikatowym na rynku, dzięki odpowiedniej konstrukcji testów, dzięki czemu możliwy jest automatyczny odczyt bezpośredniego wzrostu drobnoustrojów w panelach testowych przeznaczonych do badania lekowrażliwości. Zasada testu oparta jest o referencyjną metodę mikrorozcieńczeń w bulionie zgodną z normą ISO 20776, co jest zgodne z najnowszymi rekomendacjami EUCAST.

Takie rozwiązanie zapewnia wiarygodny odczyt badanych testów oraz uzyskanie precyzyjnych i wiarygodnych wyników wartości MIC (najmniejszego stężenia hamującego antybiotyku), co możliwe jest po automatycznym zdjęciu przez system pokrywki i bezpośrednim odczycie wzrostu w studzienkach testowych i po wyjęciu testu z aparatu możliwość wizualnego podglądu każdej studzienki z określonym stężeniem antybiotyku.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„dot. projektu umowy § 2 Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."

Odpowiedź: Zamawiający może zagwarantować realizację zamówienia na poziomie 80% wartości zamówienia, jednak nie może zagwarantować realizacji zamówienia na poziomie 80% ilości dla każdej pozycji, gdyż jest to zależne od czynników zewnętrznych i osób trzecich (zapisy kontaktu z NFZ, liczba i rodzaj pacjentów).

Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ – projekt umowy poprzez dodanie w § 2 ust. 5 o następującej treści: „5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy. Zamawiający z tego tytułu nie poniesie żadnych konsekwencji prawnych i finansowych, z uwzględnieniem § 12 ust. 2 pkt 15 umowy.”

Pytanie nr 55, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§ 8 ust. 1.1 Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§ 8 ust. 1.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% NIEZREALIZOWANEJ wartości danego Zadania za odstąpienie od umowy w zakresie tego Zadania z przyczyn przez Wykonawcę zawinionych?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Załącznik nr 2a.6 do zadania nr 6 p. 23 Parametry graniczne dla analizatorów immunochemicznych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym ze względu na zastosowaną technologię pomiar reakcji i odczyt końcowy odbywa się w komorze pomiarowej będącej elementem wyposażenia aparatu? Aparat ten nie wymaga i nie stosuje jednorazowych kuwet pomiarowych, a użycie jednorazowych końcówek dozujących oraz jednorazowych kuwet reakcyjnych zabezpiecza całkowicie przed ryzykiem kontaminacji i carry-over.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„p. 3 Wymagania dotyczące wykonywanych badań biochemicznych i immunochemicznych Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników, kalibratorów lub kontroli ich ważność przy dostawie wynosiła 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„p. 8 Parametry jakościowe dla analizatorów i odczynników Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i czy chodzi o zapewnienie możliwości oznaczania interleukiny-6?”

Odpowiedź: Zamawiający w ww. punkcie popełnił pomyłkę – chodziło o zapewnienie możliwości oznaczania interleukiny – 6. Zamawiający zmienia zapis w załączniku 2a.6 do SIWZ – L.p. 8 Parametry jakościowe dla analizatorów i odczynników.

Pytanie nr 60, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„p. 14 Parametry jakościowe dla analizatorów i odczynników Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i czy chodzi o możliwości oznaczania GDF-15?”

Odpowiedź: Zamawiający w ww. punkcie popełnił pomyłkę – powinno być GDF-15. Zamawiający zmienia zapis w załączniku 2a.6 do SIWZ – L.p. 14 Parametry jakościowe dla analizatorów i odczynników.

Pytanie nr 61, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„p. 31 Załącznik nr 2.6 do SIWZ Prosimy o uściślenie i potwierdzenie, czy chodzi o odczynnik do oznaczania CK-MB masa?”

Odpowiedź: Tak. Odczynnik w pkt 31 to CK MB Mass. Zamawiający dokonał zmiany w poz. 31 załącznika 2.6 do SIWZ.

Pytanie nr 62, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Załącznik nr 2.6 do SIWZ Czy w celu uniknięcia błędów interpretacyjnych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby wszystkie oznaczane parametry miały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne.

Pytanie nr 63, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„L.p 2 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu backupowego jako urządzenia używanego, po pełnym przeglądzie z pełną gwarancją ze strony Oferenta?”

Odpowiedź: Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu backupowego jako urządzenia używanego, po pełnym przeglądzie z pełną gwarancją ze strony Wykonawcy.

Pytanie nr 64, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Lp. 22 Czy nie nastąpiła w tym zestawieniu i w tym punkcie pomyłka? Pod tym punktem nie ma żadnej treści”

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 22 nie wymaga żadnych parametrów. W formularzu zostanie puste miejsce – nie wypełniać.

Pytanie nr 65, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 6

„Lp. 14 Czy Zamawiający uzna za równoważne wyliczenie GFR a nie jego oznaczenie?”

Odpowiedź: Zamawiający w ww. punkcie popełnił pomyłkę – powinno być GDF-15. Zamawiający zmienia zapis w załączniku 2a.6 do SIWZ – L.p. 14 Parametry jakościowe dla analizatorów i odczynników.

Pytanie nr 66, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 3 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? Uzasadnienie: Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości, dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres przydatności do użycia) określony w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.”

Pytanie nr 68, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 4 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy brakujących elementów lub elementów odpowiadających złożonemu zamówieniu wynosił 5 dni?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 4 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zadania: "a tym w przypadku odmowy wniesienia asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego"?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający przy każdej dostawie potwierdza datę otrzymania asortymentu i na tej podstawie Wykonawca może dokładnie określić termin płatności.

Pytanie nr 71, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 6 ust. 9-12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 6 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”? Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany wynosił 5 dni?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 7 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zapis ten jest prawem Zamawiającego a nie obligatoryjnym obowiązkiem konkretnej reakcji Zamawiającego.

Pytanie nr 75, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.””

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 8 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 8 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 8 ust. 1 pkt 4 - 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 10 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "gdy Wykonawca dwukrotnie odmówi" na "gdy Wykonawca dwukrotnie odmówi bez uzasadnienia"?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 10 ust. 1 pkt 3 - 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 12 ust. 2 pkt 11 -12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na postanowienie o następującym brzmieniu: W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 12 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dot. Załącznik nr 2 do umowy - Projekt umowy na dzierżawę analizatora Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia zapis w §3 ust. 5 załącznika nr 2 do umowy.

Pytanie nr 85, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia zapis w §4 ust. 3 załącznika nr 2 do umowy.

Pytanie nr 86, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?” Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.””

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?"

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia zapis w §6 załącznika nr 2 do umowy.

Pytanie nr 89, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „dzień niesprawności aparatu” na „dzień zwłoki w naprawie”?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązywania umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Par. 10 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.(załączona została treść umowy z danymi identyfikującymi Wykonawcę).... ”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje załącznik nr 4 do załącznika nr 4 do SIWZ - projektu umowy: „ZASADY I WARUNKI POWIERZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZETWARZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ DANYCH OSOBOWYCH W CELU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”. Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Pytanie nr 92, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1 – projekt umowy

„Zadanie 1 oraz zał. 4, §4 ust. 4 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności 4 – 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres przydatności do użycia) określony w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.”

Pytanie nr 93, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„Zadanie 1 - Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie testy zawarte w tabeli odczynnikowej były wykonywane na oferowanym analizatorze?”

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 94, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„Zadanie 1, pkt. 10 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia pochłaniacza wilgoci? Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami SIWZ oferowane testy są w szczelnym opakowaniu z folii aluminiowej i nie ma konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń.”

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 95, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 2 – projekt umowy

„Zadanie 2 oraz zał. 4, §4 ust. 4 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie podłoży z terminem ważności 4 – 6 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego?”

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres przydatności do użycia) określony w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.”

Zamawiający dodatkowo zmienił zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym w zakresie zadania nr 2. Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 96, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1, pkt. 11 – Na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga dostarczenia próbek? Czy Zamawiający wymaga złożenia próbek przed terminem składania ofert czy na wezwanie Zamawiającego? W rozdziale VII pkt. 3, Zamawiający nie umieścił informacji na temat próbek do zadania 1.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek testów. Zamawiający zmienił zapisy w załączniku 2.1 do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 2a.1 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 97, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1, pkt. 25 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pokrycia kosztów uczestnictwa w sympozjum/ sympozjach / kursie / kursach w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej i Epidemiologii dla jednej osoby? Uzasadnienie: Każdy Wykonawca, który z uwagi na stale podnoszony standard obsługi oraz kultury biznesowej, zobowiązany jest wraz innymi konkurencyjnymi podmiotami do stosowania zasad ujętych w „Kodeksie etyki branży technologii medycznych” opracowany przez MedTech Europe. Zasady te regulują między innymi proces przyznawania grantów edukacyjnych. Przyznanie tego rodzaju grantu edukacyjnego, a tak należy rozumieć wymóg postawiony przez Zamawiającego, musi być poprzedzony odrębną umową między Wykonawcą, a Zamawiającym, natomiast samo przyznanie grantu musi być zatwierdzone każdorazowo w Systemie Weryfikacji Konferencji (Conference Vetting System). Tym samym, brak pozytywnej odpowiedzi, albo opóźnienie wydania zgody na powyższe pytanie może stworzyć sytuację w której, Wykonawca gotowy przystąpić zarówno do postępowania, zaoferowania najlepszej jakości jak i sfinansowania kosztów szkolenia, może zostać poczytany jako dokonujący naruszenia zasad zgodnych z Kodeksem etyki, którego zobowiązany jest przestrzegać. Postawienie takiego wymogu w procesie przetargowym jedynie w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, bez wyszczególnienia oraz wyceny takiego składnika w formularzu cenowym w ofercie w praktyce uniemożliwia wycenę takiego szkolenia i powoduje konflikt na linii zasad etyki biznesowej, do której zobowiązane są stosować się Wykonawca, jak wszystkie inne podmioty stowarzyszone w organizacjach podlegających MedTech Europe. Ponadto ewentualny grant edukacyjny zgodnie z przywołanym Kodeksem nie może pokrywać kosztów przejazdu i noclegów uczestników.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w załączniku 2a.1 poz. 25 na brzmienie: „Wykonawca zapewni udział w sympozjum/sympozjach/kursie/kursach w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej i Epidemiologii dla jednej osoby, w ciągu całego czasu trwania umowy – 1200 PLN/rok.” Zmodyfikowany załącznik nr 2a.1-7 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 98, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości, „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie

rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 99, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Pytania dotyczące projektu umowy, załącznik nr 4 do SIWZ: §1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji ustępów zawartych w §1?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający skoryguje numerację w projekcie umowy.

Pytanie nr 100, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień? Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości przyjmowania zamówień w formie telefonicznej. Ponadto na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla z wzoru umowy zamówienie telefoniczne. §3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie: „1. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie częściami (partiami), na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną.”

Pytanie nr 101, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie przedmiotowego postanowienia? Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości każdorazowego potwierdzania faktu otrzymania zamówienia.”

Odpowiedź: Nie. Brak potwierdzenia otrzymania zamówienia uniemożliwiłbym Zamawiającemu zweryfikowanie faktu otrzymania zamówienia i co za tym idzie niemożliwe byłoby określenie od jakiego terminu liczy się czas na realizację zamówienia. Brak potwierdzenia spowoduje ponowne wysłanie zamówienia.

Pytanie nr 102, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po kropce sformułowania w brzmieniu: „Zamówienie, którego proces realizacji został rozpoczęty (towar opuścił magazyn Wykonawcy) nie może zostać wycofane lub zmienione”?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował zapis w §3 ust. 4.

Pytanie nr 103, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§3 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§3 ust. 11 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§3 ust. 12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Strony ustalają, że termin realizacji dostawy jest data faktycznego dostarczenia towaru”? Uzasadnienie: Wykonawca podobnie jak wszystkie podmioty działające na rynku realizuje dostawy za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej zapewniającej należyte warunki transportu. Wykonawca nie ma możliwości do przekazania kurierowi protokołu odbioru a następnie do jego odebrania. Potwierdzeniem realizacji zamówienia będzie stanowić podpis Zamawiającego złożony na liście przewozowym. Ponadto zgodnie z brzmieniem §6 ust. 2 faktury mają być każdorazowo wystawiane po

zrealizowaniu dostawy w związku z czym termin będzie inny od tego, w którym dostawa została faktycznie zrealizowana. Mając powyższe uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania i usunięcie przeciwstawnych zapisów celem uniknięcia nieporozumień i niejasności na etapie wykonywania umowy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż podpis na liście przewozowym uznawany jest jako tożsamy z podpisem na protokole odbioru dostawy.

Pytanie nr 106, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§3 ust. 16 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamówienia składane będą na adres email:”?

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości przyjmowania zamówień w formie telefonicznej. Ponadto na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla z wzoru umowy zamówienie telefoniczne.

Pytanie nr 107, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostarczony przedmiot zamówienia musi obejmować ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika, instrukcje użytkowania, opisy przedmiotu zamówienia, etykiety (oryginalne) sporządzone w języku polskim oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy. W odniesieniu do Wykonawców nie mających technicznych możliwości dostarczenia powyższych dokumentów, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy dostępnej pod adresem:”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia zapisy w §4 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 108, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§4 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 11.

Pytanie nr 109, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§7 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§7 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Informacja, o której jest mowa w ust. 11 zdanie pierwsze Zamawiający przekaże pisemnie za pośrednictwem poczty na swój koszt”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma prawo w każdym momencie trwania umowy na aktualizację danych kontaktowych, w tym na usunięcie z danych numeru faks, co skutkować będzie korzystaniem z pośrednictwa poczty w przypadku przekazywania informacji, o której mowa w §7 ust. 11 projektu umowy.

Pytanie nr 111, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru?” Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o obniżenie wysokości kary umownej. W ocenie Wykonawcy kara w wysokości 10% wartości zamówienia jest karą rażąco wygórowaną.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu określającego maksymalną wysokość kary jako 50% wartości jednostkowego zamówienia i w tym zakresie dokona stosownej modyfikacji zapisu?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara umowna była liczona od wartości niezrealizowanej części zamówienia?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto reklamowanego towaru? Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o obniżenie wysokości kary umownej. W ocenie Wykonawcy kara w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia jest karą rażąco wygórowaną.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 3 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% wartości brutto reklamowanego towaru?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 118, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 25 zł?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% zamówienia częściowego?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 30 zł?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 122, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 7 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar do 1% wartości brutto zamówienia częściowego?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 123, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 7 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar do 3% wartości brutto zamówienia częściowego? Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o obniżenie wysokości kary umownej. W ocenie Wykonawcy tak określona kara jest karą rażąco wygórowaną.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 124, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Pytania do Umowy dzierżawy (zał. nr 2): §4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 125, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 126, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§4 ust. 3 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 24 godzin w dni robocze?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia zapis w §4 ust. 3 załącznika nr 2 do umowy.

Pytanie nr 127, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 50 zł?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 128, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 129, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„Dotyczy pkt. 11 Parametrów granicznych (Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1): Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dostarczenie jednej próbki dowolnego testu?”

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z wymogu dostarczenia próbki. Zamawiający dokonał zmiany w L.p. 11 załącznika 2a.1 do SIWZ.

Pytanie nr 130, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1 – projekt umowy

„Dotyczy pkt. 19 Parametrów granicznych (Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1) oraz §4 ust. 3 Projektu umowy na dzierżawę analizatora - Załącznik nr 2 do umowy: Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w przypadku awarii do 48 godzin w dni robocze.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 131, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1 – projekt umowy

„Dotyczy pkt. 19 Parametrów granicznych (Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu: „Możliwość składania zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.” na następujący: „Możliwość składania zgłoszeń mailowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, natomiast telefonicznie lub faksem w dni robocze w godzinach pracy Wykonawcy.” (zgodnie z zapisem §4 ust. 2 oraz 4 Projektu umowy na dzierżawę analizatora - Załącznik nr 2 do umowy).”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia zapis w załączniku 2a.1 poz. 19.

Pytanie nr 132, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„Dotyczy pkt. 23 Parametrów granicznych (Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu rok produkcji 2017?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia zapis w załączniku 2a.1 poz. 23.

Pytanie nr 133, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„Dotyczy pkt. 24 Parametrów granicznych (Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatów jakości dla każdej nowej serii odczynników w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określonego numeru katalogowego oraz nr LOT? Dostawy towaru są realizowane bezpośrednio z zagranicy, więc nie ma możliwości dołączenia wymaganych certyfikatów do dostawy.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia zapis w załączniku 2a.1 poz. 24.

Pytanie nr 134, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„Dotyczy pkt. 25 Parametrów granicznych (Załącznik nr 2a.1 do zadania nr 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna kwota 6 szkoleń miała równowartość do 4000 zł? Pozwoli to Oferentowi na odpowiednie skalkulowanie Oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w załączniku 2.1 poz. 25 na brzmiący: „Wykonawca zapewni udział w sympozjum/sympozjach/kursie/kursach w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej i Epidemiologii dla jednej osoby, w ciągu całego czasu trwania umowy – 1.200 PLN/rok.” Zmodyfikowany załącznik nr 2.1 do SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 135, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 1

„Dotyczy informacji pod Formularzem asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 2.1 do SIWZ do zadania nr 1): Czy Zamawiający wymaga wyceny szczepów wzorcowych wymaganych do podstawowej kontroli jakości na oferowanym analizatorze?”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 136, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

Dotyczy §4 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt etykiet handlowych w języku polskim?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane w Zadaniu nr 1 wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 137, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

Dotyczy §4 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej polegającej na określeniu w umowie terminu ważności na 12 miesięcy, podczas gdy w pozostałej części SIWZ wynosi on 6 miesięcy od daty dostawy.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres

przydatności do użycia) określony w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.”

Pytanie nr 138, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy §4 ust. 11 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia brakujących elementów przedmiotu zamówienia do 2 dni roboczych.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 11 na „3 dni robocze”.

Pytanie nr 139, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie faktury w formacie pdf na adres mailowy Zamawiającego.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający dopuszcza stosowanie formy papierowej i przekazywanie faktur za pośrednictwem wskazanej w projekcie umowy platformy.

Pytanie nr 140, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy Rozdziału VII pkt. 3.2) SIWZ; Części B pkt. 5 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz §1 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): W związku z tym, że przedmiotem postępowania poza produktami będącymi wyrobami medycznymi CE-IVD, są również produkty, które nie posiadają deklaracji zgodności CE-IVD (niektóre materiały zużywalne z poz. 12 Zadania nr 1), prosimy o dodanie do Rozdziału VII pkt. 3.2) SIWZ; Części B pkt. 5 Formularza oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz §1 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) zapisu „jeśli dotyczy”.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienił zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 141, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy §8 ust. 1.1) oraz ust. 1.3) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy do 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 142, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy §8 ust. 1.2) oraz ust. 1.3) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie wysokości kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 143, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy §8 ust. 1.5) oraz ust. 1.7) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto zamówienia częściowego.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 144, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy §8 ust. 1.5) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ): Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej. Ww. paragraf winien odnosić się do zapisów §4 ust. 5, a nie §4 ust. 7.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienił zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 145, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy §4 ust. 1 Projektu umowy na dzierżawę analizatora - Załącznik nr 2 do umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopisanie zwrotu: „(...) a w przypadku konieczności sprowadzenia części zapasowych z zagranicy do 14 dni roboczych.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienił zapisy w §4 ust. 1 Projektu umowy na dzierżawę analizatora.

Pytanie nr 146, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy §6 Projektu umowy na dzierżawę analizatora - Załącznik nr 2 do umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wstawienia aparatu zastępczego do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wad i usterek.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienił zapisy w §6 Projektu umowy na dzierżawę analizatora.

Pytanie nr 147, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy §7 ust. 2 Projektu umowy na dzierżawę analizatora - Załącznik nr 2 do umowy: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „(...) lub w przypadku nie usunięcia wad lub usterek aparatu przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia (...)” Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aparatu zastępczego zapewniającego ciągłość pracy.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienił zapisy w §7 ust. 2 Projektu umowy na dzierżawę analizatora.

Pytanie nr 148, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

§3 ust. 4 Prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania terminów i ilości określonych w zamówieniu częściowym, ale nie później niż 2 dni robocze przed dostawą”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis w §3 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 149, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§3 ust. 16 Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznie” i usunięcie możliwości składania zamówienia telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej to zamówienie.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wykreśla z wzoru umowy zamówienie telefoniczne.

Pytanie nr 150, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§ 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany przedmiot zamówienia zamiast ulotek w języku polskim zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje, w tym instrukcje dot. magazynowania i przechowywania, zawierał ww. informacje na opakowaniach wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia zapisy w §4 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 151, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy.

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres przydatności do użycia) określony w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.”

Zamawiający zezwala, aby oferowany do analizatorów hematologicznych materiał kontrolny posiadał termin ważności zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego.

Pytanie nr 152, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§4 ust. 5-6 Prosimy o wykreślenie zdania „Dostawa musi być dokonana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem częściowym pod względem ilościowym i asortymentowym. Nie dopuszcza się dzielenia zamówienia zgodnie z ust.5.”

W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnętrzna procedura przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 153, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§4 ust. 11 Prosimy o zmianę zapisu z „w ciągu 1 dnia roboczego” na „w ciągu 2 dni roboczych”.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 11 na 3 dni robocze.

Pytanie nr 154, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§6 ust. 9 Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „(...) przy założeniu, że Zamawiający złoży nie więcej niż 1 zamówienie dziennie”.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 155, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§6 ust. 15 Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłokiz zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 156, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy.

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres przydatności do użycia) określony w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.”

Zamawiający zezwala, aby oferowany do analizatorów hematologicznych materiał kontrolny posiadał termin ważności zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego.

Pytanie nr 157, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 1) i 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5% ?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 158, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 1) Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu: „za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wykonawca odpowiada za dostarczenie asortymentu zgodnie z zamówieniem i ma wpływ na wysokość kar poprzez prawidłową realizację umowy – w tym zabezpieczenie właściwego łańcucha dostaw.

Pytanie nr 159, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 3) Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu poprzez dodanie: „za każdy rozpoczęty dzień zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 160, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§8 ust. 1 pkt 2) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości brutto całej umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 161, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§12 ust. 2 pkt 11) Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych. Prosimy zatem o uzupełnienie zapisu w § 12 ust. 2 pkt 11) poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu”.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 162, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„Dotyczy SIWZ, Zał. 2 do SIWZ, Projekt umowy na dzierżawę analizatora: §1 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis: „Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydierżawiającego (Wykonawcy).””

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 163, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze” ?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia zapis w §4 ust. 3 załącznika nr 2 do umowy.

Pytanie nr 164, dotyczy: zapisów SIWZ – projekt umowy

„§6 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów ww. postanowienia wzoru umowy z „w czasie 24 godzin” na „w czasie 48 godzin w dni robocze”.”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 165, dotyczy: zapisów SIWZ

„Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje załącznik nr 4 do załącznika nr 4 do SIWZ - projektu umowy: „ZASADY I WARUNKI POWIERZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZETWARZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ DANYCH OSOBOWYCH W CELU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY”. Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

Pytanie nr 166, dotyczy: zapisów SIWZ

„Dotyczy SIWZ, Rozdział III pkt 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia umowy.

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest natomiast materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w §4 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „4. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności (okres przydatności do użycia) określony w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.”

Zamawiający zezwala, aby oferowany do analizatorów hematologicznych materiał kontrolny posiadał termin ważności zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego.

Pytanie nr 167, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy pkt 3, analizator główny Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w wydajności 70 oznaczeń na godzinę ?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 168, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy pkt 9 analizator główny i pkt 6 analizator back-up Czy Zamawiający podając górne zakresy liniowości ma na myśli ich minimalne wartości jakie powinien spełniać analizator oraz czy wymaga, aby określone zakresy liniowości były otrzymywane z pierwszego pobrania, bez wstępnego rozcieńczania próbki ? Rozcieńczenie próbki ma wpływ na zmniejszenie wiarygodności wyniku.”

Odpowiedź: Zamawiający podając górne zakresy liniowości ma na myśli ich minimalne wartości jakie powinien spełniać analizator. Określone zakresy liniowości mają być otrzymywane z pierwszego pobrania, bez wstępnego rozcieńczania próbki

Pytanie nr 169, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy pkt 10, analizator główny Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który dokonuje rozcieńczenia próbki poprzez automatyczne dozowanie odpowiedniej ilości odczynnika natomiast użytkownik musi sam zadozować odpowiednią ilość krwi ? (analizator poda wartość parametrów automatycznie przeliczając rozcieńczenie). Analizator posiada bardzo wysokie liniowości

parametrów (np. WBC do 440 tys/ul, PLT do 5000 tys/ul) dzięki czemu wykonywanie rozcieńczenia jest procesem (z doświadczenia Użytkowników) bardzo sporadycznym.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 170, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy pkt 21 analizator główny Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów (główny i back-up) pracujących na tych samych odczynnikach, które można stosować w sposób wymienny, z wyłączeniem odczynników potrzebnych do oznaczeń parametrów, które będą wykonywane tylko na analizatorze głównym (retikulocyty) ?”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 171, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy pkt 32, analizator główny Czy Zamawiający używając sformułowania „tego samego systemu” ma na myśli oferowany model analizatora ?”

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli oferowany model analizatora.

Pytanie nr 172, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy pkt 11, analizator główny Czy Zamawiający potwierdza, że wymagane maksymalne objętości próbki w trybie CBC+DIFF oraz CBC były z próbki krwi pełnej w trybie manualnym i podajnikowym a nie z trybu z rozcieńczeniem oraz z trybu kapilarnego ?”

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli próbki krwi pełnej w trybie manualnym i podajnikowym.

Pytanie nr 173, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy pkt 5, Parametry jakości Czy Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie analizatorów, w których populacja młodych form leukocytarnych jest wyrażona we fracji IG # i % (niedojrzałe granulocyty – metamielocyty, promielocyty, mielocyty) ?

Jest to parametr przydatny w diagnozowaniu pacjentów z zakażeniami i stanami zapalnymi oraz pacjentów podatnych na infekcje na skutek osłabienia czynności układu odpornościowego. Jednocześnie oznaczanie parametru IG przez analizator może ograniczyć liczbę rozmazów krwi poprzez bardziej precyzyjne zliczanie większej ilości komórek. Ponadto aparat posiada możliwość oznaczania limfocytów o podwyższonej fluorescencji (parametr HFLC #%, badawczy), a także możliwość występowania atypowych limfocytów jest flagowana i prezentowana w postaci Q-flagi).”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 174, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy pkt 15, Parametry jakości Czy Zamawiający wymaga, aby jeden z oferowanych analizatorów posiadał oddzielny tryb dla oznaczania płynów z jam ciała, bez dodatkowych odczynników ?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 175, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy pkt 17, Parametry jakości Czy Zamawiający wymaga, aby wynik weryfikacji trombocytów w torze optycznym był parametrem diagnostycznym, raportowanym do LIS i prezentowanym na wyniku pacjenta?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wynik weryfikacji trombocytów w torze optycznym był parametrem diagnostycznym, raportowanym do LIS i prezentowanym na wyniku pacjenta.

Pytanie nr 176, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy SIWZ, Załącznika nr 2.7 do zadania nr 7, analizator główny i analizator back-up Czy Zamawiający wymaga, aby oba analizatory posiadały moduł serwisowy, który daje możliwość podłączenia on-line z serwisem technicznym wykonawcy, co znacznie ułatwi nadzór nad parametrami pracy analizatora i przyspieszy samą interwencję Inżyniera serwisu ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 177, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2.7 do zadania nr 7, analizator główny i analizator back-up, zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przedmiotu zamówienia, pkt 7 W celu poprawnego wyliczenia ilości tonerów i bębnow niezbędnych w okresie umowy, prosimy o określenie jaka ilość dokumentów będzie przez Zamawiającego faksowana, drukowana, skanowana lub kserowana na urządzeniu wielofunkcyjnym (w okresie umowy).”

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnował z dostawy urządzenia wielofunkcyjnego.

Pytanie nr 178, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2.7 do zadania nr 7, analizator główny i analizator back-up, zestawienie wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przedmiotu zamówienia, pkt 6 W celu poprawnego wyliczenia ilości tonerów i bębnow niezbędnych w okresie umowy, prosimy o określenie jaka ilość dokumentów będzie przez Zamawiającego drukowana (w okresie umowy).”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga do każdej drukarki 2 sztuk tonerów rocznie.

Pytanie nr 179, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2.7 do zadania 7, specyfikacja wymaganych parametrów granicznych - analizator główny i analizator back-up W związku z faktem, że Wykonawca dostarcza komputery skonfigurowane przez producenta do dedykowanych analizatorów hematologicznych zwracamy się do Zamawiającego o umożliwienie dostawy komputera zgodnie z wytycznymi producenta, tak aby zapewnić jak najlepszą komunikację i pracę analizatora z systemem informatycznym w laboratorium. W pkt 22 parametrów granicznych (analizator główny) oraz w pkt 14 parametrów granicznych (analizator back-up) Zamawiający wymaga, jednego stanowiska roboczego dla obu aparatów, zaś w pkt 1 zestawienia wymaganego sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przedmiotu zamówienia wymagane są dwa komputery (do analizatorów: podstawowego - 1szt. oraz back-up - 1 szt.). Prosimy zatem o doprecyzowanie ilu stacji roboczych wymaga Zamawiający.”

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenia dwóch analizatorów do jednego komputera, jeżeli takie ich podłączenie nie wpłynie na czas transmisji danych do systemu LIS. Jeżeli Wykonawca uzna, że jeden komputer jest w stanie zapewnić właściwą obsługę analizatora głównego oraz analizatora back-up, to powinien zaoferować jeden komputer dla obu analizatorów.

Pytanie nr 180, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 7

„Dotyczy SIWZ, Zadanie nr 7 W związku z brakiem określenia przez Zamawiającego w SIWZ terminu dostawy analizatorów, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostawy w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy poprzez dodanie w §3 ust. 1 zdania o następującej treści: „Dostawa aparatów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania umowy (dotyczy zadań nr 1, 4-7).”

Pytanie nr 181, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu podstawowego (głównego) rok produkcji nie starszy niż 2016, po generalnym przeglądzie technicznym?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 182, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu zastępczego (back-up) rok produkcji nie starszy niż 2016, po generalnym przeglądzie technicznym?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 183, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora głównego o wydajności: 140 oznaczeń PT lub APTT + 30 oznaczeń d-dimer w jednym czasie?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 184, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora stosującego metody pomiarów: optyczna, chromogenna i immunologiczna?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 185, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Prosimy o doprecyzowanie zapisu: Możliwość wprowadzania danych kalibracyjnych oraz parametrów odczynników przy użyciu kodów kreskowych – analizator główny. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania możliwości wprowadzania danych kalibracyjnych oraz parametrów odczynników przy użyciu kodów kreskowych dla wszystkich wykonywanych parametrów?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający oczekuje zaoferowania analizatora o możliwości wprowadzania danych kalibracyjnych oraz parametrów odczynników przy użyciu kodów kreskowych dla wszystkich wykonywanych parametrów.

Pytanie nr 186, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Prosimy o doprecyzowanie zapisu: Ilość pozycji w analizatorze głównym dla próbek badanych minimum 90, lub możliwość ciągłego dostawiania próbek bez konieczności oczekiwania na zakończenie pracy lub bez konieczności przerywania pracy analizatora (analizator główny). Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania analizatora z możliwością umieszczenia minimum 90 próbek badanych na pokładzie analizatora z jednoczesną możliwością ciągłego dostawiania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora?”

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem ciągłego dostawiania próbek rozumie, że czynność ta odbywa się bez konieczności oczekiwania na zakończenie pobierania osocza przez analizator z załadowanych na niego próbek pacjentów.

Pytanie nr 187, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Prosimy o doprecyzowanie zapisu parametru ocenianego nr 2: Wydajność analizatora powyżej 150 oznaczeń /godzinę. Czy Zamawiający będzie oceniał wydajność analizatora w oparciu o parametr PT?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający będzie oceniał wydajność analizatora w oparciu o pomiar PT.

Pytanie nr 188, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Prosimy o wskazanie częstotliwości wykonywania oznaczeń kontrolnych (ilość dni w tygodniu, ilość poziomów w danym dniu).”

Odpowiedź: Zamawiający będzie wykonywać oznaczenia kontrolne codziennie dla wszystkich parametrów na dwóch poziomach.

Pytanie nr 189, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Prosimy o informację, czy do podanej ilości badań wliczone zostały oznaczenia kontrolne?”

Odpowiedź: Do podanej ilości badań wliczone zostały oznaczenia kontrolne.

Pytanie nr 190, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Prosimy o podanie informacji, jaka sieć informatyczna (jaka firma) funkcjonuje w laboratorium Zamawiającego, do której należy wpiąć analizator? Czy oby dwa analizatory (główny i zastępczy) mają zostać podłączone do sieci informatycznej, na koszt oferenta?”

Odpowiedź: Tak. Sieć informatyczna: MARCEL. Dwa analizatory (główny i zastępczy) mają zostać podłączone do sieci informatycznej, na koszt oferenta.

Pytanie nr 191, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„Prosimy o doprecyzowanie, czy w nawiązaniu do punktu 34 zał. Nr 2.5 do SIWZ, wyłącznie stół oraz UPS mają być dostarczone zarówno do aparatu głównego jak i zastępczego, natomiast pozostałe urządzenia mają być dostarczone wyłącznie do aparatu głównego?”

Odpowiedź: Stół (jeśli analizator wymaga postawienia na stole) oraz UPS mają być dostarczone zarówno do aparatu głównego jak i zastępczego, natomiast pozostałe urządzenia mają być dostarczone wyłącznie do aparatu głównego.

Pytanie nr 192, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„*Prosimy o informację, czy aparat zastępczy (back-up) będzie używany jednocześnie z aparatem głównym, czy aparat zastępczy będzie używany wyłącznie w trakcie przestoju aparatu głównego?*”

Odpowiedź: Aparat zastępczy (back-up) będzie używany jednocześnie z aparatem głównym.

Pytanie nr 193, dotyczy: zapisów SIWZ – zadanie nr 5

„*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na czas umowy 3 nowych pipet nastawnych o pojemnościach 5-50ul, 10-1000ul oraz 1000-5000ul, posiadających aktualne świadectwa walidacji?*”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający dodatkowo dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ – projekt umowy poprzez dodanie w § 6 ust. 17 – 21 o następującej treści:

17. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który realizowane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2174, z późn. zm.), zwanym dalej „białą listą podatników VAT”.
18. Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, na każdej wystawionej fakturze i za każdym razem zobowiązany zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1.
19. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu:
 - 1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową, a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 15 dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego;
 - 2) otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową i liczony od dnia dostarczenia korekty faktury, a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie tego terminu.
20. Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który spełnia wymagania, o których mowa w ust.17, z zastrzeżeniem ust. 21.
21. W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający ma prawo dokonać płatności na rachunek, który nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 17.

Zamawiający dodatkowo dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ – projekt umowy poprzez dodanie w § 12 ust. 2 pkt 15 i 16 o następującej treści:

- 15) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania w tym terminie przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, o okres nie dłuższy niż 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, w zależności od wysokości kwoty niewykorzystanych środków na realizację niniejszej umowy (wartości brutto umowy) – zmiana może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy;
- 16) zmiany postanowień umowy w zakresie obowiązku odbierania i akceptowania faktur przesyłanych drogą elektroniczną oraz sposobu i miejsca ich dostarczania, w przypadku wprowadzenia przepisów obligujących Zamawiającego do przyjmowania faktur elektronicznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami na stronie internetowej: www.grochowski.waw.pl oraz na platformie zamówieniowej e-Zamawiający <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmieniony **załączniki nr 1, 2, 2a.1-2a.7 oraz nr 4 do SIWZ** zamieszcza na stronie internetowej: www.grochowski.waw.pl oraz na platformie zamówieniowej e-Zamawiający <https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl>

PREZES ZARZĄDU
Witold Brombyszcz, MBA