



Szpital Grochowski
im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
tel. 22 51 52 716, fax. 22 51 52 789,
mail: szpital@grochowski.waw.pl



ZP/45/2020-1

Warszawa, 23.10.2020 r.

Strona internetowa Zamawiającego
www.grochowski.waw.pl

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ZP/45/2020

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę elektrod diagnostycznych 4 i 10 polowych do zatoki wieńcowej, znak sprawy: ZP/45/2020**. Poniżej treść zapytań i udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi i wyjaśnienia.

1. Dot. część nr 1 Nazwa: Część zamówienia nr 1. Czy Zamawiający dopuści Elektrode diagnostyczną 4 polową do zatoki wieńcowej o następujących parametrach: 2-5-2mm, 115cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. Dot. część nr 2 Nazwa: Część zamówienia nr 2. Czy Zamawiający dopuści Elektrode diagnostyczną 10 polową do zatoki wieńcowej o następujących parametrach: 2-8-2mm, 115 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3. Dot. Pakietu na dostawę elektrod diagnostycznych do zatoki wieńcowej, poz. 1 i 2. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod 4 i 10polowych do zatoki wieńcowej o spacingu 2-5-2 oraz 2-8-2

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4. Dot. Pakietu na dostawę elektrod diagnostycznych do zatoki wieńcowej, poz. 1 i 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga elektrod sterowalnych czy elektrod o stałej krzywiznie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Zaufaj nam - będziesz pod opieką i fachową opieką!

NIP: 1132869037; REGON: 002153989
Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164
Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000478458,
Kapitał Zakładowy 17 883 000 złotych.



PERŁA^[2018]
Medycyny

ORĘY POLSKIEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
EDYCJA 2017



5. Dot. Pakietu na dostawę elektrod diagnostycznych do zatoki wieńcowej, poz. 1 i 2. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod 4 i 10polowych do zatoki wieńcowej o długości 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

6. Rozumiemy, że w obrębie obu punktów zadania zamawiający wymaga elektrod sterowalnych i w związku z tym czy wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod 4 polowych 110 cm o odstępach: 2-5-2mm, 2mm, 5mm, 10mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania elektrod o parametrach innych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ i dopuszczone niniejszą odpowiedzią należy wskazać zaoferowanie dopuszczonych ofert w dodatkowej informacji w ofercie np. w ostatniej kolumnie formularza asortymentowo-cenowego lub jako dodatkowy zapis poniżej tabeli, by Zamawiający miał wiedzę o parametrach oferowanego asortymentu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczona zostaje na stronie internetowej Zamawiającego: www.grochowski.waw.pl (w miejscu, w którym zamieszczona była Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

PREZES ZARZADU

Witold Bromboszcz, MBA