

Warszawa, dnia 14.01.2022 r.

Sygnatura sprawy: K/COVID-19/1/2022-3

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**  
<https://www.grochowski.waw.pl>

**Zapytania dotyczące ogłoszenia konkursowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), którego przedmiotem jest *zakup ze środków unijnych aparatu RTG do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem COVID-19*, sygnatura sprawy: **K/COVID-19/1/2022**.**

Zamawiający otrzymał pytania do konkursu :

**PYTANIE 1**

**Punkt IX.26 załącznika Parametry techniczne**

„Minimum 4 automatyczne miejsca, gdzie wysyłane są badania z aparatu RTG (konsole opisowe, serwer dawek, PACS)” .

Czy Zamawiający oczekuje aby badania z aparatu RTG były przesyłane automatycznie na posiadany już przez Zamawiającego i obsługujący inne aparaty serwer dawek?.

Skoro Zamawiający posiada już od ponad roku serwer dawek z oprogramowaniem to podobnie jak dla systemu PACS/RIS zasadna jest integracja aparatu z serwerem na etapie zakupu nowego aparatu.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wymaga aby badania z aparatu RTG były przesyłane automatycznie na posiadany już przez Zamawiającego i obsługujący inne aparaty serwer dawek.**

**PYTANIE 2**

**Punkt IX.26 załącznika Parametry techniczne**

Czy Zamawiający oczekuje aby nowy aparat RTG był zintegrowany z oprogramowanie obsługującym serwer dawek posiadany już przez Zamawiającego?

Skoro Zamawiający posiada już od ponad roku serwer dawek z oprogramowaniem umożliwiającym nadzór nad dawkami i wspierającym realizację testów podstawowych aparatów RTG to podobnie jak dla systemu PACS/RIS zasadna jest integracja aparatu z tym oprogramowaniem etapie zakupu nowego aparatu.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wymaga aby nowy aparat RTG był zintegrowany z oprogramowanie obsługującym serwer dawek posiadany już przez Zamawiającego.**

**PYTANIE 3**

**Punkty IX.2 i X.29 załącznika Parametry techniczne**

„IX.2 Płaski kolorowy monitor o przekątnej min. 21”. Oprogramowanie do przeprowadzania testów dziennych monitorów przeglądowych.

X.29 Oprogramowanie do przeprowadzanie testów dziennych monitorów diagnostycznych przez lekarzy.”

Czy Zamawiający oczekuje aby monitory stacji technika i stacji lekarskiej były objęte wsparciem posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania w zakresie testów podstawowych zgodnie

*Zaufaj nam - będziesz pod opieką i fachową opieką!*

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000478458.

Kapitał Zakładowy 19 383 000 złotych.



PERŁA<sup>[2018]</sup>  
Medycyny

OREY POLSKIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
EDYCJA 2017



z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej?

Skoro Zamawiający posiada już od ponad roku oprogramowanie wspierające realizację testów podstawowych aparatów RTG i monitorów to zasadne jest objęcie również nowego aparatu i monitorów działaniem tego oprogramowania, gdyż wykonywanie wyłącznie testów dziennych nie czyni zadość obowiązującym przepisom.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 4

**Zaproszenie do udziału w konkursie , punkt XVIII**

Czy z uwagi na wprowadzony stan epidemii i związane z tym ograniczenia Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu w formie elektronicznej z użyciem bezpiecznych podpisów elektronicznych, przesłanych na adres mailowy wskazany w Zaproszeniu do udziału w konkursie, w punkcie XV?

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.**

PYTANIE 5

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Wymagania ogólne, pkt 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, który nie jest zautomatyzowany? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 6

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Kolumna podłogowa, pkt 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego ruch kolumny podłogowej realizowany w sposób manualny? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 7

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Kolumna podłogowa, pkt 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego zakres poziomego przesuwu lampy RTG wzdłuż stołu wynosi 164 cm? Zwracamy uwagę, iż oferowany przez nas system zapewnia większy niż wymagany ruch wzdłużny stołu, co zapewni pełne pokrycie pola obrazowania pacjenta. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający, dopuszcza zakres poziomego przesuwu lampy RTG wzdłuż stołu, który wynosi 164 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 8

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Kolumna podłogowa, pkt 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego zakres przesuwu lampy RTG w poprzek stołu jest równy 15 cm? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na aparatu RTG, którego zakres przesuwu lampy RTG w poprzek stołu jest równy 15 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 9

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Kolumna podłogowa, pkt 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego zakres pionowego ruchu lampy RTG wynosi 155 cm? Oferowany parametr jest mniejszy tylko o 5 cm, nie będzie powodował

utrudnień podczas pozycjonowania pacjenta. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na aparat RTG, którego zakres pionowego ruchu lampy RTG wynosi 155 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 10

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Stół kostny, pkt 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego zakres ruchu pionowego blatu wynosi 35 cm? Oferowany parametr jest mniejszy tylko o 5 cm, nie będzie powodował utrudnień podczas pozycjonowania pacjenta. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na aparat RTG, którego zakres ruchu pionowego blatu wynosi 35 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 11

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Stół kostny, pkt 11**

Prosimy o potwierdzenie czy ekwiwalent Al. blatu stołu < 1.22 mm przy 100 kVp spełni wymaganie w pkt 11? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza.**

PYTANIE 12

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Statyw do zdjęć odległościowych, pkt 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, który nie posiada możliwości ruchu uchylnego panelu? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na aparat RTG, który nie posiada możliwości ruchu uchylnego panelu. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 13

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Statyw do zdjęć odległościowych, pkt 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty statywu, której pochłanianie jest mniejsza niż 0,85 mm przy 100 kVp? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 14

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Detektor cyfrowy, pkt 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, detektor z jednym akumulatorem? Jest on wykonany w technologii litowo-jonowej, co zapewnia jego żywotność równą żywotności detektora. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na detektor z jednym akumulatorem. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 15

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Detektor cyfrowy, pkt 4 i pkt 5**

Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku możliwości ładowania detektora w stole bez podłączenia kabla Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ładowarki, która umożliwia ładowanie jednego detektora z baterią, a nie dwóch baterii jednocześnie? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ładowarki, która umożliwia ładowanie jednego detektora z baterią, a nie dwóch baterii jednocześnie. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 16

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Detektor cyfrowy, pkt 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora, który jest wodoodporny zgodnie z normą IPX6? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza detektor, który jest wodoodporny zgodnie z normą IPX6.**

PYTANIE 17

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Detektor cyfrowy, pkt 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora, który umożliwia wykonanie 251 zdjęć bez konieczności ładowania? Oferowany przez nas detektor zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu (posiada bardzo mały rozmiar piksela 100µ) oraz też zapewnia ergonomiczną pracę (jest lekki – waży tylko 2,6 kg). Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza detektor, który umożliwia wykonanie 251 zdjęć bez konieczności ładowania. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 18

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Konsola operatora, pkt 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli operatora bez oprogramowania do przeprowadzania testów dziennych monitorów przeglądowych? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 19

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Konsola operatora, pkt 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli operatora bez możliwości analizy zdjęć powtórzonych i odrzuconych? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza konsolę operatora bez możliwości analizy zdjęć powtórzonych i odrzuconych. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 20

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Konsola operatora, pkt 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stacji opisowej, bez pomiarów geometrycznych? Oferowana przez nas konsola umożliwia zaznaczanie obszarów ROI, wykonywanie adnotacji, obracanie odbicie obrazu. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 21

**Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Konsola operatora, pkt 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli operatora w języku angielskim i z czytelnymi i intuicyjnymi ikonami? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na konsolę operatora w języku angielskim i z czytelnymi i intuicyjnymi ikonami.**

PYTANIE 22

**Część XI Wymagania dodatkowe, pkt 10**

- a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz

z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

- b) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

**Odpowiedz: b) TAK, Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec.**

#### PYTANIE 23

##### **Część XI Wymagania dodatkowe, pkt. 14**

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/podzespołów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego podzespołu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący:

*„14. Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.”*

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę za zmianę w Części XI Wymagania dodatkowe, pkt 14. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

#### PYTANIE 24

##### **Dotyczy wzoru umowy: Par. 5 ust. 6:**

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z postanowieniem par. 5 ust. 6 wyłącznie Kupujący ma jednostronne uprawnienie o decydowaniu o długości terminu naprawy, bez konieczności jego ustalenia ze Sprzedawcą. Uprawnienie to stanowi naruszenie równowagi Stron, gdyż stwarza stan niepewności po stronie Sprzedawcy co do oczekiwanego terminu naprawy, co może mieć wpływ na pracę serwisu gwarancyjnego sprzedawcy, a nadto może dojść do sytuacji, w której Kupujący – bez uprzedniego rozpoznania przez Sprzedawcę charakteru wady i jej rodzaju – wyznaczy Kupującemu nieadekwatny do stwierdzonej wady termin. Dodatkowo, mając na uwadze przewidzianą w par. 6 ust. 4 karę umowną, Sprzedawca nie ma możliwości oszacowania ryzyka związanego z karami umownymi, niezbędnego do wyceny oferty. W związku z tym, prosimy o określenie co najmniej minimalnych terminów realizacji napraw, co pozostawi Kupującemu możliwość ustalenia takich terminów, a Sprzedawcy umożliwi oszacowanie ryzyka a przede wszystkim odpowiednie planowanie prac serwisowych. Proponujemy wobec tego następujące brzmienie par. 5 ust. 6:

*„6. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Kupujący, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza EU – nie krótszy niż 7 dni.”*

**Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 6 pozostaje bez zmian.**

#### PYTANIE 25

##### **Dotyczy wzoru umowy: Par. 5 ust. 8:**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmiami

w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Kupujących warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Sprzedawca proponuje doprecyzowanie § 5 ust. 8 i wskazanie, że rękojmia odpowiada okresowi wynikającemu z Kodeksu cywilnego a uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Kupującemu należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Kupujących warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Kupującego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Sprzedawcy, a rezygnacja z którego dla Kupującego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc następujące brzmienie § 5 ust. 8:

*„ 8. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych są tożsame z uprawnieniami z tytułu gwarancji, z tym zastrzeżeniem, iż okres rękojmi odpowiada okresowi wynikającemu z Kodeksu cywilnego a prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zostaje wyłączone.”*

**Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 8 pozostaje bez zmian.**

#### PYTANIE 26

##### **Dotyczy wzoru umowy: Par. 5 ust. 9**

Prosimy o zmianę treści ust. 9 i nadanie mu brzmienia:

*„9. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności Przedmiotu Umowy uniemożliwiającej wykonywanie badań”*

**Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 9 pozostaje bez zmian.**

#### PYTANIE 27

##### **Dotyczy wzoru umowy: Par. 6 ust. 2**

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.

**Odpowiedz: Treść par. 6 ust. 2 pozostaje bez zmian.**

#### PYTANIE 28

##### **Dotyczy wzoru umowy: Par. 7**

- a) Ust. 1 pkt 5): zwracamy uwagę, że postanowienie to, z uwagi na ustalenie jednego terminu na realizację całości przedmiotu umowy i niewyznaczenie odrębnego terminu na samą dostawę sprzętu, reguluje tę samą sytuację, co pkt 1) w tym ustępie. Celem uniknięcia wątpliwości, proponujemy w związku z tym usunięcie pkt 5) z par. 7 ust. 1.
- b) Ust. 2: zwracamy uwagę, że w ust. 1 pkt 1) zostało przewidziane przez Sprzedającego prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w realizacji umowy. Regulacja ust. 2, wskazująca na wygaśnięcie umowy z konkretną datą z powodu tej samej przyczyny (niedostarczenia przedmiotu umowy w ustalonym terminie) powoduje, że niezależnie od przyczyn niewykonania umowy, umowa automatycznie wygasa – co nie jest korzystanie ani dla Sprzedawcy, ani dla Kupującego w przypadku, gdy przyczyną niewykonania umowy są np. okoliczności niezależne od stron (jak np. zdarzenie o charakterze siły wyższej). Z tego powodu proponujemy usunięcie ust. 2, przy pozostawieniu ust. 1 pkt 1), który umożliwia Sprzedawcy odstąpienie od umowy w przypadku przedłużenia się terminu jej realizacji i dzięki któremu chroniony jest interes Sprzedawcy.

**Odpowiedz:**

a) Treść par. 7 ust. 1 pkt 5 pozostaje bez zmian.

b) Treść par. 7 ust. 2 pozostaje bez zmian.

#### PYTANIE 29

##### **Dotyczy wzoru umowy: Par. 8:**

Zwracamy uwagę, że obie strony w toku umowy przekazują sobie informację mające cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Tym samym, mając na uwadze zasadę poszanowania równości stron w umowie, proponujemy zmianę umowy tak, aby zobowiązanie do poufności dotyczyło zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

##### **Odpowiedz:**

**„Szpital przychyliła się do propozycji Oferenta. „Wstępnie” dokonuje się modyfikacji par. 8 projektu umowy na aktualnie obowiązujący:**

**1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w Umowie wszelkich informacji uzyskanych od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, z wyjątkiem:**

**1) informacji publicznie dostępnych;**

**2) informacji, w których posiadanie Strona weszła, bez naruszenia prawa, z innych źródeł; 3) informacji, co do których Strony pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu.**

**2. Strony oświadczają, iż zobowiążą swoich pracowników oraz osoby działające na ich zlecenie do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w Umowie informacji, o których mowa w ust 1.**

**3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Strona zobowiązana jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem.**

**4. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy wymiany informacji między Kupującym i Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.**

**5. W przypadku naruszenia przez Stronę zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2, druga Strona może odstąpić od Umowy.”**

**Jednocześnie w przypadku braku zgody Kupującego (Województwa Mazowieckiego) na podpisanie umowy w tym brzmieniu obowiązująca będzie pierwotna wersja postanowień umowy w tym zakresie.**

#### PYTANIE 30

##### **Dotyczy wzoru umowy: Dodanie par. 10a o sile wyższej:**

Proponujemy dodanie kolejnego par. 10a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

##### **„§ 10a Siła wyższa**

- 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.*
- 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.*
- 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w*

stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.”

**Odpowiedz:** Ze względu na krótki termin realizacji oraz uznanie, iż sytuacja związana z COVID-19 nie jest Siłą Wyższą (Strony przed zawarciem umowy są świadome istnienia utrudnień wynikających z pandemii COVID-19) nie jest konieczne uzupełnianie umowy o zapisy dot. Siły Wyższej.

#### PYTANIE 31

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

**Odpowiedz:** Tak, w razie potrzeby możliwe jest zawarcie takiej umowy pomiędzy Szpitalem i Sprzedającym.

#### PYTANIE 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację poniższych wymagań? Uwzględnienie poniższego umożliwi nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty z wysokiej klasy aparatem rtg renomowanego światowego producenta. Proponowane zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana	Punktacja
<b>II Generator RTG</b>				
5	Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale <del>0,1</del> 0,5-500 mAs	TAK, podać	0,5 – 800 mAs	
7	Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – <del>10s-5s</del>	TAK, podać	5 s	
<b>III Lampa RTG</b>				
9	Obrót lampy wokół osi poziomej min. <del>300 stopni</del> 280 stopni	TAK, podać	280 stopni	
12	Obrót kolimatora +/- <del>90 stopni</del> 45 stopni	Tak, podać	+/- 45 stopni	
<b>IV Kolumna podlogowa</b>				
5	Zakres przesuwu lampy rtg w poprzek stołu min. 20 cm	TAK/NIE, podać	Brak przesuwu w poprzek stołu	
6	Zakres pionowego ruchu lampy min. <del>160 cm</del> 147 cm	TAK, podać	147 cm	
<b>V Stół kostny</b>				
5	Zakres ruchu pionowego blatu min. <del>40 cm</del> 38,5cm	TAK, podać	38,5 cm	
7	Zakres ruchu wzdłużnego blatu min. <del>100 cm</del> 88cm	TAK, podać	88 cm	
15	Przesuwu blatu i regulacja wysokości zabezpieczone przed przypadkową aktywacją lub Ruchy blatu i regulacja wysokości zwalniane przez przyciski nożne, hamulce elektromagnetyczne	TAK, opisać	Nie ma przycisku/włącznik zabezpieczającego przed ruchem.  Ruchy są zwalniane poprzez przyciski nożne, hamulce elektromagnetyczne	
<b>VI Statyw do zdjęć odległościowych</b>				
3	Ruch uchylny panelu w zakresie min. +90/-20 stopni	TAK/NIE, podać	Nie jest uchylny	



4	Obrót panelu min. 90 stopni	TAK/NIE, podać	Brak obrotu	
<b>VII Detektor cyfrowy</b>				
3	Akumulatory do zasilania detektora min. 2 szt. na każdy detektor (dla detektora ładowanego bezpośrednio w stole min. 1 szt na każdy detektor)	Tak, podać	Detektor ładowany w stole nie wymagający osobnego ładowania akumulatorów	
4	Ładowarka do ładowania min. 2 1 akumulatora (dotyczy detektorów ładowanych w zewnętrznej ładowarce)	TAK, podać	Jeżeli detektor ładowany jest w stole, to nie ma konieczności ładowania w zewnętrznej ładowarce.	
6	Detektor wodoodporny zgodnie z norma min. IP 57 43	TAK, podać	IP 43	
12	Waga detektora z akumulatorem max. 4,2 kg	Tak, podać	4,2 kg	≥4 kg – 0 pkt, <4 kg – 5 pkt, ≤3 kg – 10 pkt
15	Wytrzymałość obciążenia detektora (bez dodatkowej obudowy detektora) min. 300 kg 150 kg	Tak, podać	150 kg	
<b>VIII Konsola operatora</b>				
2	Płaski kolorowy monitor o przekątnej min. 21". Oprogramowanie do przeprowadzania testów dziennych monitorów przeglądowych	TAK, podać	To nie jest monitor przeglądowy, można wgrać obrazy testowe do testów dziennych.	
4	Wyświetlanie stopnia nagrzania lampy RTG mierzonych w % HU lub HU na konsoli operatora	TAK	Stopień nagrzania podajemy w % max możliwego nagrzania (% HU)	
8	Protokoły DICOM min. Send, Storage, Worklist, Print, MPPS  Pełna integracja urządzeń z systemem Eskulap, mapowanie procedur radiologicznych  Możliwość zaznaczenia zdjęcia odrzuconego i wykonanie raportu w systemie eskulap zdjęć powtórzonych i odrzuconych - JEST TO FUNKCJONALNOŚĆ SAMEGO SYSTEMU ESKULAP	TAK, podać	Mapowanie procedur z systemu Eskulap – tak robimy. Raport o zdjęciach odrzuconych i powtórzonych wykonujemy na aparacie, raport może być wyeksportowany w całości.	
13	Oprogramowanie sterujące detektorami oraz zaoferowane detektory wyprodukowane przez tego samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektorów i oprogramowania potwierdzające, że oferent ma prawo do ich sprzedaży i serwisowania  Lub  Detektory i oprogramowanie całego aparatu wraz z detektorami jako część integralna aparatu i wszystkie elementy są objęte jedną deklaracją zgodności	TAK	Detektory i oprogramowanie całego aparatu wraz z detektorami jest częścią aparatu i wszystkie elementy są objęte jedną deklaracją zgodności	
21	Oprogramowanie konsoli operatora w języku polskim lub angielskim	TAK	Angielski	
<b>X Konsola opisowa lekarska</b>				
16	Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z przekazaniem danych pacjenta i obrazów.	TAK/NIE	Wymaga wyceny i określenia konkretnego zakresu. Rekomendujemy	

			zrezygnować z zapisu w całości albo prosimy o doprecyzowanie zakresu.	
21	Interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim wraz z polską lub angielską pomocą kontekstową.	TAK	Posiadana przez Zamawiającego syngo.via jest w języku angielskim	
22	Możliwość tworzenia, archiwizowania i drukowania opisów badań.	TAK/NIE	Jest to funkcjonalność systemu RIS Zamawiającego dlatego rekomendujemy usunięcie wymagania w całości	
25	Możliwość kalibracji liniowej.	TAK/NIE	NIE, posiadana przez Zamawiającego syngo.via nie posiada takiej funkcjonalności	
26	Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania.	TAK/NIE	NIE, posiadana przez Zamawiającego syngo.via nie posiada takiej funkcjonalności. Brak uzasadnienia klinicznego jej wykorzystania	

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę za zmianę w powyższej tabeli. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

#### PYTANIE 33

##### **Dotyczy pkt X.1-26 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022**

Zamawiający w pkt X.2 wymaga, aby istniała możliwość zainstalowania oprogramowania multimodalnego syngo.via będącego w posiadaniu Szpitala Grochowskiego. Zamawiający jednocześnie specyfikuje funkcjonalności jakie powinna spełniać konsola opisowa lekarska. Prosimy o usunięcie z wymagań punktów X.3-26, które w przeważającej większości specyfikują funkcjonalności będące na wyposażeniu oprogramowania syngo.via. Przy zachowaniu obecnych wymagań nie jest do końca klarowne czy oczekują Państwo dwóch stacji opisowych z zainstalowanym systemem syngo.via umożliwiającym wykonywanie opisów badań rtg czy może oczekują Państwo dostarczenia jeszcze innego oprogramowania.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie usunie powyższych wymagań w całości, jedynie dokona korekt jak wyżej. Zamawiający, nie oczekuj innego dodatkowego oprogramowania. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

#### PYTANIE 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację/wprowadzenie punktacji za określone parametry techniczne? Poniżej zaznaczono propozycję zmian kolorem żółtym.

	Opis parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana	Punktacja
III	Lampa RTG			
8	Pojemność cieplna kołpaka min. 1200 kWhU	TAK, podać	1350 kWhU	≥1200 kWhU – 0 pkt, ≥1500 kWhU 1350

				kHU – 10 pkt
<b>VII Detektor cyfrowy</b>				
2	Pole obrazowania detektora min. 35x42 cm (+/- 1 cm)	TAK, podać	42,6 x 42,6 cm	≥42x42 – 10 pkt Mniejszy – 0 pkt
17	Zintegrowana z detektorem ręczka do przenoszenia aparatu	TAK/NIE	TAK	Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt

**Odpowiedz:** Punkt III.8 - TAK, Punkt, VII.2 - TAK, Punkt, VII.17 – NIE. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.

PYTANIE 35

**Dotyczy pkt X.28 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymagania w całości? Opisana funkcjonalność linkowania zdjęć i otwierania zdjęć bieżących i poprzednich z poziomu programu opisowego ESKULAP wymaga wyceny i testów u dostawcy systemu Eskulap. Przewidywane znaczne koszty tego typu inwestycji, wpłyną na wysokość uzyskanych w postępowaniu ofert.

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.

PYTANIE 36

Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert na co najmniej 6 dni od udzieleniu odpowiedzi na pytania? Przy aktualnym terminie składania ofert wyznaczonym na 14.01.2022 r. przygotowanie odpowiednich wyliczeń i rzetelnej oferty jest niezwykle utrudnione.

**Odpowiedz:** Termin składania ofert i otwarcia ofert został zmieniony na 18.01.2022 r. Składanie ofert do godziny 10:30, otwarcie ofert o godzinie 11:15.

PYTANIE 37

**Dotyczy Załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022**

Czy Zamawiający „dni robocze” rozumie jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedz:** Tak, przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .

PYTANIE 38

**Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 12**

„Naprawa nie wymagająca wymiany części do 24 godzin” Czy Zamawiający zgodzi się na następujące sformułowanie : „Naprawa nie wymagająca wymiany części do 48 godzin z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.”

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.

PYTANIE 39

**Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10**

Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 12 godzin w dni robocze od zgłoszenia .Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu do 24h?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.

PYTANIE 40

**Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 14**

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub

podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

**Odpowiedz: Zamawiający, dokonuje modyfikacji tego wymagania. Dwukrotna naprawa tego samego podzespołu w przedmiocie umowy powoduje wymianę podzespołu na nowy. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 41

**Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 16**

Prosimy o doprecyzowanie:

„Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

**Odpowiedz: TAK, Zamawiający doprecyzujemy następująco- Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia przez min. 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla których Wykonawca zapewnia 10 letnią dostępność nowszych wersji oprogramowania i podzespołów IT umożliwiających nieprzerwaną pracę aparatu RTG. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 42

**Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 5. Ust. 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczona dokumentacja serwisowa ma umożliwić użytkownikowi diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika? Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. Takie podmioty posiadają dokumentację serwisową i dostęp do funkcji serwisowych.

**Odpowiedz: Kupujący nie będzie dokonywał samodzielnych napraw urządzenia. Dostarczone dokumenty mają zagwarantować możliwość prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy, jego mycie, czyszczenie itp.**

PYTANIE 43

**Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 5. Ust. 6**

Prosimy o zmianę z "Kupującego na "sprzedawcę" - zwracamy uwagę, że sprzedawca jako profesjonalista doskonale znający sprzedawane wyroby ma niezbędną wiedzę by określić czas konieczny do należytego wykonania naprawy/wymiany w ramach gwarancji.

**Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 6 pozostaje bez zmian. Jednocześnie Kupujący będzie kierował się jako terminami minimalnymi terminami wskazanymi w parametrach technicznych pkt XI ppkt. 12.**

PYTANIE 44

**Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 6. Ust. 5**

prosimy o dodanie z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedz: par. 6 ust. 5 pozostaje bez zmian.**

PYTANIE 45

**Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 7. Ust. 1 p. 2)**

Prosimy o dodanie: pod warunkiem uprzedniego wezwania do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego.

Uzasadnienie:

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

**Odpowiedz: par. 7 ust. 1 pkt 2 pozostaje bez zmian. Termin dostawy Przedmiotu Umowy znany jest już na etapie składania ofert, tym bardziej na etapie zawarcia umowy i Strony przy podpisaniu umowy jasno określają terminy dotyczące jej realizacji. Dodatkowe wezwanie, w związku z określeniem dokładnego terminu w/w zapisie umowy, jest zbędne.**

PYTANIE 46

**Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 7. Ust. 2 p. 2)**

Prosimy o usunięcie - mając na uwadze pkt 2 powyżej - Kupujący może odstąpić w razie 7 dniowej zwłoki - zaproponowana treść pozostaje w sprzeczności z pkt 2 powyżej.

**Odpowiedz: par. 7 ust. 2 ppkt 2 nie występuje w umowie.**

PYTANIE 47

**Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 7. Ust. 3**

Prosimy o usunięcie - zapis niejasny, budzący wątpliwości - w szczególności w zakresie skutków takiego wygaśnięcia (ex nunc czy ex tunc) i związanych z nimi rozliczeń stron.

**Odpowiedz: par. 7 ust. 3 pozostaje bez zmian.**

PYTANIE 48

**Dotyczy Załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10 § 7. Ust. 3**

Prosimy o zmianę „do 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru na „do 3 dni roboczych od daty otrzymania podpisanego protokołu odbioru”.

**Odpowiedz: W par. 7 ust. 3 nie ma mowy o 3 dniach roboczych.**

PYTANIE 49

Czy Zamawiający wymaga demontażu i utylizacji poprzedniego urządzenia RTG w planowanym miejscu instalacji nowego aparatu RTG? Wymóg ten może spowodować uzyskanie atrakcyjniejszej oferty finansowej, a Zamawiający uniknie kłopotów samodzielnego odsprzedawania starego aparatu rtg.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie wymaga demontażu i utylizacji aparatu RTG.**

PYTANIE 50

Czy Zamawiający potwierdza, że łącznie z dostawą aparatu rtg wymaga również wykonania następujących prac adaptacyjnych:

1. Wzmocnienie podłoża, jeżeli aparat rtg przekroczy masę 750 kg
2. Dostawę tablicy elektrycznej do dostarczanego aparatu RTG
3. Doprowadzenie linii zasilającej od rozdzielni do pracowni rtg
4. Dostawę okablowania pomiędzy aparatem rtg a generatorem

Uzasadnienie: W ramach postępowania na „Zakup cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii do montażu nowego aparatu w formule „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”” (sygnatura sprawy: K/COVID-19/6/2021) Zamawiający wymagał od Wykonawcy przeniesienia istniejącego aparatu RTG Siemens Typ Multix Pro Nr 1768, rok produkcji 2008. Aparat ten posiada odpowiednie wymagania instalacyjne, które Wykonawca uwzględnił w wycenie postępowania. Każde dodatkowe wymagania spowodowane m.in. większą masą aparatu, inną tablicą rozdzielczą oraz koniecznością doprowadzenia nowego okablowania umożliwiającego podłączenie nowego aparatu rtg, nie zostały uwzględnione.

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że łącznie z dostawą aparatu RTG wymaga również wykonania następujących prac adaptacyjnych:**

- Wzmocnienie podłoża, jeżeli aparat rtg przekroczy masę 750 kg - **NIE**
- Dostawę tablicy elektrycznej do dostarczanego aparatu RTG - **TAK**
- Doprowadzenie linii zasilającej od rozdzielni do pracowni rtg - **NIE**
- Dostawę okablowania pomiędzy aparatem rtg a generatorem -**TAK**

PYTANIE 51

**Dotyczy pkt X.28 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022**

Czy Zamawiający potwierdza, że projekt osłon stałych stanowi obowiązek dostawcy aparatu rtg, jako naturalnej konsekwencji wymagania Zamawiającego, że dostawca aparatu RTG musi uzyskać zgodę Sanepidu na użytkowanie nowego aparatu RTG oraz pracowni?

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie potwierdza.**

PYTANIE 52

**Dotyczy pkt. nr XVIII Zaproszenia**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej?

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.**

PYTANIE 53

**Dotyczy Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Część X, pkt 1**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w pkt. X.1. Czy Zamawiający oczekuje rozbudowy systemu/rozwiązania istniejącego obecnie w szpitalu? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy oprogramowania?

**Odpowiedz: Zamawiający, oczekuje rozbudowy systemu/rozwiązania istniejącego oprogramowania SYNGO.VIA**

PYTANIE 54

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunku pomieszczenia przeznaczonego do instalacji urządzenia – najlepiej w formie DWG lub innej zawierającej wymiary pomieszczenia.

**Odpowiedz: Zmawiający, zamieści odpowiedni plik o nazwie „Pracownia RTG pom. Nr 3” zostaje umieszczony na stronie www, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.**

PYTANIE 55

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację po czyjej stronie jest wykonanie projektu osłon stałych oraz samych osłon w pomieszczeniu przeznaczonym na instalację.

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 56

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę wykładziny podłogowej. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jaki obszar (ilość m<sup>2</sup>) podlega wymianie.

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 57

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi do pracowni. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz rodzaj (ochronne rtg czy zwykłe).

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 58

**Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację czy Zmawiający przewiduje jakieś prace remontowe np. szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych, wymiany oświetlenia itp. za wykonanie, których odpowiedzialny będzie dostawca aparatu RTG? Prosimy o ich wyszczególnienie.

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 59

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi ochronnych RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi ochrony radiologicznej.

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 60

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu.

**Odpowiedz: Planowych akwizycji w tygodniu około 500.**

PYTANIE 61

**Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni RTG.

**Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 62

**Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni RTG.

**Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 63

**Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniem pracowni RTG (pomieszczeniem badań) oraz je otaczające. Jak długo w tych pomieszczeniach przebywają ludzie.

**Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 64

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że sporządzenie oraz zatwierdzenie projektu osłon stałych RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego.

**Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 65

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej.

**Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 66

**Dotyczy instalacji**

Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty) jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga dokumentacji powykonawczej dotyczącej robót budowlanych, z uwagi na fakt, że nie są one przedmiotem postępowania konkursowego. Natomiast dokumentacja powykonawcza dotycząca nowego aparatu Zamawiający wymaga aby została dostarczona w zakresie opisanym w OPZ oraz dokumentacja która wiąże się z podłączeniem aparatu do głównego zasilania aparatu (główny kabel zasilający), które jest po stronie Zamawiającego. Tu Zamawiający wymaga podania charakterystyki urządzenia (ciężar aparatu, moc generatora).**

PYTANIE 67

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację czy w pomieszczeniu jest przygotowane zasilanie nowego aparatu RTG.

**Odpowiedz: Zasilanie – kabel główny zasilający jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na pkt XI ppkt 4 – Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez szpital wraz z niezbędnym okablowaniem instalacyjnym do uruchomienia aparatu włącznie wraz z rozdzielnicą dla nowego aparatu. Wszystkie dokumenty i dokumentacja dotycząca ww. prac, czynności jest wymagana.**

PYTANIE 68

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni RTG zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat.

**Odpowiedz: Zakres robót nie dotyczą przedmiotowego postępowania konkursowego. Zasilanie główne jest realizowane przez Szpital w ramach odrębnego zadania.**

PYTANIE 69

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni RTG znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy aparat.

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**



PYTANIE 70

**Dotyczy instalacji**

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie odpowiedniej sieci komputerowej do miejsca montażu aparatu RTG będzie leżało po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 71

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. W innym przypadku prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac.

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 72

**Dotyczy instalacji**

Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie?

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 73

**Dotyczy instalacji**

Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni? Prosimy o wskazanie miejsca jej montażu.

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 74

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni RTG, spełniające wytyczne producenta aparatu.

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 75

**Dotyczy instalacji**

Jeśli Zamawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów typu split w celu zapewnienia prawidłowej pracy aparatu RTG?

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 76

**Dotyczy instalacji**

W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku.

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

PYTANIE 77

**Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego aparatu RTG nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni.

**Odpowiedz: W zakresie dostawy aparatu RTG Zamawiający nie przewiduje dostawy mebli, lub innego wyposażenia ruchomego, chyba że jest inne wyposażenie wchodzące w skład dostawy nowego aparatu.**

PYTANIE 78

**Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji w korytach naściennych bądź na podłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych.

**Odpowiedz: Jeśli Państwo mają na uwadze wszystkie prace instalacyjne – zakres robót budowlanych nie jest przedmiotem postępowania konkursowego. W związku z tym, że prace na obiekcie będą w trakcie realizacji, można dokonać wszelkich uzgodnień w tym zakresie z Zamawiającym w odpowiednim czasie przed montażem nowego aparatu RTG. Natomiast Zamawiający zwraca uwagę na wzięcie pod uwagę odpowiedzi zawartej w pytaniu nr 15, które wiąże się z okablowaniem instalacyjnym nowego aparatu wraz z uwzględnieniem rozdzielnic dla nowego aparatu. Zamawiający wymaga aby co do zasady wszystkie instalacje prowadzone były w korytach kablowych przygotowanych na etapie wcześniejszym i nie układania ich na powierzchni ścian. Szczególny przypadek i konieczność innego rozwiązania będzie rozpatrzony przez Zamawiającego.**

PYTANIE 79

**Dotyczy instalacji**

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o wskazanie jak mają być prowadzone kable łączące elementy urządzenia i kto będzie odpowiedzialny za wykonanie odpowiednich dróg kablowych?

**Odpowiedz: Zamawiający prosi o podanie o jakie drogi kablowe Państwo pytają, w celu udzielenia szczegółowej odpowiedzi. Po stronie Sprzedającego aparat RTG jest zapewnienie okablowania urządzenia wraz z rozdzielnicą dla nowego aparatu. Główny kabel zasilający urządzenie jest po stronie Zamawiającego.**

PYTANIE 80

**Dotyczy „II – Generator RTG” pkt. 2**

Czy Zamawiający będzie honorował wartością 10 pkt. również generator o mocy 80 kW? Jest to moc która przekracza dopuszczalne wartości do diagnostyki pacjenta. Punktowanie większych mocy nie ma uzasadnienia diagnostycznego.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 81

**Dotyczy „II – Generator RTG” pkt. 3**

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji w wymienionym punkcie. Jedynie zrezygnowanie z punktacji pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większą konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 82

**Dotyczy „III – Lampa RTG” pkt. 3 oraz 5.**

Mając na uwadze interes Zamawiającego wnosimy o rezygnację z dodatkowej punktacji wartości mniejszych ognisk niż wartości graniczne. Mniejsze ogniska znacznie szybciej wypalają się niż większe, co bezpośrednio przyczynia się do znacząco szybszego zużycia lampy RTG, która to jest elementem eksploatacyjnym oraz bardzo drogim w wymianie.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 83

**Dotyczy „III – Lampa RTG” pkt. 4 oraz 6.**

Mając na uwadze interes Zamawiającego wnosimy o rezygnację z dodatkowej punktacji większych wartości mocy ognisk gdyż stosowanie tak dużych wartości znacząco skraca żywotność lampy oraz nie mogą być one stosowane ze względu na Wytyczne Procedur Ekspozycji Radiologicznych. Punktowanie tak dużych wartości nie ma uzasadnienia diagnostycznego a wręcz drastycznie obniża żywotność lampy RTG.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 84

**Dotyczy „III – Lampa RTG” pkt. 8.**

Wnosimy o rezygnację z punktacji w wymienionym punkcie. Zamawiający wymaga w pkt. 7 „Pojemność cieplna anody min 300 kHU”. Przy takich wartościach, pojemność cieplna kołpaka wynosząca 1500 kHU i tak nie ma wykorzystania praktycznego w systemie chłodzenia anoda – kołpak.

**Odpowiedz: Zamawiający zmienił punktację : ~~≥1500~~ 1350 kHU – 10 pkt. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 85

**Dotyczy „IV – Kolumna Podłogowa” pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada kolumnę podłogową z hamulcami elektromagnetycznymi oraz kontr balastem jednak nie posiadającej napędu silnikowego? Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 86

**Dotyczy „IV – Kolumna Podłogowa” pkt. 3.**

Czy Zamawiający dopuści system RTG który nie posiada automatycznego śledzenia przez lampę zmiany wysokości stołu i statywu z zachowaniem odległości SID jednak wyświetla w cm na obudowie lampy odległości lampa – detektor? Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 87

**Dotyczy „IV – Kolumna Podłogowa” pkt. 6.**

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada zakres pionowego ruchu lampy 150 cm? Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz: Tak. Zamawiający zmienił parametry zakresu pionowego ruchu lampy min. ~~160~~ 147 cm. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne.**

PYTANIE 88

**Dotyczy „IV – Statyw do Zdjęć Odległościowych” pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści system RTG który posiada pochłaniałość płyty statywu 0,85 mm Al? Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 89

**Dotyczy „IX – Konsola Operatora” pkt. 26.**

Czy Zamawiający dopuści system RTG który automatycznie wysyła w 1 miejsce zdjęcia RTG? Oczywiście można wysłać w dowolną ilość miejsc jednak nie dzieje się to automatycznie.

Dopuszczenie wymienionego parametru pozwoli złożyć nam konkurencyjną ofertę, tym samym Zamawiający obniży koszty zakupu oraz większą konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

PYTANIE 90

**Dotyczy „X – Konsola Opisowa Lekarska” pkt. 1 - 29.**

Czy Zamawiający dopuści konsolę opisową lekarską spełniającą poniższe parametry? Załączamy tabelę.

1	Diagnostyczna, opisowa stacja lekarska dedykowana do badań RTG z możliwością diagnostyki badań CT i MRI , z możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego na stacjach lekarskich, z możliwością zdalnej pracy radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, z pełną natychmiastową dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności.	TAK
2	Dwa stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: - 2 kolorowe monitory diagnostyczne, o przekątnej min. 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2 MP (z certyfikatem parowania do oceny badań RTG, CT, MR) - 1 monitor opisowy o przekątnej min. 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080 - komputer PC, wyposażony w: min. procesor Intel Core i5, 16 GB RAM, dysk SSD min. 250 GB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy - możliwość zainstalowania oprogramowania syngo.via będącego w posiadaniu Szpitala Grochowskiego	TAK/ <b>podać</b>
3	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej.	TAK
5	Równoczesna obsługa 2 monitorów medycznych z wyświetlaniem obrazów w dowolnym podziale ekranu na każdym monitorze diagnostycznym.	TAK
6	Wyszukiwanie badań pacjentów wg. nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL, daty badania.	TAK
8	Możliwość sortowania listy badań (min. po nazwisku, dacie badania, typu badania).	TAK
9	Możliwość zmiany okna w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level).	TAK
10	Możliwość powiększania obrazu: piksel obrazu na piksel ekranu (1:1), dopasowanie do rozmiarów ekranu, powiększenie dowolne (bezstopniowe), lupa ekranowa.	TAK
11	Możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia.	TAK
12	Powiększenie regionu obrazu o dowolnych rozmiarach (poprzez zaznaczenie ROI – ang. a region of interest, region zainteresowania)	TAK
13	Wyłączenie (ukrywanie) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań.	TAK
14	Narzędzia do rysowania linii, okręgów, wieloboków i nanoszenia tekstu na obraz.	TAK
15	Narzędzia pomiarowe: pomiar linowy, kąt pomiędzy prostymi, pole powierzchni.	TAK
16	<b>Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z przekazaniem danych pacjenta i obrazów.</b>	<b>TAK/NIE</b>

17	Funkcja obracania, odbijania i inwersji skali szarości obrazu.	TAK
18	Możliwość dodawania komentarzy do obrazu.	TAK
19	Wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur).	TAK
20	Możliwość wydruku obrazów na drukarce DICOM.	TAK
21	Interfejs użytkownika w języku polskim.	TAK, <b>podać</b>
22	Możliwość tworzenia, archiwizowania i drukowania opisów badań.	TAK
23	Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pochodzących od różnych pacjentów na ekranie.	TAK
24	Możliwość definiowania własnych ustawień okna dla konkretnych obszarów zainteresowania (np. kości, płuca itp.).	TAK
25	Możliwość kalibracji liniowej.	TAK/ <b>NIE</b>
26	Zmiana kolejności obrazów w serii badania	TAK
27	2x UPS do podtrzymania pracy konsoli lekarskiej	TAK
28	Integracja programu do oglądania zdjęć konsoli lekarskiej z oprogramowaniem Eskulap, linkowanie zdjęć i otwieranie zdjęć bieżących i poprzednich z poziomu programu opisowego ESKULAP (integracja typu DICOM i desktop - polegająca na wyświetlaniu konkretnego badania z poziomu ESCULAP)	TAK
29	Oprogramowanie do przeprowadzanie testów dziennych monitorów diagnostycznych przez lekarzy.	TAK

**Odpowiedz: Zamawiający, dopuszcza takie rozwiązanie podane przez Oferenta lecz ze zmianami naniesionymi też przez Zamawiającego.(zaznaczone na czerwono).**

#### PYTANIE 91

##### **Dotyczy „XI – Wymagania Dodatkowe” pkt. 6.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymienionego punktu: „Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody SANEPID na użytkowanie nowego aparatu RTG oraz pracowni”. Zamawiający nie sprecyzował w postępowaniu żadnych modernizacji odnośnie pracowni. Rozumiemy, że Zamawiający samodzielnie, poprzez podwykonawcę zamierza zmodernizować pracownię stąd nie mamy możliwości sprawczych odnośnie modernizacji pracowni.

**Odpowiedz. Zamawiający modyfikuje zapis w „XI – Wymagania Dodatkowe” pkt. 6. „Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody SANEPID na użytkowanie nowego aparatu RTG”. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 – parametry techniczne**

#### PYTANIE 92

##### **Dotyczy „ZAKUP CYFROWEGO APARATU RTG Z PRZEZNACZENIEM DO BADAŃ DLA PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM I CHORYCH ORAZ PO PRZEBYTYM COVID-19.”**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wykonania projektu osłon stałych oraz modernizacji pracowni, pokoju badań RTG. Nie widnieją w postępowaniu zapisy które by to wymagały od wykonawcy.

**Odpowiedz: Zamawiający, potwierdza że nie wymaga wykonania projektu osłon stałych oraz modernizacji pracowni, pokoju badań Rtg.**

PYTANIE 93

**Dotyczy „ZAKUP CYFROWEGO APARATU RTG Z PRZEZNACZENIEM DO BADAŃ DLA PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM I CHORYCH ORAZ PO PRZEBYTYM COVID-19.”**

Wnosimy o rezygnację z zapisu nr. 9 „Wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowego montażu, zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji Przedmiotu umowy oraz spełnienia wymogów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.”

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

Informuje, iż niniejszym pismem udzielono odpowiedzi na wszystkie zapytania złożone do dnia 14.01.2022 r. do godziny 14:00. Nie przewidujemy udzielania odpowiedzi na kolejne pytania. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wraz z niniejszym pismem na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie ofert, zamieszczone zostają zmodyfikowane dokumenty:

- Załącznik nr 1 - Parametry techniczne aparatu RTG 14.01.2022 r.
- PDF - Pracownia RTG pom. nr 3- załącznik do konkursu.

**ZATWIERDZIŁA**

**BEATA JAGIELSKA – PREZES ZARZĄDU**