

Warszawa, dnia 04.02.2022 r.

Sygnatura sprawy: K/COVID-19/2/2022-1

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**  
<https://www.grochowski.waw.pl>

**Zapytania dotyczące ogłoszenia konkursowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), którego przedmiotem jest *zakup ze środków unijnych aparatu RTG do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem COVID-19*, sygnatura sprawy: K/COVID-19/2/2022.**

Zamawiający otrzymał pytania do konkursu :

**PYTANIE 1 Załącznika nr 1 oraz załącznika nr 4 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022**

Czy Zamawiający „dni robocze” rozumie jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Tak, przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .**

**PYTANIE 2 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022 punkt 12**

„Naprawa nie wymagająca wymiany części do 24 godzin” Czy Zamawiający zgodzi się na następujące sformułowanie : „Naprawa nie wymagająca wymiany części do 48 godzin z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.”

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

**PYTANIE 3 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022 punkt 10**

Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 12 godzin w dni robocze od zgłoszenia Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu do 24h?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

**PYTANIE 4 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022 punkt 16**

Prosimy o doprecyzowanie: „Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.” Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery

*Zaufaj nam - będziesz pod opieką i fachową opieką!*

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000478458.

Kapitał Zakładowy 19 383 000 złotych.



OREY POLSKIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
EDYCJA 2017



PERŁA<sup>[2018]</sup>  
Medycyny



i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

**Odpowiedz: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt. 16**

**PYTANIE 5 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022 § 5. Ust. 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczona dokumentacja serwisowa ma umożliwić użytkownikowi diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika? Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. Takie podmioty posiadają dokumentację serwisową i dostęp do funkcji serwisowych.

**Odpowiedz: Kupujący nie będzie dokonywał samodzielnych napraw urządzenia. Dostarczone dokumenty mają zagwarantować możliwość prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy, jego mycie, czyszczenie itp.**

**PYTANIE 6 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022 § 6. Ust. 5**

prosimy o dodanie z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedz: par. 6 ust. 5 pozostaje bez zmian.**

*Zaufaj nam - będziesz pod opieką i fachową opieką!*

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000478458.

Kapitał Zakładowy 19 383 000 złotych.



PERŁA<sup>(2018)</sup>  
Medycyny

OREY POLSKIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
EDYCJA 2017



**PYTANIE 7 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022 § 7. ust. 1 p. 2)**

Prosimy o dodanie: pod warunkiem uprzedniego wezwania do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego. Uzasadnienie: Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

**Odpowiedz: par. 7 ust. 1 pkt 2 pozostaje bez zmian. Termin dostawy Przedmiotu Umowy znany jest już na etapie składania ofert, tym bardziej na etapie zawarcia umowy i Strony przy podpisaniu umowy jasno określają terminy dotyczące jej realizacji. Dodatkowe wezwanie, w związku z określeniem dokładnego terminu w/w zapisie umowy, jest zbędne.**

**PYTANIE 8 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022 § 7. ust. 3**

Prosimy o usunięcie - zapis niejasny, budzący wątpliwości - w szczególności w zakresie skutków takiego wygaśnięcia (ex nunc czy ex tunc) i związanych z nimi rozliczeń stron.

**Odpowiedz: par. 7 ust. 3 pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 9 Załącznika nr 3 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022 § 4. Ust 6.**

Prosimy o zmianę „do 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru na „do 3 dni roboczych od daty otrzymania podpisanego protokołu odbioru”.

**Odpowiedz: par. 4 ust. 6 pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 10**

W poprzednim postępowaniu Zamawiający udzielił informacji że nie wymaga dostarczenia i montażu kabla zasilającego z rozdzielnicy elektrycznej do miejsca montażu aparatu RTG.

Prosimy o podanie parametrów obecnego kabla zasilającego ( długość, rodzaj, przekrój).

**Odpowiedz: Zasilanie – kabel główny zasilający jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na pkt XI ppkt 4 – Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez szpital wraz z niezbędnym okablowaniem instalacyjnym do uruchomienia aparatu włącznie wraz z rozdzielnicą dla nowego aparatu. Wszystkie dokumenty i dokumentacja dotycząca ww. prac, czynności jest wymagana.**

**PYTANIE 11 pkt. nr XVIII Zaproszenia**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem, który to jest równoważny podpisowi własnoręcznemu? Prosimy o podanie adresu mailowego, na który będzie można wysłać ofertę.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.**

**PYTANIE 12 Zaproszenie do udziału w konkursie , punkt XVIII**

Czy z uwagi na wprowadzony stan epidemii i związane z tym ograniczenia Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu w formie elektronicznej z użyciem bezpiecznych podpisów elektronicznych, przesłanych na adres mailowy wskazany w Zaproszeniu do udziału w konkursie, w punkcie XV?

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.**

*Zaufaj nam - będziesz pod zierką i fachową opieką!*



**PYTANIE 13 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, Wymagania ogólne, pkt 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, który nie jest zautomatyzowany? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

**PYTANIE 14 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, Kolumna podłogowa, pkt 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego ruch kolumny podłogowej realizowany w sposób manualny? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

**PYTANIE 15 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, Kolumna podłogowa, pkt 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, bez automatycznego śledzenia przez lampę zmiany wysokości stołu i statywu z zachowaniem odległości SID? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

**PYTANIE 16 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, Stół kostny, pkt 11**

Prosimy o potwierdzenie czy ekwiwalent Al. blatu stołu < 1.22 mm przy 100 kVp spełni wymaganie w pkt 11? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**PYTANIE 17 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, Statyw do zdjęć odległościowych, pkt 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty statywu, której pochłanianie jest mniejsza niż 0,85 mm przy 100 kVp? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

**PYTANIE 18 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/1/2022, Detektor cyfrowy, pkt 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora, który jest wodoodporny zgodnie z normą IPX6? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza detektor, który jest wodoodporny zgodnie z normą IPX6.**

**PYTANIE 19 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, Detektor cyfrowy, pkt 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora, który umożliwia wykonanie 251 zdjęć bez konieczności ładowania? Oferowany przez nas detektor zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu (posiada bardzo mały rozmiar piksela 100μ) oraz też zapewnia ergonomiczną pracę (jest lekki – waży tylko 2,6 kg). Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

*Zaufaj nam - będziesz pod opieką i fachową opieką!*

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000478458.

Kapitał Zakładowy 19 383 000 złotych.



OREŁY POLSKIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
EDYCJA 2017



PERŁA<sup>(2018)</sup>  
Medycyny





**Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza detektor, który umożliwia wykonanie 251 zdjęć bez konieczności ładowania. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID19/2/2022 – parametry techniczne.**

**PYTANIE 20 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, Konsola operatora, pkt 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie konsoli operatora bez oprogramowania do przeprowadzania testów dziennych monitorów przeglądowych? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

**PYTANIE 21 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, Konsola operatora, pkt 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie konsoli operatora bez możliwości odczytu badań z nośników CD/DVD? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

**PYTANIE 22 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, Konsola operatora, pkt 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stacji opisowej, bez pomiarów geometrycznych? Oferowana przez nas konsola umożliwia zaznaczanie obszarów ROI, wykonywanie adnotacji, obracanie odbicie obrazu. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy w parametrach technicznych aparatu.**

**PYTANIE 23 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022, konsola opisowa lekarska, pkt 1**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w pkt. X.1. Czy Zamawiający oczekuje rozbudowy systemu/rozwiązania istniejącego obecnie w szpitalu? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy oprogramowania?

**Odpowiedz: Zamawiający, oczekuje rozbudowy systemu/rozwiązania istniejącego oprogramowania SYNGO.VIA**

**PYTANIE 24 Część XI Wymagania dodatkowe, pkt 10**

- a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- b) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?
- c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłaconym przez Wykonawcę?

**Odpowiedz: b) TAK, Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości**

*Zaufaj nam - będziesz pod zipsami i fachową opieką!*

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000478458.

Kapitał Zakładowy 19 383 000 złotych.



PERŁA<sup>(2018)</sup>  
Medycyny

OREY POLSKIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
EDYCJA 2017



**minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec.**

**PYTANIE 25 Część XI Wymagania dodatkowe, pkt. 14**

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/podzespołów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego podzespołu w takich przypadkach chroni słuszny interes

Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący:

„14. Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.”

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Części XI Wymagania dodatkowe, pkt 14. Modyfikuje Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia K/COVID-19/2/2022 – parametry techniczne.**

**PYTANIE 26 wzoru umowy: Par. 5 ust. 6:**

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z postanowieniem par. 5 ust. 6 wyłącznie Kupujący ma jednostronne uprawnienie o decydowaniu o długości terminu naprawy, bez konieczności jego ustalenia ze Sprzedawcą. Uprawnienie to stanowi naruszenie równowagi Stron, gdyż stwarza stan niepewności po stronie Sprzedawcy co do oczekiwanego terminu naprawy, co może mieć wpływ na pracę serwisu gwarancyjnego sprzedawcy, a nadto może dojść do sytuacji, w której Kupujący – bez uprzedniego rozpoznania przez Sprzedawcę charakteru wady i jej rodzaju – wyznaczy Kupującemu nieadekwatny do stwierdzonej wady termin. Dodatkowo, mając na uwadze przewidzianą w par. 6 ust. 4 karę umowną, Sprzedawca nie ma możliwości oszacowania ryzyka związanego z karami umownymi, niezbędnego do wyceny oferty. W związku z tym, prosimy o określenie co najmniej minimalnych terminów realizacji napraw, co pozostawi Kupującemu możliwość ustalenia takich terminów, a Sprzedawcy umożliwi oszacowanie ryzyka a przede wszystkim odpowiednie planowanie prac serwisowych. Proponujemy wobec tego następujące brzmienie par. 5 ust. 6:

„6. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Kupujący, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza EU – nie krótszy niż 7 dni.”

**Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 6 pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 27 wzoru umowy: Par. 5 ust. 8:**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Kupujących warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Sprzedawca proponuje doprecyzowanie § 5 ust. 8 i wskazanie, że rękojmia odpowiada okresowi wynikającemu z Kodeksu cywilnego a uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Kupującemu należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Kupujących

*Zaufaj nam - będziesz pod zipling i fachową opieką!*



warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Kupującego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Sprzedawcy, a rezygnacja z którego dla Kupującego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc następujące brzmienie § 5 ust. 8: „8. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych są tożsame z uprawnieniami z tytułu gwarancji, z tym zastrzeżeniem, iż okres rękojmi odpowiada okresowi wynikającemu z Kodeksu cywilnego a prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zostaje wyłączone.”

**Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 8 pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 28 wzoru umowy: Par. 5 ust. 9**

Prosimy o zmianę treści ust. 9 i nadanie mu brzmienia:

„9. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności Przedmiotu Umowy uniemożliwiającej wykonywanie badań”

**Odpowiedz: Treść par. 5 ust. 9 pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 29 wzoru umowy: Par. 6 ust. 2**

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.

**Odpowiedz: Treść par. 6 ust. 2 pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 30 wzoru umowy: Par. 7**

- a) Ust. 1 pkt 5): zwracamy uwagę, że postanowienie to, z uwagi na ustalenie jednego terminu na realizację całości przedmiotu umowy i niewyznaczenie odrębnego terminu na samą dostawę sprzętu, reguluje tę samą sytuację, co pkt 1) w tym ustępie. Celem uniknięcia wątpliwości, proponujemy w związku z tym usunięcie pkt 5) z par. 7 ust. 1.
- b) Ust. 2: zwracamy uwagę, że w ust. 1 pkt 1) zostało przewidziane przez Sprzedawcę prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w realizacji umowy. Regulacja ust. 2, wskazująca na wygaśnięcie umowy z konkretną datą z powodu tej samej przyczyny (niedostarczenia przedmiotu umowy w ustalonym terminie) powoduje, że niezależnie od przyczyn niewykonania umowy, umowa automatycznie wygasa – co nie jest korzystanie ani dla Sprzedawcy, ani dla Kupującego w przypadku, gdy przyczyną niewykonania umowy są np. okoliczności niezależne od stron (jak np. zdarzenie o charakterze siły wyższej). Z tego powodu proponujemy usunięcie ust. 2, przy pozostawieniu ust. 1 pkt 1), który umożliwia Sprzedawcy odstąpienie od umowy w przypadku przedłużenia się terminu jej realizacji i dzięki któremu chroniony jest interes Sprzedawcy.

**Odpowiedz: a) Treść par. 7 ust. 1 pkt 5 pozostaje bez zmian. b) Treść par. 7 ust. 2 pozostaje bez zmian.**

**PYTANIE 31 wzoru umowy: Par. 8:**

Zwracamy uwagę, że obie strony w toku umowy przekazują sobie informację mające cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Tym samym, mając na uwadze zasadę poszanowania równości stron w umowie,

*Zaufaj nam - będziesz pod opieką i fachową opieką!*



proponujemy zmianę umowy tak, aby zobowiązanie do poufności dotyczyło zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

**Odpowiedz: Zamawiający zamieścił zmodyfikowany par.8 w umowie z adnotacją (zaznaczono w umowie kolorem czerwonym).**

**PYTANIE 32 wzoru umowy: Dodanie par. 10a o sile wyższej:**

Proponujemy dodanie kolejnego par. 10a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

„§ 10a

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.”

**Odpowiedz: Ze względu na krótki termin realizacji oraz uznanie, iż sytuacja związana z COVID-19 nie jest Siłą Wyższą (Strony przed zawarciem umowy są świadome istnienia utrudnień wynikających z pandemii COVID-19) nie jest konieczne uzupełnianie umowy o zapisy dot. Siły Wyższej.**

**PYTANIE 33**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony?

**Odpowiedz: Tak, w razie potrzeby możliwe jest zawarcie takiej umowy pomiędzy Szpitalem i Sprzedającym.**

**PYTANIE 34 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunku pomieszczenia przeznaczonego do instalacji urządzenia – najlepiej w formie DWG lub innej zawierającej wymiary pomieszczenia.

**Odpowiedz: Zamawiający, zamieścił plik w formie PDF o nazwie załącznik nr 5 „Pracownia RTG pom. Nr 3” na stronie konkursu K/COVID-19/2/20222 na której zamieszczono ogłoszenie wraz z zaproszeniem o konkursie.**

**PYTANIE 35 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację po czyjej stronie jest wykonanie projektu osłon stałych oraz samych osłon w pomieszczeniu przeznaczonym na instalację.

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

*Zaufaj nam - będziesz pod opieką i fachową opieką!*





**PYTANIE 36 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę wykładziny podłogowej. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jaki obszar (ilość m<sup>2</sup>) podlega wymianie.

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 37 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę drzwi do pracowni. Jeśli tak, prosimy o podanie ilości oraz rodzaj (ochronne rtg czy zwykłe).

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 38 Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje jakieś prace remontowe np. szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych, wymiany oświetlenia itp. za wykonanie, których odpowiedzialny będzie dostawca aparatu RTG? Prosimy o ich wyszczególnienie.

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 39 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi ochronnych RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi ochrony radiologicznej.

**Odpowiedz: Zamawiający realizuje roboty budowlane we własnym zakresie. Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 40 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu.

**Odpowiedz: Planowych akwizycji w tygodniu około 500.**

**PYTANIE 41 Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację jakiego typu jest strop pod pomieszczeniami pracowni RTG.

**Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 42 Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację jakiego typu jest strop nad pomieszczeniami pracowni RTG.

**Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 43 Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniem pracowni RTG (pomieszczeniem badań) oraz je otaczające. Jak długo w tych pomieszczeniach przebywają ludzie.

**Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 44 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że sporządzenie oraz zatwierdzenie projektu osłon stałych RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego.

**Odpowiedz: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

*Zaufaj nam - będziesz pod opieką i fachową pieką!*

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000478458.

Kapitał Zakładowy 19 383 000 złotych.



PERŁA<sup>(2018)</sup>  
Medycyny

OREY POLSKIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
EDYCJA 2017



**PYTANIE 45 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź: Zakres czynności nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 46 Dotyczy instalacji**

Czy Zamawiający będzie wymagał przekazania dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty) jeśli tak to prosimy o wyszczególnienie jakiej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dokumentacji powykonawczej dotyczącej robót budowlanych, z uwagi na fakt, że nie są one przedmiotem postępowania konkursowego. Natomiast dokumentacja powykonawcza dotycząca nowego aparatu Zamawiający wymaga aby została dostarczona w zakresie opisanym w OPZ oraz dokumentacja która wiąże się z podłączeniem aparatu do głównego zasilania aparatu (główny kabel zasilający), które jest po stronie Zamawiającego. Tu Zamawiający wymaga podania charakterystyki urządzenia (ciężar aparatu, moc generatora).**

**PYTANIE 47 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację czy w pomieszczeniu jest przygotowane zasilanie nowego aparatu RTG.

**Odpowiedź: Zasilanie – kabel główny zasilający jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na pkt XI ppkt 4 – Instalacja przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez szpital wraz z niezbędnym okablowaniem instalacyjnym do uruchomienia aparatu włącznie wraz z rozdzielnicą dla nowego aparatu. Wszystkie dokumenty i dokumentacja dotycząca ww. prac, czynności jest wymagana.**

**PYTANIE 48 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni RTG zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat.

**Odpowiedź: Zakres robót nie dotyczą przedmiotowego postępowania konkursowego. Zasilanie główne jest realizowane przez Szpital w ramach odrębnego zadania.**

**PYTANIE 49 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni RTG znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy aparat.

**Odpowiedź: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 50 Dotyczy instalacji**

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie odpowiedniej sieci komputerowej do miejsca montażu aparatu RTG będzie leżało po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 51 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że instalacja komputerowa, telefoniczna, p.poż. itp. nie podlega modernizacji, wymianie i jest sprawna. W innym przypadku prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac.

**Odpowiedź: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

*Zaufaj nam - będziesz pod zipsami i fachową opieką!*

**PYTANIE 52 Dotyczy instalacji**

Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie?

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 53 Dotyczy instalacji**

Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni? Prosimy o wskazanie miejsca jej montażu.

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 54 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni RTG, spełniające wytyczne producenta aparatu.

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 55 Dotyczy instalacji**

Jeśli Zamawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów typu split w celu zapewnienia prawidłowej pracy aparatu RTG?

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 56 Dotyczy instalacji**

W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku.

**Odpowiedz: Zakres prac nie dotyczy przedmiotowego postępowania konkursowego.**

**PYTANIE 57 Dotyczy instalacji**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego aparatu RTG nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni.

**Odpowiedz: W zakresie dostawy aparatu RTG Zamawiający nie przewiduje dostawy mebli, lub innego wyposażenia ruchomego, chyba że jest inne wyposażenie wchodzące w skład dostawy nowego aparatu.**

**PYTANIE 58 Dotyczy instalacji**

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji w korytach naściennych bądź na podłogowych w formie systemowych rozwiązań plastikowych.

**Odpowiedz: Jeśli Państwo mają na uwadze wszystkie prace instalacyjne – zakres robót budowlanych nie jest przedmiotem postępowania konkursowego. W związku z tym, że prace na obiekcie będą w trakcie realizacji, można dokonać wszelkich uzgodnień w tym zakresie z Zamawiającym w odpowiednim czasie przed montażem nowego aparatu RTG. Natomiast Zamawiający zwraca uwagę na wzięcie pod uwagę odpowiedzi zawartej w pytaniu nr 15, które wiąże się z okablowaniem instalacyjnym nowego aparatu wraz z uwzględnieniem rozdzielnic dla nowego aparatu. Zamawiający wymaga aby co do zasady wszystkie instalacje prowadzone były w korytach kablowych przygotowanych na etapie wcześniejszym i nie układania ich na**

*Zaufaj nam - będziesz pod zipsami i fachową opieką!*



powierzchni ścian. Szczególny przypadek i konieczność innego rozwiązania będzie rozpatrzony przez Zamawiającego.

**PYTANIE 59 Dotyczy instalacji**

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedź brzmi „nie” to prosimy o wskazanie jak mają być prowadzone kable łączące elementy urządzenia i kto będzie odpowiedzialny za wykonanie odpowiednich dróg kablowych?

**Odpowiedz: Zamawiający prosi o podanie o jakie drogi kablowe Państwo pytają, w celu udzielenia szczegółowej odpowiedzi. Po stronie Sprzedającego aparat RTG jest zapewnienie okablowania urządzenia wraz z rozdzielnicą dla nowego aparatu. Główny kabel zasilający urządzenie jest po stronie Zamawiającego.**

Pytanie nr 60 **Zaproszenie do udziału w konkursie ofert, pkt VIII oraz pkt IX** Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 31 maja 2022 r. Wniosek argumentujemy niestabilną sytuacją na rynku dostaw oraz wymogiem uwzględnienia w zakresie obowiązków Wykonawcy uzyskania w imieniu Zamawiającego zgody SANEPID na użytkowanie nowego aparatu RTG.

**Odpowiedz: Nie. Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia.**

Pytanie nr 61 **Zaproszenie do udziału w konkursie ofert, Załącznik nr 1 pkt I 5 w powiązaniu z pkt IX 13**

Czy należy rozumieć, że powyższy zapisy dopuszczają aparat RTG z w pełni zintegrowanym systemem cyfrowym (zgodnie wymaganiami Załącznika nr 1), dla którego proces certyfikacji przeprowadzany był osobno dla aparatu RTG i dla systemu cyfrowego z detektorem? Jest to standardowa praktyka, gdy producent aparatu RTG przewiduje możliwość stosowania detektorów różnych producentów.

**Odpowiedz: TAK. Zamawiający potwierdza.**

Pytanie nr 62 **Zaproszenie do udziału w konkursie ofert, Załącznik nr 1 pkt X 1 w powiązaniu z pkt X 2**

„System pracujący w architekturze klient serwer, z wykorzystaniem serwera aplikacyjnego posiadanego przez szpital, z możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego na stacjach lekarskich, z możliwością zdalnej pracy radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, z pełną natychmiastową dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowanego połączenia.”

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy opis dotyczy posiadanego już przez Organizatora systemu pracującego w architekturze klient serwer, a do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa dwóch stanowisk lekarskich opisanych w pkt. X 2 z możliwością zainstalowania oprogramowania syngo.via będącego w posiadaniu Szpitala Grochowskiego.

**Odpowiedz: TAK. Zamawiający potwierdza.**

Pytanie nr 63 **Zaproszenie do udziału w konkursie ofert, Załącznik nr 1 pkt X 3-25**

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczania dodatkowego oprogramowania diagnostycznego opisanego w punktach 3-25? W punkcie X.2 Zamawiający wymaga, aby dostarczone dwa stanowiska lekarskie miały możliwość zainstalowanego posiadanego już przez Zamawiającego oprogramowania

**Odpowiedz: Zamawiający, nie oczekuje innego dodatkowego oprogramowania.**

*Zaufaj nam - będziesz pod zipliną i fachową opieką!*





Informujemy, iż niniejszym pismem udzielono odpowiedzi na wszystkie zapytania złożone do dnia 04.02.2022 r. do godziny 14:00. W przypadku kolejnych zapytań Szpital ma prawo nie udzielić odpowiedzi. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wraz z niniejszym pismem na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie ofert, zamieszczone zostają zmodyfikowane dokumenty:

- Załącznik nr 1 - Parametry techniczne aparatu RTG 04.02.2022 r.

ZATWIERDZIŁA

BEATA JAGIELSKA – PREZES ZARZĄDU

*Zaufaj nam - będziesz pod najlepszą i fachową opieką!*

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000478458.

Kapitał Zakładowy 19 383 000 złotych.



OREŁY POLSKIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
EDYCJA 2017



PERŁA<sup>(2018)</sup>  
Medycyny

